

Wrocław, dnia 2 października 2023 roku

Nr sprawy: LOG.271.39.2023

Wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „*Dostawa immunoenzymatycznych testów do oznaczania alergenów w systemie panelowym – Część II*”.

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ul. Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław działając jako Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na zadane pytania do niniejszego postępowania - numer sprawy: LOG.271.39.2023.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby przedstawiony skład alergenów dla poz. 4 załącznika nr 2 do SWZ - Profile alergenów wziewnych, był minimalnym składem alergenów wymaganym przez Zamawiającego?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający wyraża zgodę, aby przedstawiony skład alergenów dla poz. 4 załącznika nr 2 do SWZ – Profile alergenów wziewnych, był minimalnym składem alergenów wymaganym przez Zamawiającego.

Pytanie nr 2

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że opis dla poz. 2 - Profile specjalistyczne II załącznika nr 2 do SWZ jest nadrzędny nad zapisem parametru bezwzględnie wymaganego dla paneli/testów alergologicznych, opisanego w poz. 12 załącznika nr 3 do SWZ, który wskazuje na konieczność zaoferowania testu z komponentami alergenów, natomiast opis profilu w formularzu asortymentowo-cenowym zawiera zarówno komponenty, jak i pełne ekstrakty alergenów.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający potwierdza, że opis dla poz. 2 – Profile specjalistyczne II załącznika nr 2 do SWZ jest nadrzędny nad zapisem parametru bezwzględnie wymaganego dla paneli/testów alergologicznych, opisanego w poz. 12 załącznika nr 3 do SWZ, który wskazuje na konieczność zaoferowania testu z komponentami alergenów, natomiast opis profilu w formularzu asortymentowo-cenowym zawiera zarówno komponenty, jak i pełne ekstrakty alergenów.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów paskowych zawierających alergeny na indywidualnie dobranych membranach? Proponowane rozwiązanie charakteryzuje się wyższą specyficznością.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie testów paskowych na indywidualnie dobranych membranach.

Pytanie nr 4

We wzorze umowy Zamawiający wskazał jako przedmiot dostawy ilościowe immunoenzymatyczne testy do oznaczania alergenów. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie profili półilościowych?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie profili półilościowych.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach dzierżawy skanera oraz kotłyszki laboratoryjnej, nie będących wyrobem medycznym zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 r. poz. 974 ze zmianami), które są dopuszczone do obrotu i używania na podstawie innych przepisów i norm oraz spełniają wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w ramach dzierżawy skanera oraz kotłyszki laboratoryjnej, nie będących wyrobem medycznym zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 r. poz. 974 ze zmianami), które są dopuszczone do obrotu i używania na podstawie innych przepisów i norm oraz spełniają wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego.

“Dobrze na Dobrzyńskiej. Dbamy o Twoje zdrowie”



Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby serwis skanera oraz kołyski laboratoryjnej był przeprowadzany przez Wykonawcę (dotyczy wzoru umowy - §5 ust.7)? Obsługa serwisowa tych urządzeń opiera się na prostych czynnościach, wielokrotnie wykonywanych przez Dział Serwisu Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający wyraża zgodę aby serwis skanera oraz kołyski laboratoryjnej był przeprowadzany przez Wykonawcę.