



ZP.263.26.2024.AWK

Opole, dnia 04 września 2024

ODPOWIEDZI
na pytania do treści SWZ

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w odpowiedzi na n/w pytania do specyfikacji warunków zamówienia w trybie podstawowym, bez negocjacji pn. **Zakup, dostawa i uruchomienie aparatów KTG (z podziałem na 2 zadania)**, udziela następujących wyjaśnień:

1. Pytanie

Czy Zamawiający dopuści KTG o parametrach z załącznika?

Parametry techniczne
Aparat Kardiotokograf (KTG) urządzenie do oceny dobrostanu płodu wyposażone w sondy do badania czynności serca płodu oraz sondę do oceny czynności skurczowej mięśni macicy.
W skład zestawu wchodzi Aparat KTG wraz z kompatybilnymi akcesoriami: <ul style="list-style-type: none">• Sondy KARDIO (2 szt.);• Sonda TOCO,• Budzik akustyczny dla płodu,• Znacznik pacjentki,• Podwójne uchwyty na sondy (2 szt.),• Zestaw montażowy do ściany,• Papier termiczny 150mm,• Pas do sond• Oprogramowanie CMS.
Zakres pomiaru pulsu 30-240 uderzeń na minutę także w ciąży bliźniaczej.
Funkcja przesunięcia wykresu DOP2 o 10, 20, 30, 40 uderzeń na minutę.
Kolorowy, obrotowy, składany, wyświetlacz o rozmiarze 7 cali.
Wyświetlanie wartości liczbowych oraz krzywych na ekranie aparatu.
Zasilanie akumulatorowe pozwalające na pracę minimum 120 minut.
Wbudowana drukarka Termiczna, obsługująca dedykowane papiery: papier 150 mm z zakresem 30-240 BPM, papier 150 mm z zakresem 50-210 BPM.



ul. W. Reymonta 8
45-066 OPOLE
NIP: 754-24-80-425
REGON: 000640136
KRS: 0000005533
BDO: 000076622

Tel. 77 454 54 01 lub 531 069 634

Fax: 77 453 61 06 lub wew. 444

www.ginekologia.opole.pl

e-mail: centrum@ginekologia.opole.pl

Pojemność pamięci: min. 450 godzin zarejestrowanych pomiarów.
Ustawienia długości zapisu 10, 20, 30, 40, 50, 60 min, oraz nieograniczony czas.
Prędkość wydruku do wyboru 1, 2 i 3 cm/min.
Prędkość w trybie trend 10 cm/min.
Wodoszczelne sondy spełniające normę IPX8.
Sondy o częstotliwości 0.985 MHz.
Sondy minimum 9 kryształowe.
Oprogramowanie CMS pozwalające przechowywać dane pacjentek i drukowanie raportów – przesył danych przez przewód RS232 oraz za pomocą pendrive.
Alarmy sygnalizujące dźwiękowo co najmniej: brak papieru, otwartą pokrywę drukarki, niski poziom naładowania baterii.
Urządzenie wyposażone w rączkę, która po złożeniu nie wystaje poza obręb obudowy
Wymiary: 9,6 x 32,6 x 27,6 cm.
Waga bez baterii nie więcej niż 5,5 kg.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ z uwagi, iż opisał przedmiot umowy zgodnie ze swoimi potrzebami, które wynikają ze specyfiki prowadzonej przez niego działalności leczniczej i prowadzonych procedur leczniczych.

Z poważaniem

Marek Władysław Chowaniec

Z-ca dyrektora ds.lecznictwa

sprawę prowadzi Samodzielne stanowiska ds. Zamówień Publicznych: Agnieszka Wioletta Kormanek, tel.: 77 441 77 63 wew. 707