

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SWZ)

DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA POD NAZWĄ:

Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla bloku operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach

Zatwierdzam:

**z up. Zarządu Powiatu
SEKRETARZ POWIATU**

Barbara Machura

17.03.2022r.
RADCA PRAWNY
Łukasz Woźniak
KT 3069

INFORMACJE OGÓLNE

1. ZAMAWIAJĄCY

Powiat Tarnogórski
ul. Karłuszowiec 5
42 – 600 Tarnowskie Góry

2. e-mail: zamowienia@tarnogorski.pl
3. nr telefonu: 032 381-37-86
4. adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

www.bip.tarnogorski.pl zawierająca odesłanie na platformę pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/pn/tarnogorski>

5. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- 1) Przetarg nieograniczony, o którym mowa w art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”.
- 2) Zamawiający przewidział zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 – tzw. procedury „odwróconej”.
- 3) Wartość zamówienia przekracza progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy, natomiast nie przekracza kwoty 10 000 000 euro dla dostaw .
- 4) W sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ stosuje się przepisy ustawy wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.

Projekt (Inwestycja) jest objęty dofinansowaniem z dotacji celowej budżetu Państwa utworzonej w celu wsparcia realizacji działań z zakresu polityki rozwoju, stanowiące inwestycyjne zadanie własne jednostki Samorządu Terytorialnego decyzją Ministra Finansów Inwestycji i Rozwoju.

Spis treści

Rozdział I	Opis przedmiotu zamówienia.
Rozdział II	Termin wykonania zamówienia.
Rozdział III	Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia oraz podmiotowe środki dowodowe.
Rozdział IV	Procedura sanacyjna – samooczyszczenie.
Rozdział V	Informacja na temat wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia.
Rozdział VI	Informacja na temat podwykonawców.
Rozdział VII	Opis sposobu przygotowania oferty.
Rozdział VIII	Ogólne uwagi dotyczące opracowania oferty.
Rozdział IX	Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Rozdział X	Sposób obliczenia ceny.
Rozdział XI	Sposób kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Rozdział XII	Termin związania ofertą.
Rozdział XIII	Sposób oraz termin składania ofert.
Rozdział XIV	Termin otwarcia ofert oraz czynności związane z otwarciem ofert.
Rozdział XV	Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SWZ oraz wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami.
Rozdział XVI	Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.
Rozdział XVII	Zawarcie umowy.
Rozdział XVIII	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.
Rozdział XIX	Informacja dotycząca ochrony danych osobowych RODO.

Załączniki do SWZ

1. załącznik nr 1 formularz oferty
2. załącznik nr 2 formularz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia
3. załącznik nr 3 projektowane postanowienia umowy
4. załącznik nr 4 oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy

ROZDZIAŁ I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia w ramach realizacji zadania: „Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla bloku operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach”. Zamówienie zostało podzielone na 5 części:
 - Część A – kolumny anestezyjologiczne
 - Część B – kolumny chirurgiczne
 - Część C – lampy operacyjne
 - Część D – most zasilający
 - Część E – myjnia chirurgiczna
2. Nazwa(y) i kod(y) Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33100000-1 Urządzenia medyczne
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:
 - 1) formularz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do SWZ,
 - 2) projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 3 do SWZ.
4. Wymagany okres gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia wynosi minimum 24 miesiące od dnia podpisania przez Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcę bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego.
5. Zamawiający żąda od wykonawcy określonych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania.
6. Wykonawca przedmiotowe środki dowodowe składa wraz z ofertą.
7. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
8. Procedury wezwania, o której mowa w ust. 7 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
9. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

ROZDZIAŁ II TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie do 15 tygodni od dnia podpisania umowy.

ROZDZIAŁ III WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, PODSTAWY WYKLUCZENIA ORAZ PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę w przypadkach o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 - 6 ustawy (obligatoryjne przesłanki wykluczenia):
 - 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
 - b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
 - c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),
 - d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
 - e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
 - f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
 - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności

dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

- h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

- 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
 - 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 - 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
 - 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
 - 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy.
4. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.
5. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (**przed wyborem najkorzystniejszej oferty**), w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
- 1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
 - 2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym:
 - a) w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy,
 - b) w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
 - 3) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
 - a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
 - b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
 - c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
 - d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia i dokumenty w zakresie ust. 5, pkt. 1, 2 i 3 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie o którym mowa w ust. 5 pkt 2 SWZ.

7. Dokument, o którym mowa w ust. 6, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 7 stosuje się.
9. Zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia, wskazanych przez Zamawiającego w rozdziale III SWZ.
10. Zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy, w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.

ROZDZIAŁ IV PROCEDURA SANACYJNA – SAMOOCZYSZCZENIE

1. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
 - 1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
 - 2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub Zamawiającym;
 - 3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
 - a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,
 - b) zreorganizował personel,
 - c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
 - d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
 - e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzebranie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
2. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wykluczy Wykonawcę.

ROZDZIAŁ V INFORMACJA NA TEMAT WSPÓLNEGO UBIEGANIA SIĘ WYKONAWCÓW O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia.

Powyższe oznacza, iż oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców.

5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ VI INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
3. Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi tj. bez udziału podwykonawców.
4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

ROZDZIAŁ VII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
2. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
3. Wraz z ofertą należy złożyć:
 - 1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
 - 2) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy ubiegającego się (wykonawców ubiegających się) o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz,
 - 3) formularz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia zgodny z załącznikiem 2 do SWZ,
 - 4) przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdz. I ust. 6 SWZ.
4. Instrukcja wypełniania formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia:
 - 1) JEDZ należy złożyć wraz z ofertą (zaleca się złożenie JEDZ w wyodrębnionym pliku) – w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
 - 2) w przypadku, gdy Wykonawcy składają ofertę wspólną, w rozumieniu art. 58 ustawy, należy przedstawić **odrębny JEDZ zawierający informacje wymagane w częściach II–III dla każdego z biorących udział Wykonawców** – każdy z wyodrębnionych JEDZ-ów zaleca się złożyć w odrębnych plikach – jako załączniki do oferty,
 - 3) w przypadku wskazania w ofercie oraz JEDZ podwykonawców, Zamawiający nie żąda złożenia odrębnego JEDZ dla podwykonawców,
 - 4) w cz. II JEDZ:
 - sekcja B (Informacje na temat przedstawicieli Wykonawcy): Zamawiający nie wymaga podania daty i miejsca urodzenia osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia,
 - 5) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia (ust. 2 III rozdziału SWZ), w części III JEDZ należy wypełnić sekcję A, B (w sekcji B oświadczenie dotyczy wyłącznie obligatoryjnej przesłanki

wykluczenia wykonawcy, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 3 ustawy), C (w sekcji C oświadczenie dotyczy obligatoryjnych podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h), pkt. 2,5 i 6 ustawy) oraz sekcję D (w sekcji D oświadczenie dotyczy obligatoryjnych podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. g) i pkt 2 oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy),

- 6) cz. IV i V JEDZ nie wypełniać,
- 7) wersja elektroniczna JEDZ zamieszczona jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania. JEDZ należy zapisać, a następnie zaimportować na stronie internetowej <https://esp.d.gov.pl/filter?lang=pl>

Na stronie internetowej:

<https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia> - znajduje się instrukcja wypełniania JEDZ/ESPD.

Ponadto Zamawiający informuje, iż formularz JEDZ stanowi załącznik do Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (przyjęte w powyższej instrukcji Zamawiającego numeracje punktów w poszczególnych sekcjach wynikają z powyższego Rozporządzenia). Zamawiający dopuszcza złożenie wspomnianego oświadczenia zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia.

5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SWZ.
6. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), w języku polskim.
7. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
8. Podmiotowe środki dowodowe oraz przedmiotowe środki dowodowe, oświadczenia lub dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
9. W procesie składania oferty, w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, **kwalifikowany podpis elektroniczny** Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.
10. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku.
11. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.
12. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
13. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1913 z późn. zm.) Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę.
14. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
15. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
16. Zalecenia:
 - 1) Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z "OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych".
 - 2) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
 - 3) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip.7Z

- 4) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
- 5) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
- 6) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
- 7) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju.
- 8) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
- 9) Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość do zamawiającego", nie za pośrednictwem adresu email.
- 10) Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
- 11) Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na co najmniej 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.
- 12) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
- 13) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
- 14) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
- 15) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

ROZDZIAŁ VIII OGÓLNE UWAGI DOTYCZĄCE OPRACOWANIA OFERTY

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
2. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia.
3. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy.
5. Zamawiający nie przewiduje wymagań dotyczących zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.
6. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy.
7. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej a nie przewiduje sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, ani nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów.
8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o której mowa w art. 261 ustawy.
10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją zgodnie z art. 60 i 121 ustawy.
11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
12. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
13. Zamawiający nie przewiduje wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty zgodnie z art. 93 ustawy.
14. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.

Rozdział IX WADIUM I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.
2. Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział X SPOSÓB OBLICZANIA CENY

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez jej wskazanie w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Formularz cenowy należy załączyć do oferty.

2. W formularzu cenowym należy podać cenę jednostkową brutto każdej pozycji oraz kwotę brutto ogółem po przemnożeniu ceny jednostkowej brutto przez wskazaną ilość sztuk.
3. Następnie po wypełnieniu formularza cenowego należy kwotę brutto ogółem każdej części odrębnie przenieść do załącznika nr 1 tj. formularza oferty.
4. W formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ) Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.
6. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
7. Wszystkie wartości cenowe w ramach niniejszego postępowania będą określone w złotych polskich (PLN), a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Wykonawca, składając ofertę (na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ) informuje Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując:
 - 1) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
 - 2) wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
 - 3) stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
9. Dla celów zastosowania kryterium ceny zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

Rozdział XI
OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Kryteria wyboru oferty dla każdej części z osobna:

Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:

1) cena	60%
2) jakość – parametry techniczne	20%
3) gwarancja i rękojmia	20%

ad 1) Punkty przyznane na podstawie kryterium „cena” będą obliczane dla części A, B, C, D, E odrębnie na podstawie wzoru:

$$P = (C_{min} / C_o) \times 60\% \times 100$$

gdzie:

P – otrzymane punkty w badanej ofercie w kryterium ceny

C_{min} – łączna cena najniższa spośród nie odrzuconych ofert (brutto) podana w PLN

C_o – cena łączna badanej oferty (brutto)

Za to kryterium można otrzymać maksymalnie 60 punktów.

ad 2) Punkty przyznane na podstawie kryterium „jakość – parametry techniczne” będą przyznawane zgodnie ze sposobem przedstawionym w załączniku nr 2 w kolumnie – Parametry podlegające ocenie, a następnie obliczane są wg wzoru:

Część A

$$\frac{\text{Ilość pkt uzyskanych przez daną ofertę}}{\text{maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania (tj. 30 pkt)}} \times 100 \times 20\%$$

Maksymalna ilość końcowa punktów w tym kryterium – 20 pkt.

Część B

$$\frac{\text{Ilość pkt uzyskanych przez daną ofertę}}{\text{maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania (tj. 20 pkt)}} \times 100 \times 20\%$$

Maksymalna ilość końcowa punktów w tym kryterium – 20 pkt.

Część C

$$\frac{\text{Ilość pkt uzyskanych przez daną ofertę}}{\text{maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania (tj. 20 pkt)}} \times 100 \times 20\%$$

Maksymalna ilość końcowa punktów w tym kryterium – 20 pkt.

Część D

$$\frac{\text{Ilość pkt uzyskanych przez daną ofertę}}{\text{maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania (tj. 10 pkt)}} \times 100 \times 20\%$$

Maksymalna ilość końcowa punktów w tym kryterium – 20 pkt.

Część E

$$\frac{\text{Ilość pkt uzyskanych przez daną ofertę}}{\text{maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania (tj. 10 pkt)}} \times 100 \times 20\%$$

Maksymalna ilość końcowa punktów w tym kryterium – 20 pkt.

Ad. 3) Punkty przyznane na podstawie kryterium „gwarancja i rękojmia” będą obliczane w następujący sposób:

- za okres trwania gwarancji i rękojmi wynoszący minimum 24 miesiące Wykonawca otrzymuje - 0 pkt
- za każde następne 12 miesięcy przedłużenia okresu trwania gwarancji i rękojmi powyżej minimum (24 miesiące) można otrzymać 10 pkt.

Maksymalnie można otrzymać 20 pkt, za łączny okres gwarancji i rękojmi wynoszący co najmniej 48 miesięcy.

Gwarancja i rękojmia na przedmiot zamówienia będą liczone od dnia podpisania przez Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcę bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego.

W przypadku braku podania w ofercie okresu trwania gwarancji i rękojmi Zamawiający uzna, iż Wykonawca zaoferował minimalny okres trwania gwarancji i rękojmi, wówczas oferta otrzyma w tym kryterium 0 pkt.

Zamawiający dokona oceny na podstawie deklaracji Wykonawcy złożonej w formularzu oferty.

- Ocena za każde z kryteriów będzie podawana w punktach dla każdej części osobno.
- Obliczanie będzie następować do 2 miejsca po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
- Najkorzystniejsza oferta to oferta, która otrzyma największą sumę punktów w powyższych kryteriach w każdej części zamówienia osobno.

Rozdział XII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 02. SIE. 2022, tj. 90 dni od upływu terminu składania ofert.
- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.

Rozdział XIII SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/tarnogorski> w myśl ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **05. MAJ. 2022** do godz. **12:00**
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
4. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno.
5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
7. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy.
8. Wykonawca nie może skutecznie wycofać oferty ani wprowadzić zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

Rozdział XIV TERMIN OTWARCIA OFERT ORAZ CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OTWARCIEM OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu **05. MAJ. 2022**, o godz. **12:05** ... w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry.
2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem VAT).
5. Zamawiający nie przewiduje jawnego/publicznego otwarcia ofert.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte,
 - 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Rozdział XV OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SWZ ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Treść SWZ wraz z załącznikami zamieszczona jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.
4. Wszelkie wyjaśnienia, modyfikacje treści SWZ oraz inne informacje związane z niniejszym postępowaniem, Zamawiający będzie zamieszczał na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
5. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ.
6. Osobami uprawnionymi do komunikowania się z wykonawcami są:
 - 1) w kwestiach merytorycznych – Joanna Krawczyńska, Marek Niedziałkowski tel. +48 /32/ 381 37 80,
 - 2) w kwestiach formalnych – Iwona Penkaty, Katarzyna Atamaniec +48 /32/ 381-37-86.

Rozdział XVI INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI,

**ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA,
WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ**

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/tarnogorski>
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania zaleca się aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:
 - 1) przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ,
 - 2) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych,
 - 3) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu,
 - 4) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu,
 - 5) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych,
 - 6) przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy,
 - 7) przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy,
 - 8) przesyłania odwołania/inneodbywała się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
 1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
 2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
 3. zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
 4. włączona obsługa JavaScript,
 5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
 6. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
 7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
 - 1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej platformazakupowa.pl w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
 - 2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
7. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
8. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego

zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

9. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 8 niniejszego rozdziału SWZ, przekazywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych przez Zamawiającego w niniejszej SWZ.
10. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
11. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
12. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
13. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
14. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 13, dokonuje w przypadku:
 - 1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;
 - 2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
 - 3) innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
15. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 13, może dokonać również notariusz.
16. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa wyżej, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
17. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
18. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
19. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 18, dokonuje w przypadku:

- 1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;
 - 2) przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
 - 3) pełnomocnictwa – mocodawca.
20. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 18, może dokonać również notariusz.
21. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
22. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniają łącznie następujące wymagania:
- 1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;
 - 2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;
 - 3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;
 - 4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.
23. Zgodnie z § 12 Rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452):
- „Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu lub konkursie służące do odbioru dokumentów elektronicznych zawierających oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, oraz informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 11 ust. 1, umożliwiają identyfikację podmiotów przekazujących te dokumenty elektroniczne oraz ustalenie dokładnego czasu i daty ich odbioru”.

Rozdział XVII ZAWARCIE UMOWY

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, zawiera załącznik nr 3 do SWZ.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do złożenia:
 - 1) dokumentu pełnomocnictwa dla osoby zawierającej umowę w imieniu Wykonawcy, o ile upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, lub dokument pełnomocnictwa nie został wcześniej złożony w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
 - 2) kopii umowy regulującej współpracę podmiotów (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej), w przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi w projektowanych postanowieniach umowy. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Rozdział XVIII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

dy

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 505 – 590 ustawy).
4. Odwołanie przysługuje na:
 - 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy,
 - 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy,
 - 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zwanej dalej „Izbą”.
6. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7. Odwołanie wnosi się w terminie:
 - 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
 - 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkursu lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

ROZDZIAŁ XIX INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 jest **Starosta Tarnogórski** e-mail: starosta@tarnogorski.pl nr telefonu: (32) 381-37-11.
2. W Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach został powołany inspektor ochrony danych e-mail: iodo@tarnogorski.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla bloku operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach”, prowadzonym w trybie: przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej,

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
 - 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia
 - 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych. Skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą,
 - 3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania,
 - 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
 - 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 - 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - 3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zamawiający:
Powiat Tarnogórski
ul. Karłuszowiec 5
42-600 Tarnowskie Góry

FORMULARZ OFERTY
przetarg nieograniczony pod nazwą:

„Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla bloku operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach”

1. **Wykonawca:**

Nazwa/Firma Wykonawcy:

.....
.....

Adres Wykonawcy:

.....
.....

NIP: REGON:

KRS:

nr telefonu:

e-mail:

(numer telefonu, adres e-mail podaję dobrowolnie w celu usprawnienia kontaktu z Zamawiającym w zakresie prowadzonego postępowania)

2. Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwe¹⁾)

mikro przedsiębiorstwo

mikro przedsiębiorstwo

małe przedsiębiorstwo

średnie przedsiębiorstwo

jednoosobowa działalność gospodarcza

osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

inny rodzaj

3. W odpowiedzi na ogłoszenie o przedmiotowym przetargu nieograniczonym oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ oraz według poniższych konfiguracji:

Postawić znak „X” przy wybranej części:

Część A	Część B
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Część C	Część D
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Część E	
<input type="checkbox"/>	

Część A

Oświadczamy, że oferowane wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, poza materiałami eksploatacyjnymi

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:

brutto: zł

Udzielamy gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres miesięcy licząc od dnia podpisanego przez Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcę bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego.

UWAGA:

- 1) Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości parametrów w jednostkach fizycznych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.
- 2) Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

Część B

Oświadczamy, że oferowane wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, poza materiałami eksploatacyjnymi

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:

brutto: zł

Udzielamy gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres miesięcy licząc od dnia podpisanego przez Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcę bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego.

UWAGA:

- 1) Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości parametrów w jednostkach fizycznych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.
- 2) Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

Część C

Oświadczamy, że oferowane wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, poza materiałami eksploatacyjnymi

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:

brutto: zł

Udzielamy gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres miesięcy licząc od dnia podpisanego przez Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcę bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego.

UWAGA:

- 1) Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości parametrów w jednostkach fizycznych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.
- 2) Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

Część D

Oświadczamy, że oferowane wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, poza materiałami eksploatacyjnymi

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:

brutto: zł

Udzielamy gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres miesięcy licząc od dnia podpisanego przez Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcę bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego.

UWAGA:

- 1) Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości parametrów w jednostkach fizycznych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.
- 2) Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

Część E

Oświadczamy, że oferowane wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, poza materiałami eksploatacyjnymi

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:

brutto: zł

Udzielamy gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres miesięcy licząc od dnia podpisanego przez Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcę bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego.

UWAGA:

- 1) Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości parametrów w jednostkach fizycznych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.
- 2) Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

4. Informacja dotycząca obowiązku podatkowego (część A)

* zaznaczyć właściwe znakiem X

Zgodnie z art. 225 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych informuję, że

* wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług

* Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie następujących towarów/usług:

Wartość ww. towarów lub usług bez kwoty podatku wynosi:.....
Stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie:

5. Informacja dotycząca obowiązku podatkowego (część B)

* zaznaczyć właściwe znakiem X

Zgodnie z art. 225 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych informuję, że:

* wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług

* Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie następujących towarów/usług:

Wartość ww. towarów lub usług bez kwoty podatku wynosi:.....
Stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie:

6. Informacja dotycząca obowiązku podatkowego (część C)

* zaznaczyć właściwe znakiem X

Zgodnie z art. 225 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych informuję, że:

* wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług

* Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie następujących towarów/usług:

Wartość ww. towarów lub usług bez kwoty podatku wynosi:.....
Stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie:

7. Informacja dotycząca obowiązku podatkowego (część D)

* zaznaczyć właściwe znakiem X

Zgodnie z art. 225 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych informuję, że:

* wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług

* Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie następujących towarów/usług:

Wartość ww. towarów lub usług bez kwoty podatku wynosi:.....
Stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie:

8. Informacja dotycząca obowiązku podatkowego (część E)

* zaznaczyć właściwe znakiem X

Zgodnie z art. 225 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych informuję, że:

* wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług

* Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie następujących towarów/usług:

Wartość ww. towarów lub usług bez kwoty podatku wynosi:.....
Stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie:

9. Równocześnie oświadczamy, że:

- 1) Akceptujemy treść projektowanych postanowień umowy i w przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych w treści projektowanych postanowień umowy.
- 2) Akceptujemy warunki płatności podane w SWZ.
- 3) Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹ wobec osób

¹ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłącznie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. *

10. Niżej podane części zamówienia wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy:

1) Część A

Część/zakres zamówienia	Nazwa (firma) podwykonawcy (o ile są znane)

2) Część B

Część/zakres zamówienia	Nazwa (firma) podwykonawcy (o ile są znane)

1) Część C

Część/zakres zamówienia	Nazwa (firma) podwykonawcy (o ile są znane)

1) Część D

Część/zakres zamówienia	Nazwa (firma) podwykonawcy (o ile są znane)

1) Część E

Część/zakres zamówienia	Nazwa (firma) podwykonawcy (o ile są znane)

1) właściwe zaznaczyć:

za mikro przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich

lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro;

za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Temat: Projekt przebudowy i nadbudowy budynku byłej kuchni na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni z rozbudową o pion komunikacyjny z windą WSP S.A. w Tamowskich Górach, ul. Pyskowička 47-51, 42-612 Tamowskie Góry

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data: 11.2021 r., Rewizja: 00

Część A Kolumna anesteziologiczna – 4 szt.

Nazwa i typ:

Producent / kraj produkcji:

Rok produkcji (min. 2021):

Klasa wyrobu medycznego

Tabela 1 Specyfikacja parametrów.

Lp.	OPIS PARAMETRU	PARAMETR WYMAGANY/ WARTOŚĆ	PARAMETR OFEROWANY	Parametry podlegające ocenie
1.	<u>Kolumna anesteziologiczna</u> przeznaczona do instalacji na sali operacyjnej, umożliwiająca powieszenie aparatu do znieczulenia i doprowadzenie zasilania. <u>Podać dane oferowanego urządzenia:</u> - nazwa (model) - producent	Tak		-----
2.	Suffitowa kolumna zasilająca składająca się z pionowej głowicy zasilającej zawieszanej na obrotowym wysięgniku dwuramiennym.	Tak		-----
3.	Kolumna anesteziologiczna umożliwiająca podnoszenie aparatu do znieczulenia ogólnego.	Tak		-----

Załącznik nr 2

Temat: Projekt przebudowy i nadbudowy budynku byleji kuchni na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorów z rozbudową o pion komunikacyjny z windą WSP S.A. w Tamowskich Górach, ul. Pyskowska 47-51, 42-612 Tamowskie Góry

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data: 11.2021 r., Rewizja: 00

4.	Sufitowa kolumna zasilająca składająca się z pionowej głowicy zasilającej zawieszanej na obrotowym wysięgniku dwuramiennym.	Tak	-----
5.	Głowica zasilająca pionowa o wysokości powyżej 100 cm.	Tak	-----
6.	Ścianki głowicy zasilającej wykonane z anodowanego aluminium, łatwe do utrzymania w czystości: bez śrub, nitów, zaślepek, itp. na widocznych powierzchniach ścianek, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych.	Tak	-----
7.	Z przodu głowicy zasilającej zainstalowane pionowe szyny do mocowania półek i innego wyposażenia. Pionowe szyny montażowe wystające poza obrys głowicy – rozwiązanie umożliwiający łatwe mycie i dezynfekcję."	Tak	-----
8.	Na bocznych ściankach i z tyłu głowicy zasilającej kolumny zainstalowane następujące gniazda: a) punkty poboru gazów medycznych i próżni nie mniej niż: - tlen – 2 szt. - sprężone powietrze – 2 szt. - podtlenek azotu – 1 szt. - próżnia – 1 szt. b) odciąg gazów anestetycznych nie mniej niż – 1 szt. c) gniazdka elektryczne 230 V nie mniej niż – 10 szt. d) bolce ekwipotencjalne (każdy boliec obok gniazdka elektrycznego) nie mniej niż – 10 szt. e) gniazdko sieci komputerowej nie mniej niż – 4 szt. f) miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych nie mniej niż – 2 szt.	Tak	-----

Załącznik nr 2

Temat: Projekt przebudowy i nadbudowy budynku byłej kuchni na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni z rozbudową o pion komunikacyjny z windą WSP S.A. w Tamowskich Górach, ul. Pyskowska 47-51, 42-612 Tamowskie Góry

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data: 11.2021 r., Rewizja: 00

	g) manometr kontrolny gazu nie mniej niż – 4 szt.			
9.	Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (zw. typ AGA).	Tak		-----
10.	Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN-ISO 32.	Tak		-----
11.	Odciąg gazów anestetycznych zgodny z Polską Normą PN-EN ISO 9170-2, typ 1, wyposażony w eżektor zasilany sprężonym powietrzem 5 bar.	Tak		-----
12.	Gniazodka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane na bocznych, tylnej i frontowej ścianie głowicy zasilającej (min. 2 szt. z lewej strony i min. 2 szt. prawej strony) oraz z przodu i z tyłu głowicy zasilającej (pozostałe).	Tak		-----
13.	Gniazda elektryczne podzielone na dwa obwody, gniazda każdego obwodu w innym kolorze.	Tak		-----
14.	Gniazodka elektryczne zainstalowane w ściankach głowicy pod kątem 45° w stosunku do osi głowicy.	Tak		-----
15.	Gniazodka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane obok siebie. Nie dopuszcza się bolców ekwipotencjalny montowanych w modułach po kilka sztuk obok siebie.	Tak		-----
16.	Gniazodka elektryczne z bolcem, bryzgoszczelne (z klapką), stopień ochrony min. IP44.	Tak		-----
17.	Wszystkie szyny montażowe na kolumnie o wymiarach zgodnych z Polską Normą PN-EN ISO 19054 pt. "Systemy szynowe do podtrzymywania wyposażenia medycznego" t.j. grubość 10 mm, szerokość od 25 do 35 mm	Tak		-----

Załącznik nr 2

Temat: Projekt przebudowy i nadbudowy budynku byleń kuchni na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni z rozbudową o pion komunikacyjny z windą WSP S.A. w Tamowskich Górach, ul. Pyskowska 47-51, 42-612 Tamowskie Góry

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data: 11.2021 r., Rewizja: 00

18.	Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: min. 1,7 metra	Tak	Zasięg $\leq 1,75$ m – 5 pkt. Zasięg $> 1,75$ m – 10 pkt.
19.	Ramiona o przekroju przypominającym kształt trapezu z zaokrąglonymi bocznymi krawędziami.	Tak	-----
20.	Wysięgnik kolumny wyposażony w blokadę obrotu ramion oraz głowicy zasilającej (blokowane 3 przeguby).	Tak	-----
21.	Regulacja wysokości kolumny: jedno z ramion wysięgnika uchyłne, napędzane elektrycznie, realizujące ruch pionowy głowicy zasilającej w zakresie min. 50 cm. Zakres regulacji potwierdzony w załączonej do oferty instrukcji obsługi kolumny lub w oryginalnym prospekcie / katalogu powszechnie dostępnym na stronie internetowej producenta kolumny.	Tak	-----
22.	Przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion oraz zmiany wysokości umieszczone w ergonomicznych, zorientowanych pionowo uchwytach zainstalowanych na tylnej ścianie kolumny. Do oferty załączone zdjęcie z oryginalnego, powszechnie dostępnego na stronie internetowej producenta katalogu przedstawiające zaofiarowane rozwiązanie.	Tak	-----
23.	Dodatkowe przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion oraz zmiany wysokości umieszczone na panelu na bocznej ścianie kolumny.	Tak	-----
24.	Ramiona wysięgnika i przyciski zwalnijące blokadę obrotu ramion oznaczone kolorami w sposób ułatwiający obsługę kolumny: przycisk i obsługiwane przez ten przycisk ramię oznaczone takim samym kolorem (innym, niż drugi przycisk i drugie ramię). Przyciski do regulacji wysokości kolumny oznaczone odpowiednio strzałkami góra / dół. Do oferty załączone zdjęcie z oryginalnego, powszechnie dostępnego na stronie internetowej producenta katalogu przedstawiające zaofiarowane rozwiązanie.	Tak	-----

25.	<p>Udźwig kolumny (dopuszczalna waga aparatu do znieczulania ogólnego lub wózka aparaturowego i wyposażenia które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny): minimum 300 kg</p> <p>Wartość udźwigu kolumny przy oferowanej długości wysięgnika potwierdzona w załączonej do oferty instrukcji obsługi kolumny lub w oryginalnym prospekcie / katalogu powszechnie dostępnym na stronie internetowej producenta kolumny.</p>	Tak	<p>Udźwig <=301 kg – 0 pkt</p> <p>Udźwig >301 kg <=302 kg – 5 pkt</p> <p>Udźwig >302 kg – 10 pkt.</p>
26.	<p>Wyposażenie kolumny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uchwyt na aparat do znieczulania – 1 szt. - wysięgnik do mocowania drążka na kolumnie – 2 szt. - drążek infuzyjny – 1 szt. - drążek do mocowania pomp infuzyjnych – 1 szt. 	Tak	-----
27.	<p>Uchwyt typu Dräger Holder M lub Trumpf Pendant Kreuzer lub inny kompatybilny z wymienionymi.</p> <p>Uchwyt kompatybilny z posiadanymi przez szpital aparatami do znieczulania.</p>	Tak	-----
28.	<p>Uchwyt do aparatu do znieczulania wyposażony w elektroniczny system kontroli zawieszenia aparatu.</p>	Tak	-----
29.	<p>Drążek infuzyjny o długości około 100 cm z wysuwany wieszakiem do kroplówek (4 zaczepy rozmieszczone, co 90 stopni).</p>	Tak	-----
30.	<p>Wysięgnik do mocowania drążka na kolumnie dwuramienny, obrotowy, o zasięgu min. 75 cm i udźwigu min. 20 kg – 1 szt.</p>	Tak	<p>Udźwig <=21 kg– 0 pkt</p> <p>Udźwig>21 kg <=22 kg – 5 pkt</p> <p>Udźwig >22 kg – 10 pkt</p>

Strona: 5 z 23

UWAGA: Niżejjszy materiał jest przykładową kartą produktu. Podane w zestawieniu asortymentowym wymiary elementów wyposażenia są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażonym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli i wymiary elementów konstrukcyjnych (w tym ich przekroje) powinny umożliwiać wykonanie elementów wyposażenia i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe i wagowe w zakresie ± 10%.



Załącznik nr 2

Temat: Projekt przebudowy i nadbudowy budynku byłej kuchni na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni z rozbudową o pion komunikacyjny z windą WSP S.A. w Tamowskich Górach, ul. Pyskowska 47-51, 42-612 Tamowskie Góry

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data: 11.2021 r., Rewizja: 00

31.	Wysięgnik wyposażony w wewnętrzne, zamknięte kanały do prowadzenia kabli (np. zasilania pomp infuzyjnych).	Tak	-----
32.	Ramię wysięgnika z hamulcem ciernym. Możliwa regulacja siły hamowania hamulca ciernego w łatwy sposób przez użytkownika za pomocą ergonomicznego pokręćła.	Tak	-----
33.	Konstrukcja wsporcza (podkonstrukcja) umożliwiająca zamontowanie kolumny	Tak	-----

Cena jednostkowa brutto	
Cena za 4 szt brutto	

Strona: 6 z 23
 UWAGA: Niniejszy materiał jest przykładową kartą produktu. Podane w zestawieniu asortymentowym wymiary elementów wyposażenia są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażonym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli i wymiary elementów konstrukcyjnych (w tym ich przekroje) powinny umożliwiać wykonanie elementów wyposażenia i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe i wagowe w zakresie ± 10%.

Temat: Projekt przebudowy i nadbudowy budynku byleży kuchni na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni z rozbudową o pion komunikacyjny z windą WSP S.A. w Tamowskich Górach, ul. Pyskowska 47-51, 42-612 Tamowskie Góry

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data: 11.2021 r., Rewizja: 00

Część B Kolumna chirurgiczna – 3 szt.

Nazwa i typ:

Producent / kraj produkcji:

Rok produkcji (min. 2021):

Klasa wyrobu medycznego

Tabela 2 Specyfikacja parametrów.

Lp.	OPIS PARAMETRU	PARAMETR WYMAGANY/ WARTOŚĆ	PARAMETR OFEROWANY	Parametry podlegające ocenie
1.	Kolumna chirurgiczna przygotowana do zasilenia aparatury chirurgicznej w wymagane media	Tak		-----
2.	Kolumna mocowana do stropu za pomocą zawieszenia modułowego, wyposażonego w płytę interfejsową zainstalowaną na wysokości sufitu podwieszanego, na której wykonane będą połączenia instalacji wewnętrznych kolumny ze szpitalnymi instalacjami gazowymi, elektrycznymi i niskoprądowymi. Nie dopuszcza się sytuacji, w której miejsce łączenia sieci szpitalnej (elektrycznej) i instalacji gazów medycznej ma miejsce na łożysku kolumny.	Tak		-----
3.	Sufitowa kolumna zasilająca składająca się z pionowej głowicy zasilającej zawieszanej na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. Ramiona wykonane z aluminium. Rotacja ramion i głowicy w poziomie ≥ 330 stopni. Ramiona oraz głowica kolumny tego samego producenta.	Tak		-----
4.	Ramiona kolumny o przekroju przypominającym kształt trapezu z zaokrąglonymi bocznymi krawędziami. (Górna podstawa trapezu wyraźnie dłuższa od dolnej. Powyższy kształt znacznie ogranicza osiadanie kurzu na bocznych częściach ramienia kolumny	Tak		-----

Załącznik nr 2

Temat: Projekt przebudowy i nadbudowy budynku byleży kuchni na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni z rozbudową o pion komunikacyjny z windą WSP S.A. w Tarnowskich Górach, ul. Pyskowska 47-51, 42-612 Tarnowskie Góry

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data: 11.2021 r., Rewizja: 00

5.	Głowica zasilająca pionowa o wysokości min. 145 cm. Panele instalacyjne kolumny wykonane z aluminium anodowanego.	Tak	-----
6.	Ścianki głowicy zasilającej łatwe do utrzymania w czystości: bez śrub, nitów, zaślepek, itp. na widocznych powierzchniach ścianek, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych.	Tak	-----
7.	Hamulce pneumatyczne zasilane powietrzem z instalacji gazów medycznych, z rurociągu, którego są zasilanie gniazda gazowe sprężonego powietrza	Tak	-----
8.	Hamulce mechaniczne blokujące dalszy obrót kolumny z możliwością instalacji w odstępie max 15°	Tak	-----
9.	Na każdej z krawędzi (min. 4) głowicy zasilającej zainstalowane pionowe prowadnice montażowe do mocowania wyposażenia kolumny (wysięgników, półek, szyn montażowych itp). Pionowe opływowe (bez ostrych krawędzi) prowadnice wystające poza obrys głowicy na jej całej długości – rozwiązanie umożliwiające łatwe mycie i dezynfekcję.	Tak	-----
10.	Możliwość mocowania wyposażenia kolumny na każdej z 4 stron głowicy.	Tak	-----
11.	Możliwość wyboru koloru prowadnic na etapie zamówienia z zestawu min 12 kolorów.	Tak	-----
12.	Na jednej z bocznych ścianek głowica zasilająca wyposażona na całej długości panelu instalacyjnego w zintegrowany schowek na nadmiar rur gazów medycznych oraz kabli elektrycznych i przewodów teletechnicznych. Możliwość ukrywania nadmiaru kabli i rur gazów medycznych od aparatury zainstalowanej na stanowisku wewnątrz głowicy. Pojemność schowka min 12 500 cm ³ . Wewnątrz schowka zamontowane min 3 gniazda elektryczne i min 2 gniazda sieci komputerowej. Schowek wyposażony w min 4 metalowe haczyki do uporządkowania przechowywanych kabli.	Tak	-----
13.	Powyższy schowek zamykany drzwiczkami uszczelnionymi gumowymi uszczelkami eliminującymi ryzyko uszkodzenia przewodów i węży.	Tak	-----
14.	Wymiary wszystkich szyn montażowych na kolumnie szerokość od 25 do 35 mm oraz o grubość 10 mm.	Tak	-----

	<ul style="list-style-type: none"> - sprzężone powietrze nie mniej niż – 2 szt. - próżnia nie mniej niż – 2 szt. - Dwutlenek Węgla nie mniej niż – 1 szt. <p>Punkty poboru gazów medycznych tego samego producenta co kolumna.</p>			
16.	<p>Na 4 ściankach głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gniazdko elektryczne 230 V nie mniej niż – 14 szt. - bolce ekwipotencjalne (każdy bolce obok gniazdko elektrycznego) – nie mniej niż 14 szt. - gniazdko sieci komputerowej nie mniej niż – 4 szt. - miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazdek niskoprądowych nie mniej niż – 2 szt. <p>Ze względów higienicznych nie dopuszcza się gniazdek elektrycznych zlicowanych z powierzchnią głowicy</p>	Tak		-----
17.	<p>Punkty poboru gazów medycznych oraz próżni z możliwością zamontowania na min 3 stronach głowicy – na tych samych panelach instalacyjnych co gniazda elektryczne i niskoprądowe. W celu zachowania należytej higieny nie dopuszcza się gniazdek elektrycznych zlicowanych z powierzchnią głowicy.</p>	Tak		-----
18.	<p>Możliwość instalacji punktów poboru gazów medycznych powyżej gniazd elektrycznych na tych samych panelach instalacyjnych.</p>	Tak		-----
19.	<p>Na ściankach frontowej i tylnej gniazda gazowe i elektryczne zamontowane w dwóch pionowych rzędach.</p>			-----
20.	<p>Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA).</p> <p>Punkty poboru gazów medycznych zgodne z normą DIN 13260-2 (tzw. typ DIN).</p>	Tak		-----
21.	<p>Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN-ISO 32.</p>	Tak		-----
22.	<p>Punkty poboru gazów medycznych posiadające zawór zwrotny, którego wymiana nie wymaga demontażu frontowej pokrywy. Punkty poboru muszą umożliwiać wymianę</p>	Tak		-----

Załącznik nr 2

Temat: Projekt przebudowy i nadbudowy budynku byleń kuchni na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni z rozbudową o pion komunikacyjny z windą WSP S.A. w Tamowskich Górach, ul. Pyskowska 47-51, 42-612 Tamowskie Góry

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data: 11.2021 r., Rewizja: 00

	zaworu końcowego z systemu AGA na system DIN bez konieczności demontażu gniazda.			
23.	Gniazda elektryczne na płaszczyźnie ścianek głowicy obrócone pod kątem 45 stopni w stosunku do osi wzdłużnej głowicy.	Tak		-----
24.	Gniazdzka sieci komputerowej typu RJ-45.	Tak		-----
25.	Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: co najmniej 175 cm	Tak		-----
26.	Wysięgnik kolumny wyposażony w blokadę obrotu ramion oraz głowicy zasilającej (blokowane 3 przeguby)	Tak		-----
27.	Regulacja wysokości głowicy za pomocą uchylnego ramienia wysięgnika, napędzanego elektrycznie, realizującego ruch pionowy całej głowicy zasilającej w zakresie, co najmniej 60 cm.	Tak		-----
28.	Dotykowe zwalnianie hamulców pneumatycznych oraz regulacja wysokości za pomocą dwuręcznego jednoczęściowego uchwytu (poprzez chwyt obu dłoni) zorientowanego poziomo - przymocowanego do jednej z półek. Uchwyt bezprzewodowy umożliwiający bezproblemową regulację wysokości zawieszenia półki.	Tak		-----
29.	Dotykowe (poprzez chwyt dłoni) zwalnianie blokady pneumatycznej obrotu ramion i głowicy za pomocą dwuręcznego - dwuczęściowego uchwytu zorientowanego pionowo.	Tak		-----
30.	Przyrządy górą/dół do zmiany wysokości na jednej z rąkojści uchwytu.	Tak		-----
31.	Możliwość przekładania obu bezprzewodowych rąkojści uchwytu pomiędzy wszystkimi ściankami głowicy na dowolnej wysokości. Możliwość zwolnienia blokady pneumatycznej poprzez chwyt jednej rąkojści.	Tak		-----
32.	Dodatkowe przyciski do zwalniania hamulców oraz zmiany wysokości umieszczone na panelu na jednej ze ścian głowicy. Panel odporny na środki do dezynfekcji.	Tak		-----

33.	<p>Udźwig kolumny (dopuszczalna masa aparatury i wyposażenia, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny): co najmniej 180 kg.</p>	Tak		<p>Udźwig <=181 kg – 0 pkt. Udźwig >181 kg <=182 kg – 5 pkt. Udźwig >182 kg – 10 pkt</p>
34.	<p>Wyposażenie zamocowane na głowicy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - półka nie mniej niż – 4 szt. - szuflada pod półką nie mniej niż – 1 szt. - wysięgnik na drążek infuzyjny nie mniej niż – 1 szt - drążek infuzyjny nie mniej niż – 1 szt., - moduł z gniazdam i elektrycznymi nie mniej niż – 1 szt. - szyna montażowa montowana do prowadnic nie mniej niż – 1 szt. 	Tak		-----
35.	<p>Półki wyposażone w szyny boczne, o wymiarach powierzchni roboczej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: 430 mm ± 5% - głębokość: 450 mm ± 5% <p>Wysokość półki max 30mm. Końcówki szyn wyposażone w ochraniacze. Udźwig półki min 80 kg</p>	Tak		-----
36.	<p>Normatywne wymiary wszystkich szyn montażowych na kolumnie szerokość od 25 do 35 mm oraz o grubość min 10 mm</p>	Tak		-----
37.	<p>Półka łatwa do utrzymania w czystości: powierzchnia półki górna oraz dolna gładka bez widocznych śrub, nitów mocujących, otworów oraz rantów.</p>	Tak		-----
38.	<p>Powierzchnia półki od strony głowicy wyprofilowana ku górze. Profil uniemożliwiający swobodne przelewanie się cieczy na powierzchnie głowicy z gniazdam i podczas przypadkowego rozlania płynu na półkę.</p>	Tak		-----

Załącznik nr 2

Temat: Projekt przebudowy i nadbudowy budynku byłej kuchni na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni z rozbudową o pion komunikacyjny z windą WSP S.A. w Tamowskich Gorach, ul. Pyskowska 47-51, 42-612 Tamowskie Góry

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data: 11.2021 r., Rewizja: 00

39.	Możliwość bezstopniowej regulacji wysokości zawieszenia półki na kolumnie przez użytkownika, bez konieczności demontażu uszczelkę, zaślepek itp.	Tak	-----
40.	Możliwość poziomego (w płaszczyźnie prostopadłej do osi długiej głowicy) przesunięcia półki w zakresie min 10 cm	Tak	-----
41.	Możliwość łatwego (bez użycia narzędzi) wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekcji	Tak	-----
42.	Front i boczne ścianki szuflady łatwe do utrzymania czystości: gładkie, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez wystających uchwyty	Tak	-----
43.	Drażek infuzyjny o długości 100 cm ($\pm 10\%$), z wysuwaniem wieszakiem do kroplówek (min. 4 metalowe zaczepy rozmieszczone co 90 stopni).	Tak	-----
44.	Wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego na kolumnie dwuramienny, obrotowy, o zasięgu, co najmniej 60 cm i udźwigu, co najmniej 25 kg (wymiar mierzony od osi do osi obrotu) Nie dopuszcza się pomocniczego drążka łączącego poszczególne części wysięgnika (ramiona) znajdującego się w przegubie pośrednim.	Tak	-----
45.	Wysięgnik na drążek wyposażony w wewnętrzne zatraskiwane kanały do prowadzenia kabli (np. zasilania pomp infuzyjnych) oraz hamulce cierne przy dwóch przegubach regulowane ergonomicznymi okrągłymi pokrętłami.	Tak	-----
46.	Drażek infuzyjny o długości około 100 cm z wysuwaniem wieszakiem do kroplówek (4 metalowe zaczepy rozmieszczone, co 90 stopni). Drażek wyposażony w specjalny pierścień mający na celu zabezpieczenie zawieszonych pomp infuzyjnych przed zsunięciem.	Tak	-----
47.	Pozioma szyna montażowa o długości min 50 cm i udźwigu min. 20 kg z możliwością montażu na wszystkich 4 ściankach głowicy na dowolnej wysokości.	TAK	Udźwig ≤ 21 kg – 0 pkt Udźwig > 21 kg ≤ 22 kg – 5 pkt

Załącznik nr 2

Projekt przebudowy i nadbudowy budynku bylejk kuchni na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorów z rozbudową o pion komunikacyjny z windą WSP S.A. w Tamowskich Górach, ul. Pyskowska 47-51, 42-612 Tamowskie Góry

PROJEKT WYKONAWCZY

Data: 11.2021 r., Rewizja: 00

				Udźwig >22 kg – 10 pkt.
48.	Pod półką obok szuflady zamontowany moduł z dodatkowymi z min. 3 gniazdami elektrycznymi zasilany z głowicy.	TAK		-----
49.	Pod półką, obok szuflady zainstalowany schowek na kable. Wnętrze schowka łatwo dostępne poprzez przesuwaną ściankę. Otwór na kable uszczelniony gumowymi uszczelkami eliminującymi ryzyko uszkodzenia przewodów. Schowek ukryty za frontem szuflady – rozwiązanie zwiększające estetykę stanowiska. Objętość schowka min 3500cm ³	TAK		-----
50.	Mocowanie monitora 24" -32"			-----
51.	Na wspólnym zawieszeniu sufitowym wspólnym z kolumną chirurgiczną zamocowana oś z ramieniem, wysięgnikiem poziomym 1000 mm na monitor o przekątnej w zakresie 24" – 32".	TAK		-----
52.	Dopuszczalna waga monitora z zasilaczem do 17 kg	TAK		-----
53.	Uchwyt w standardzie VESA 100 i VESA 75 ze schowkiem na zasilacz i nadmiar kabli	TAK		-----
54.	Regulowany uchwyt sterylny dla chirurga z wymiennymi rękojeściami. Zasięg całkowity ramienia ok. 1930 mm.	TAK		-----
55.	Konstrukcja wsporcza (podkonstrukcja) umożliwiająca zamontowanie kolumny	Tak		-----

Cena jednostkowa brutto	
Cena za 3 szt brutto	

Temat: Projekt przebudowy i nadbudowy budynku byłej kuchni na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorów z rozbudową o pion komunikacyjny z windą WSP S.A. w Tamowskich Górach, ul. Pyskowska 47-51, 42-612 Tamowskie Góry

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data: 11.2021 r., Rewizja: 00

Część C Lampa operacyjna podwójna z przygotowaniem pod kamerę HD i trzecim ramieniem na monitor – 3 szt.

Nazwa i typ:

Producent / kraj produkcji:

Rok produkcji (min. 2021):

Klasa wyrobu medycznego

Tabela 3 Specyfikacja parametrów.

Lp.	OPIS PARAMETRU	PARAMETR WYMAGANY/ WARTOŚĆ	PARAMETR OFEROWANY	Parametry podlegające ocenie
1.	Lampa operacyjna wyposażona w dwie oprawy oświetleniowe – lampa główna i lampa satelitarna. Lampa główna z przygotowaniem pod montaż kamery HD. Zestaw mocowany na dwóch niezależnych ramionach, na wspólnym zawieszaniu, przystosowanym do zamontowania w sali bez lub z sufitem podwieszonym. Dodatkowe ramię na monitor medyczny – ramię na wspólnym zawieszaniu (współosiowo wraz z ramionami na których zawieszane są głowice lamp)	Tak		-----
2.	Podwójny system ramion z obrotem nx 360 stopni (dwa ramiona prostowodowe oraz dwa ramiona uchylne)	Tak		-----
3.	Oprawy oświetleniowe (obie głowice) z białymi LED-ami emitujące światło białe. Nie dopuszcza się zastosowania diod różnokolorowych (wyjątkiem jest oświetlenie endoskopowe – diody emitujące światło endoskopowe koloru zielonego)	Tak, podać		-----
4.	Oprawy oświetleniowe (obie głowice) wykonane z odlewu aluminiowego – bez tworzywowych elementów zewnętrznych (z wyjątkiem osłony soczewek – osłony soczewek wykonane z poliwęglanu)	Tak		-----

5.	Lampa główna oraz satelitarna: matryca diodowa w kształcie koła/lepsy ułatwiającymi nawiew laminarny, $E_c=160 \text{ Lux/m}$. Kopuła wyposażona w uchwyty brudny. Uchwyt stanowi integralną część kopuły – nie dopuszcza się uchwytów będących niezależnym elementem, przykręcanych do kopuły lampy	Tak, podać	-----
6.	Lampa główna przystosowana do zamontowania kamery HD. Umiejscowienie kamery w geometrycznym środku czaszy – centralnie. Montaż i demontaż kamery bez udziału serwisu oraz bez udziału narzędzi (dokonywany przez użytkownika)	Tak	-----
7.	Zakres regulacji średnicy pola d10 (obie głowice): poniżej 24cm a większy niż 39cm Regulacja średnicy pola operacyjnego w obu kopolach dokonywana za pomocą panelu sterowania umieszczonego przy kolumnie lampy	Tak, podać	-----
8.	Współczynnik odwzorowania barw (obie głowice) – Ra min 95	Tak, podać	-----
9.	Temperatura barwowa światła regulowana w przedziale 3800°K do 4800°K +/- 50°K (obie głowice)	Tak, podać	-----
10.	Wgłębność oświetlenia (L1+L2) 1200mm +/- 10mm (obie głowice)	Tak, podać	-----
11.	Możliwość regulacji natężenia światła w zakresie co najmniej 5-100%, oddzielnie dla każdej czaszy	Tak, podać	-----
12.	Funkcja Endo (oświetlenie otoczenia światłem zielonym o regulowanym przez operatora natężeniu) zapewniająca bezpieczeństwo personelu w trakcie zabiegów endoskopowych (obie głowice) Funkcja aktywowana osobnym (dedykowanym) przyciskiem – nie dopuszcza się rozwiązań w którym oświetlenie endoskopowe uzyskuje się poprzez zmniejszenie natężenia oświetlenia podstawowego	Tak	-----
13.	Żywotność układu oświetleniowego min. 50000 h	Tak, podać	Trwałość od 50 000 do 51 000 godzin - 5 pkt.

Załącznik nr 2

Temat: Projekt przebudowy i nadbudowy budynku byłej kuchni na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni z rozbudową o pion komunikacyjny z windą WSP S.A. w Tamowskich Górach, ul. Pyskowska 47-51, 42-612 Tamowskie Góry

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data: 11.2021 r., Rewizja: 00

				>51 000 godzin – 10 pkt.
14.	Zapasowe uchwyty wielorazowe, z możliwością sterylizowania ich w autoklawie – min. 5 szt. na jedną oprawę	Tak, podać		5 uchwytów – 0 pkt. 7 uchwytów – 5 pkt. 9 uchwytów – 10 pkt.
15.	Niskie zużycie energii elektrycznej – nie przekraczające 80 W w obu kopułach	Tak		-----
16.	Szczelne oprawy oświetleniowe zapewniające możliwość łatwej dezynfekcji lamp – klasa ochrony min. IP=54	Tak, podać		-----
17.	Grubość oprawy świetlnej poniżej 50 mm	Tak, podać		-----
18.	Lampa sterowana z panelu sterowania dedykowanego, z wyświetlaczem LCD, który obsługuje także ustawienia kamery HD, łatwego w myciu i dezynfekcji. Funkcja synchronizacji tzn. jednoczesne sterowanie funkcjami obu kopuł z jednej kopuły	Tak		-----
19.	Możliwość sterowania lampą poprzez system Zintegrowanej Sali Operacyjnej	Tak		-----
20.	Po zaniku zasilania głównego lampy automatycznie przelączają się na zasilanie awaryjne (obie głowice)	Tak		-----
21.	Kamera HD Przetwornik: 1/2.8 typ Exmor CMOS sensor Ilość pikseli: ok. 3,27 megapiksela Zoom cyfrowy: 12x(240x zoomem optycznym) Kąt widzenia: 55,4° do 2,9° System synchronizacji: wewnętrzny Obiektyw: zoom optyczny 20x, f=4,7 mm (najkrótsza ogniskowa) do 94,0 mm (najdłuższa ogniskowa), od F1,6 do F3,5 Balans biały: automatyczny Regulacja ostrości: automatyczna	Tak, podać		-----

Załącznik nr 2

Temat: Projekt przebudowy i nadbudowy budynku bylej kuchni na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni z rozbudową o pion komunikacyjny z windą WSP S.A. w Tamowskich Górach, ul. Pyskowska 47-51, 42-612 Tamowskie Góry

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data: 11.2021 r., Rewizja: 00

	<p>Ekspozycja: automatyczna, regulacja migawki/przesłony Wyjście wideo: analogowe HD: komponentowe Y/Pb/Pr Stosunek S/N: >50 dB System sygnału: HD: 1080p/29,97, 1080p/25, 1080i/59,94, 1080i/50, 720/59,94p, 720/50p, 720p/29,97, 720p/25 SD: NTSC, PAL (640x360)</p>			
22.	Monitor medyczny LED min 26 cali 16:9, 1920x1080, OE, VESA 100x100+	Tak, podać		-----
23.	Konstrukcja wsporcza (podkonstrukcja) umożliwiająca zamontowanie lampy	Tak		-----

Cena jednostkowa brutto	
Cena za 3 szt brutto	

Strona: 17 z 23

UWAGA: Niniejszy materiał jest przykładową kartą produktu. Podane w zestawieniu asortymentowym wymiary elementów wyposażenia są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli i wymiary elementów konstrukcyjnych (w tym ich przekroje) powinny umożliwiać wykonanie elementów wyposażenia i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe i wagowe w zakresie ± 10%.

Temat: Projekt przebudowy i nadbudowy budynku byleń kuchni na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni z rozbudową o pion komunikacyjny z windą WSP S.A. w Tamowskich Górach, ul. Pyskowska 47-51, 42-612 Tamowskie Góry

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data: 11.2021 r., Rewizja: 00

Część D Most zasilający 4-stanowiskowy – 1 szt

Nazwa i typ:

Producent / kraj produkcji:

Rok produkcji (min. 2021):

Klasa wyrobu medycznego

Tabela 4 Specyfikacja parametrów.

Lp.	OPIS PARAMETRU	PARAMETR WYMAGANY/ WARTOŚĆ	PARAMETR OFEROWANY	Parametry podlegające ocenie
1.	Sufitowa jednostka zasilająca umożliwiająca ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej na Sali pooperacyjnej	Tak		-----
2.	Całkowita długość zestawu czterostanowiskowego minimum 8500 cm.	Tak		-----
3.	System składający się z zawieszanej pod sufitem belki i ruchomego wózka.	Tak		-----
4.	Belka mocowana do stropu, za pomocą dwóch zawiesi o przekroju okrągłym.	Tak		-----
5.	Belka zawieszona na wysokości pozwalającej na swobodne przejście pod belką, min. 1900 mm (odległość od dolnej krawędzi belki do podłogi).	Tak		-----
6.	Belka długości minimum 210 cm.	Tak		-----
7.	Możliwość łączenia belek sąsiadujących stanowisk.	Tak		-----
8.	Na belce zasilającej zainstalowane następujące punkty poboru gazów medycznych i próżni:	Tak		-----

Załącznik nr 2

Temat: Projekt przebudowy i nadbudowy budynku bytowej kuchni na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni z rozbudową o pion komunikacyjny z windą WSP S.A. w Tamowskich Górach, ul. Pyskowska 47-51, 42-612 Tamowskie Góry

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data: 11.2021 r., Rewizja: 00

	<ul style="list-style-type: none"> - tlen – min 2 szt. / stan. - sprężone powietrze – min 2 szt. / stan. - próżnia – min 2 szt. / stan. 			
9.	<p>Na belce zasilającej zainstalowane następujące gniazda elektryczne i teletechniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gniazda elektryczne 230V – min 16 szt. (dwa gniazda dostępne od frontu belki, pozostałe z tyłu) - bolce ekwipotencjalne (każdy boliec obok odpowiadającego mu gniazda elektrycznego) – 8 szt. - gniazdo sieci komputerowej – min 2 szt. - miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – min 4 szt. 	Tak		
10.	Przekrój belki o wymiarach min 580x200 mm (szer. x wys.).	Tak		
11.	<p>Wymiar umożliwiający rozbudowę o dodatkowe wyposażenie w przyszłości.</p> <p>Prowadnice wózków ukryte wewnątrz profilu belki.</p>	Tak		
12.	Wszystkie punkty poboru gazów, gniazda elektryczne, teletechniczne umieszczone na jednej, takiej samej wysokości względem podłogi oraz pochylone względem płaszczyzny podłogi pod kątem $25^\circ \pm 5^\circ$.	Tak		
13.	Możliwość montażu gniazd gazowych i elektrycznych z przodu i z tyłu mostu (nie wyżej niż 200 cm nad podłogą).	Tak		
14.	Oświetlenie miejscowe stanowiska w technologii LED umieszczone na spodzie belki.	Tak		
15.	Oświetlenie nocne w technologii LED umieszczone na górze belki (światło pośrednie, odbite od sufitu).	Tak		

Strona: 19 z 23

UWAGA: Niniejszy materiał jest przykładową kartą produktu. Podane w zestawieniu asortymentowym wymiary elementów wyposażenia są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażonym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli i wymiary elementów konstrukcyjnych (w tym ich przekroje) powinny umożliwiać wykonanie elementów wyposażenia i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe i wagowe w zakresie $\pm 10\%$.

Załącznik nr 2

Temat: Projekt przebudowy i nadbudowy budynku byłej kuchni na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni z rozbudową o pion komunikacyjny z windą WSP S.A. w Tamowskich Górach, ul. Pyskowska 47-51, 42-612 Tamowskie Góry

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data: 11.2021 r., Rewizja: 00

16.	Możliwość przesuwania wózka wzdłuż całej długości belki.	Tak	-----
17.	Niezależne blokowanie ruchu wózka wzdłuż belki.	Tak	-----
18.	Udźwig wózka (dopuszczalna waga wyposażenia i urządzeń, które mogą być zamocowane na wózku): 120 kg (lub więcej) Wartość udźwigu wózka potwierdzona w załączonej do oferty instrukcji obsługi urządzenia.	Tak	Udźwig: <=150 kg - 0 pkt >150 kg <=160 kg - 5 pkt >160 kg - 10 pkt
19.	Wyposażenie wózka	Tak	-----
20.	Rura montażowa instalowana pod wózkiem. Długość rury 700 mm +/- 100 mm, udźwig rury min. 60 kg	Tak	-----
21.	Z przodu wózka pozioma szyna montażowa o długości 300 mm +/- 50 mm	Tak	-----
22.	Drażek infuzyjny o długości około 100 cm z wysuwającym wieszakiem do kroplówek (4 metalowe zaczepy).	Tak	-----
23.	Drażek infuzyjny mocowany na dwóch uchwyłach do poziomych szyn montażowych.	Tak	-----
24.	Uchwyt do mocowania kardiomonitora VESA.	Tak	-----

Cena brutto

Część E Myjnia chirurgiczna - 4 szt.

Nazwa i typ:
 Producent / kraj produkcji:
 Rok produkcji (min. 2021):
 Klasa wyrobu medycznego

Tabela 5 Specyfikacja parametrów.

Lp.	OPIS PARAMETRU	PARAMETR WYMAGANY/ WARTOŚĆ	PARAMETR OFEROWANY	Parametry podlegające ocenie
1.	Myjnia wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)	Tak		-----
2.	Myjnia wisząca posiadająca panel ochronny ścienny zintegrowany z konstrukcją koryta	Tak		-----
3.	Myjnia trzystanowiskowa posiadająca trzy baterie	Tak		-----
4.	Koryto z formowanym spadkiem umożliwiającym odpływ wody	Tak		-----
5.	Wyposażona w minimum jedną klapę rewizyjną pod korytem umożliwiającą dojście serwisowe	Tak		1 klapa rewiz. - 0 pkt 2 klapy rewiz. - 5 pkt 3 klapy rewiz. - 10 pkt
6.	Wymiary całkowite myjni : długość min. 2355 mm, głębokość min. 600 mm, wysokość min. 1240 mm	Tak, podać		-----
7.	Wymiary wewnętrzne koryta myjni: długość min. 2235mm, szerokość min. 430mm, głębokość min. 200 mm	Tak, podać		-----

Załącznik nr 2

Temat: Projekt przebudowy i nadbudowy budynku byleji kuchni na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorów z rozbudową o pion komunikacyjny z windą WSP S.A. w Tamowskich Górach, ul. Pyskowska 47-51, 42-612 Tamowskie Góry

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data: 11.2021 r., Rewizja: 00

8.	Wysokość panelu min. 595 mm, grubość min. 100 mm	Tak, podać	-----
9.	Wysokość zewnętrzna koryta min. 645 mm	Tak, podać	-----
	Wyposażenie:		
10.	Misa wyposażona w jeden centralny odpływ z syfonem z funkcją automatycznej samodezynfekcji rur i odpływów.	Tak, podać	-----
11.	Termiczna dezynfekcja w temperaturze ok. 85 - 95° C oraz wspomagające czyszczenie wibracyjne na poziomie 50Hz cykle uruchamiane automatycznie	Tak, podać	-----
12.	Podajnik ręczników papierowych na min. 500 sztuk - wykonany ze stali nierdzewnej - wieszany obok myjni na ścianie lub na panelu myjni (do wyboru przez użytkownika) ilość – 1 sztuka	Tak, podać	-----
13.	Podajnik – kaseła szczotek chirurgicznych montowany na panelu myjni - podajnik wykonany ze stali nierdzewnej przeznaczony do dezynfekcji w myjkach ultradźwiękowych Ilość podajników – po 2 sztuki	Tak, podać	-----
14.	Bateria bezdotykowa na fotokomórkę - posiadająca wylewkę prostą o długości min. 12 cm - manualna regulacja temperatury wypływu wody przez użytkownika przy pomocy ręcznego regulatora umieszczonego pod klapą rewizyjną - zasilanie bezpieczne poprzez transformator maks. 24V Ilość – 3 sztuki	Tak, podać	-----

Załącznik nr 2

Temat: Projekt przebudowy i nadbudowy budynku bytel kuchni na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorów z rozbudową o pion komunikacyjny z windą WSP S.A. w Tamowskich Górach, ul. Pyskowska 47-51, 42-612 Tamowskie Góry

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data: 11.2021 r., Rewizja: 00

15.	Bezdotykowy podajnik mydła i płynu dezynfekcyjnego - montowane na panelu myjni w miejscach do ustalenia z użytkownikiem - przeznaczony dla pojemników o pojemności min 1000 ml - obudowa wykonana ze stali nierdzewnej ilość – 4 sztuki	Tak, podać	-----
16.	Lustro nad myjnią montowane w panelowy system zabudowy	Tak	-----
	Inne		
17.	Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dla myjni z syfonem samodezynfekującym dołączyc do oferty)	Tak/dodać	-----
18.	Certyfikat CE na syfon z funkcją samodezynfekcji rur	Tak/dodać	-----
19.	Zapewnienie przez producenta myjni lub autoryzowanego dystrybutora dostępności części eksploatacyjnych (również dla wyposażenia) przez okres min. 10 lat – informację dołączyć do oferty	Tak	-----
20.	Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego producenta myjni – informację dołączyć do oferty	Tak	-----
21.	Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanej myjni z wyposażeniem – dołączyć do oferty	Tak	-----
Cena jednostkowa brutto			
Cena za 4 szt brutto			

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

dla postępowania pod nazwą:

„Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla bloku operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach” (dot. części A, B, C, D, E)

Projekt (Inwestycja) jest objęty dofinansowaniem z dotacji celowej budżetu Państwa utworzonej w celu wsparcia realizacji działań z zakresu polityki rozwoju, stanowiące inwestycyjne zadanie własne jednostki Samorządu Terytorialnego decyzją Ministra Finansów Inwestycji i Rozwoju.

§ 1

Umowa została zawarta na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą.

§ 2

1. Przedmiotem umowy jest zakup, dostawa, montaż, podłączenie i uruchomienie sprzętu medycznego i wyposażenia bloku operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach - (część A, B, C, D lub E)
2. Przedmiot umowy jest szczegółowo określony w załączniku nr 2 do SWZ oraz w ofercie Wykonawcy z dnia.....
3. Wykaz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu umowy określa załącznik do niniejszej umowy.
4. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot zamówienia:
 - 1) jest fabrycznie nowy (nieużywany), niepowystawowy,
 - 2) jest kompletny, zdatny do użytku oraz dopuszczony do obrotu i używania,
 - 3) posiada wszystkie wymagane prawem certyfikaty lub dokumenty równoważne i nie wymaga żadnych dodatkowych zakupów ani nakładów inwestycyjnych ażeby funkcjonować zgodnie ze swoim przeznaczeniem,
 - 4) jest wolny od wszelkich wad, w tym w szczególności materiałowych i konstrukcyjnych,
 - 5) jest gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
5. Miejscem dostarczenia przedmiotu umowy jest siedziba Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach zlokalizowana przy ul. Pyskowskiej 47-51 w Tarnowskich Górach, lokalizacja: Budynek bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni (budynek byłej kuchni)
6. Dostarczenie, montaż, podłączenie i uruchomienie przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7. Wykonawca wraz z dostawą sprzętu medycznego dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty w języku polskim:
 - 1) instrukcję obsługi (2 egz. w języku polskim),
 - 2) paszport techniczny (w przypadku wydania dla danego sprzętu),
 - 3) wykaz dostawców części zamiennych, zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych,
 - 4) wykaz podmiotów upoważnionych do wykonywania czynności serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych,
 - 5) kartę gwarancyjną.
8. Niedostarczenie któregokolwiek z dokumentów, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu będzie równoznaczne z przyjęciem, iż nastąpiła zwłoka w dostawie przedmiotu umowy. Wykonawca w takim przypadku zostanie obciążony karą umowną, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt. 2 umowy.
9. Wykonawca, w ramach przedmiotu umowy, przeprowadzi szkolenie personelu medycznego wskazanego przez Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach (będącego użytkownikiem sprzętu medycznego) w zakresie obsługi sprzętu medycznego. Po przeprowadzeniu szkolenia sporządzony zostanie protokół, który podpiszą przeszkoleni pracownicy oraz Wykonawca.
10. Należyta realizacja przedmiotu umowy zostanie potwierdzona przez Strony w treści bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcę.

§ 3

Wykonawca jest zobligowany do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 15 tygodni od daty podpisania umowy.

§ 4

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przedmiot umowy cenę ustaloną w wyniku przetargu nieograniczonego i wynoszącą..... zł brutto (słownie:).

2. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie bezusterkowy protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 2 ust. 10 umowy.
3. Wartość przedmiotu umowy obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy, tj. koszt zakupu sprzętu medycznego, transportu, ubezpieczenia na czas transportu, załadunku i rozładunku w miejscu dostawy, montażu, podłączenia, uruchomienia, przeszkolenia personelu, świadczenia serwisu gwarancyjnego, przeglądów serwisowych, a także należnych opłat i podatków wynikających z przepisów polskiego prawa podatkowego, w tym podatku VAT i cła oraz innych niezbędnych kosztów celem prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.
4. Zapłata nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do kancelarii ogólnej Zamawiającego, przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze pod warunkiem uprzedniego odbioru przedmiotu umowy w formie protokołu, o którym mowa w ust. 2.
5. Fakturę należy wystawić na:

**Powiat Tarnogórski
42-600 Tarnowskie Góry,
ul. Karłuszowiec 5
NIP: 645-251-31-03 REGON: 276255170**

§ 5

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na przedmiot umowy na okres miesięcy licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcę bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego.
 2. Naprawy gwarancyjne realizowane będą w siedzibie Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach zlokalizowanej przy ul. Pyskowskiej 47-51 w Tarnowskich Górach, na koszt Wykonawcy.
 3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca wykona nieodpłatnie usługi serwisowe oraz przegląd serwisowy sprzętu medycznego, zgodnie z wymaganiami producenta, lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 4. Strony ustalają czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii, tj. przystąpienia do naprawy – do 24 godzin (w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od zgłoszenia usterki sprzętu medycznego. Zgłoszenie może nastąpić drogą mailową lub faxem na następujący adres e-mail lub nr faxu
- Nadto, Wykonawca oświadcza, że zmiany w zakresie powyższych danych będą niezwłocznie przekazywane Zamawiającemu.
5. Strony ustalają, że skuteczna naprawa sprzętu medycznego, bez użycia części zamiennych, zostanie przez Wykonawcę zrealizowana nie później niż w ciągu 3 dni roboczych tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od momentu zgłoszenia awarii, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu.
 6. Strony ustalają, że skuteczna naprawa sprzętu medycznego z użyciem części zamiennych, zostanie przez Wykonawcę zrealizowana w terminie do 7 dni roboczych tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od momentu zgłoszenia awarii.
 7. W przypadku zwłoki w zakresie przystąpienia do naprawy sprzętu medycznego w trybie określonym w ust. 5 lub 6, usunięcia lub usunięcia usterki Zamawiający przewiduje tzw. wykonanie zastępcze na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Wykonanie zastępcze nie będzie powodować utraty uprawnień z tytułu gwarancji.
 8. Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych do przedmiotu umowy przez okres min. 10 lat licząc od daty dostawy oraz zapewni przez ten czas serwis pogwarancyjny.
 9. Wykonawca gwarantuje, iż po dwóch naprawach tego samego elementu/podzespołu sprzętu medycznego nastąpi wymiana na nowy element/podzespół.
 10. Wymagane przeglądy i naprawy gwarancyjne sprzętu medycznego odbywać się będą na koszt Wykonawcy.
 11. Uprawnienie Zamawiającego określone w ust. 7, przysługuje Zamawiającemu również w razie zaniechania realizacji przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 3.

§ 6

1. W przypadku stwierdzenia, że sprzęt medyczny i wyposażenie nie spełnia parametrów wskazanych w ofercie Wykonawcy, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy złożoną reklamację w ciągu 5 dni kalendarzowych od zareklamowania dostawy (fax lub e-mail skierowany zgodnie z par. 5 ust.4, będzie traktowany jako dopuszczalna forma pisemna reklamacji). Brak reakcji ze strony Wykonawcy w wyżej wskazanym terminie traktowany będzie jako uznanie reklamacji.

2. Wykonawca w ciągu 5 dni kalendarzowych od uznania reklamacji jest zobowiązany do wymiany sprzętu medycznego i wyposażenia, bądź części składowej zestawu na pełnowartościowe, bez wad.
3. Strony ustalają, że:
 - 1) ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do nadzoru nad realizacją umowy jest pracownik Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach:
..... tel. e-mail
 - 2) ze strony Wykonawcy, do współpracy z ww. osobą, uprawniony/a jest:
..... tel., e-mail:

§ 7

Nie dopuszcza się cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności w rozumieniu art. 509 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

§ 8

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a w szczególności jakichkolwiek naruszeń ze strony Wykonawcy postanowień i zobowiązań na siebie przyjętych, wynikających z treści SWZ, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w następujących przypadkach:
 - 1) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1,
 - 2) w przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu umowy, w tym także niedostarczenia któregośkolwiek z dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 7 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do dnia zrealizowania dostawy lub rozwiązania umowy,
 - 3) w przypadku zwłoki w przystąpieniu do naprawy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu o którym mowa w § 5 ust. 4 umowy do dnia przystąpienia Wykonawcy do naprawy lub rozwiązania umowy,
 - 4) w przypadku zwłoki w usunięciu awarii Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu, o którym mowa w § 5 ust. 5 umowy do dnia usunięcia awarii lub rozwiązania umowy,
 - 5) w przypadku zwłoki w usunięciu awarii Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu o którym mowa w § 5 ust. 6 umowy do dnia usunięcia awarii lub rozwiązania umowy na podstawie § 9 ust. 1 umowy.
2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć wysokości 40% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Zamawiający może na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, gdyby nie pokryły one pełnej wysokości szkody.
4. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz ze wskazaniem podstawy prawnej naliczenia kary oraz terminem zapłaty w ciągu 7 dni od daty otrzymania noty księgowej. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ww. kary z wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Prawo do naliczania kar umownych określonych w ust. 1 pkt. 2-5 jest niezależne od możliwości skorzystania z wykonawstwa zastępczego określonego w par. 5.

§ 9

1. Zamawiający może rozwiązać umowę z Wykonawcą w drodze odstąpienia, także poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa tj. w przypadku braku realizacji zobowiązań umownych lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcy, w tym w szczególności:
 - 1) jeżeli termin zwłoki, o którym mowa w § 3 umowy przekroczy 7 dni kalendarzowych,
 - 2) jeżeli termin zwłoki, o którym mowa w § 5 ust. 4 umowy przekroczy 3 dni kalendarzowe,
 - 3) jeżeli termin zwłoki, o którym mowa w § 5 ust. 5 lub 6 umowy przekroczy 3 dni kalendarzowe.
2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o rozwiązaniu umowy wraz z uzasadnieniem poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia.
3. Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy określonego w ust. 1, w ciągu 21 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do odstąpienia od umowy.

§ 10

1. Zgodnie z art. 455 ustawy Strony dopuszczają możliwość zmian umowy w przypadku:

- 1) zmiany osób wyznaczonych do kontroli, nadzoru oraz do składania reklamacji,
- 2) zmiany danych Stron (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy itp.),
- 3) wystąpienia siły wyższej, tj. zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiolowym), niezależne od woli człowieka i niemożliwe do uniknięcia, w tym w szczególności zdarzenia związane z pandemią wirusa SARS-CoV-2. (*Zdarzenie jest zewnętrzne wówczas, gdy następuje poza strukturą przedsiębiorstwa; niemożliwość przewidzenia, że dane zdarzenie nastąpi, należy pojmować jako jego nadzwyczajność i nagłość).

4) zmiany przepisów obowiązujących w dniu zawarcia umowy mających wpływ na realizację zamówienia.

2. Strona wnioskująca o zmianę umowy powinna przedłożyć w formie pisemnej wnioski o aneks zawierający:

- 1) opis proponowanej zmiany,
- 2) termin wprowadzenia zmian,
- 3) uzasadnienie dlaczego zmiana jest konieczna dla wykonania umowy

3. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności istotna zmiana umowy, która zmienia w sposób istotny charakter umowy w stosunku do umowy pierwotnej, w szczególności, gdy zmiana:

- 1) wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści,
- 2) narusza równowagę ekonomiczną stron umowy na korzyść wykonawcy, w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie,
- 3) w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy,
- 4) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w przypadkach innych, niż wskazane w art.455 ust.1pkt 2 ustawy.

4. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 11

1. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują odpowiednie przepisy ustawy kodeksu cywilnego, ustawy, inne właściwe przepisy oraz ustalenia zawarte w specyfikacji warunków zamówienia.

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca