



Łódź, dnia 13/11/2023 r.

Wykonawcy

postępowanie nr 18/ZP/PN/2023

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **„Dostawa defibrylatorów dla Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi”**,

znak sprawy: **18/ZP/PN/2023**

Zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 6 oraz art. 137 ust. 2 ustawy Pzp zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikację w zakresie Specyfikacji Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytań.

Zapytania w zakresie opisu wymaganych parametrów technicznych

Pytanie nr 1:

„L.P. 11. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator bez możliwości wykonania defibrylacji testowej przy użyciu łyżek twardych z wydrukiem wydatkowanej energii bez korzystania z testerów zewnętrznych?”

Pytanie nr 2:

„L.P. 21. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator bez funkcji ekranu automatycznego?”



Pytanie nr 3:

„L.P. 26. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator, którego pełne naładowanie przy wyłączonym urządzeniu zajmuje 5 godzin?”

Pytanie nr 4:

„L.P. 32. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z historią zdarzeń 250 danych?”

Pytanie nr 5:

„L.P. 33. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator bez funkcji zapamiętywania w pamięci defibrylatora fali EKG oraz fali SpO2 ?”

Pytanie nr 6:

„L.P. 39. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator o natężeniu prądu stymulacji w zakresie 0-140 mA?”

Pytanie nr 7

„L.P. 40. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator bez możliwości ustawienia przez użytkownika histerezy i czasu refrakcji?”

Pytanie nr 8:

„L.P. 44 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z regulacją wzmocnienia sygnału EKG w zakresie 0,5/1,0/2,0/3,0/4,0?”

Pytanie nr 9:

„L.P. 49. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z trybem stymulacji o częstotliwości 30-180 bpm?”



Pytanie nr 10:

„L.P. 51. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z zakresem pomiaru NIBP 20-270 mmHg?”

Pytanie nr 11:

„L.P. 53. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z czasem repetycji pomiaru 1 – 120 min i zakresem pomiaru co: 1,5,10,30,120 minut?”

Pytanie nr 12:

„L.P. 54. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator bez funkcji podręcznego zestawienia ostatnio wykonanych pomiarów bez konieczności wchodzenia w archiwum urządzenia?”

Pytanie nr 13:

„L.P. 57. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator bez funkcji wyboru elektrod do detekcji oddechu bez konieczności przepinania kabla EKG?”

Pytanie nr 14:

„Pkt. 20 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy defibrylator z wyświetlaniem do 4 krzywych dynamicznych na jednym ekranie ? Przy wymaganej wersji nie ma potrzeby wyświetlania większej ilości krzywych.”

Pytanie nr 15:

„Pkt. 21 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy defibrylator bez automatycznego dostosowania układu ekranu monitora w zależności od podłączonych kabli ale z ekranem konfiguracji (wł/wył danej funkcji i dowolną konfiguracją krzywych i wartości cyfrowych) ?”



Pytanie nr 16:

„Pkt. 40 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy defibrylator bez zbędnej funkcji dla użytkownika czyli ustawiania histerezy i czasu refrakcji ? Przy stymulacji przezskórnej kluczowe są parametry opisane w pkt 37/38/39.”

Pytanie nr 17:

„Pkt. 41 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy defibrylator z możliwością jednoczesnej obserwacji 7 odprowadzeń (I, II, III, aVL, aVR, aVF, V) przy użyciu kabla 5 żyłowego i 3 odprowadzeń (I, II, III) przy użyciu kabla 3-żyłowego ?”

Pytanie nr 18:

„Pkt. 41 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy defibrylator z 9 poziomami wzmocnienia 0,125/0,25/0,5/1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/4,0 i poziomem AUTO ?”

Pytanie nr 19:

„Pkt. 49 Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy defibrylator z zakresem pulsu 20 – 254 1/min ?”

Pytanie nr 20:

„Pkt. 53 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy defibrylator z czasem repetycji pomiaru : 1 – 720 min i zakresem częstości pomiaru co : 1 minuta, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240, 480, 720 minut ?”

Pytanie nr 21:

„Pkt. 60 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy defibrylator z możliwością rozbudowy o pomiar CO2 bez IBP i Temp?”



Odpowiedź do pytań nr 1-21 z części „Zapytania w zakresie opisu wymaganych parametrów technicznych”:

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 2 do SWZ- Wymagane parametry techniczne w punktach 20, 21, 26, 32, 41, 44, 49, 51, 53, 60 oraz wykreśla punkt nr 40.

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje wymagane)	Wartość wymagana	Wartość oferowana
Parametry ogólne			
Ekran			
20.	Wyświetlanie min: 4 krzywych dynamicznych na jednym ekranie	Tak, podać	
21.	Ekran automatyczny dostosowany wyświetlanych parametrów w zależności od podłączonych kabli lub ekran konfiguracji (wł./wył. danej funkcji i dowolną konfiguracją krzywych i wartości cyfrowych	Tak, podać	
Zasilanie			
26.	Czas ładowania akumulatora: do 5 godzin	Tak, podać	
Alarmy			
32.	Historia zdarzeń min: 250	Tak, podać	
Stymulacja przeskórna			

**Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.**

Ul. Gabriela Narutowicza 34 lok. 105

90-135 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

40.	Możliwość ustawienia przez użytkownika histerezy i czasu refrakcji	Tak	
Monitorowanie EKG			
41.	Możliwość jednoczesnej obserwacji odprowadzeń min: (I, II, aVL) przy użyciu kabla max. 5 żyłowego	Tak, podać	
44.	Regulowane wzmocnienie sygnału EKG w zakresie min: - 0,25/0,5/1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/3,5/4,0	Tak, podać	
Monitorowanie saturacji			
49.	Częstość pulsu min: 30 – 180 1/min.	Tak, podać	
Pomiar nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi			
51.	Zakres pomiaru min: 20-250 mmHg	Tak, podać	
53.	Czas repetycji pomiaru min: 1 – 460 min - zakres częstości pomiaru co min: 1, 5, 10, 30, 45, 90, 120, 180, 240 minut	Tak, podać	
Możliwość rozbudowy			
60.	Pomiar CO2 Pomiar IBP Pomiar Temperatury	Tak	

Pozostała treść zapisów Załącznika nr 2 pozostaje bez zmian.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 177 708 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).

województwo [®]
łódzkie



Zapytania w zakresie Specyfikacji Warunków Zamówienia

Pytanie nr 1:

„dot. SWZ, rozdz. X, pkt. 6a:

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi w wykazie minimum 4 dostawy na minimalną kwotę 150 tys. zł każda? Albo jeśli w wykazie przedstawi dowód wykonania minimum 1 dostawy defibrylatorów na kwotę minimum 340 tys. zł, z okresu ostatnich 4 lat?”

Odpowiedź do pytania nr 1 „Zapytania w zakresie Specyfikacji Warunków Zamówienia”:

Zamawiający zmienia treść SWZ w rozdziale XI ust. 6, pkt a) który otrzymuje brzmienie:

„a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku dostaw powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wykazane przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W wykazie należy podać 1 dostawę dotyczącą dostarczenia defibrylatorów wraz z instalacją/montażem i uruchomieniem o wartości minimum 300 000,00 zł brutto lub 2 dostawy dotyczącą dostarczenia defibrylatorów wraz z instalacją/montażem i uruchomieniem o wartości minimum 150 000,00 zł brutto każda.

Forma wykazu według załącznika nr 8 do SWZ.



Zamawiający zastrzega, że w sytuacji wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców lub w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, każdy z powyższych warunków musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę lub przez jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę lub przez podmiot, na którego zdolnościach w tym zakresie powołuje się Wykonawca.

Wykonawca, który nabył doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, może posłużyć się nabytym doświadczeniem tylko i wyłącznie w zakresie dostaw, w których wykonaniu bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.”

Zamawiający w związku z powyższymi wyjaśnieniami zmienia treść SWZ w rozdziale XVI ust. 1 lit. b), który otrzymują brzmienie:

b) wypełniony formularz wymaganych parametrów technicznych – przedmiot zamówienia sporządzony wg załączników nr 2 (zmiana nr 1) do SWZ;”

Zamawiający w związku z powyższymi wyjaśnieniami zmienia treść SWZ w rozdziale XVII ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć do dnia 21/11/2023 r. do godz. 10:00 pod rygorem nieważności na adres Platformy zakupowej. Ryzyko błędnego doręczenia oferty obciąża Wykonawcę.”

Zamawiający w związku z powyższymi wyjaśnieniami zmienia treść SWZ w rozdziale XVII ust. 3, który otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21/11/2023 r. do godz. 10:15.”



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Ul. Gabriela Narutowicza 34 lok. 105

90-135 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

Zamawiający w związku z powyższymi wyjaśnieniami zmienia treść SWZ w rozdziale XXVI ust. 2, który otrzymują brzmienie:

„Załącznik nr 2 (zmiana nr 1) do SWZ: Przedmiot zamówienia – wymagane parametry techniczne”

Zamawiający zastępuje SWZ, SWZ (zmiana nr 1).

Zamawiający zastępuje Załącznik nr 2, Załącznikiem nr 2 (zmiana nr 1)

Zamawiający zmienił ogłoszenie o zamówieniu w zakresie wyżej wymienionych zmian.

Dyrektor Biura Zamówień Publicznych

Sylwia Frąckowiak

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 177 708 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).

województwo ^Ł
łódzkie