



Bytów, 15.05.2025 r.

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ

W odpowiedzi na skierowane do Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, przedmiot zamówienia: **Usługi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP16/2025**, Komisja przetargowa informuje:

Pytanie 1, Dotyczy pakietu 39

Wnoskujemy o potwierdzenie, że z uwagi na inwazyjność wyrobów jakimi są diatermie elektrochirurgiczne dawkujące prąd do ciała pacjenta i związane z tym podwyższone ryzyko wystąpienia incydentu medycznego, Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy dla Pakietu nr 9 dysponowania osobami posiadającymi certyfikaty ze szkoleń serwisowych odbytych u wytwórcy diatermii BOWA lub organizowanych przez inne upoważnione przez wytwórcę podmioty.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 2, Dotyczy pakietu 39

Generatory elektrochirurgiczne f-my BOWA, do wykonania okresowych badań technicznych zgodnie z wymaganiami producenta oraz zapisami Ustawy o wyrobach Medycznych (art. 63) wymagają specjalistycznego oprogramowania serwisowego, które umożliwia wprowadzenie urządzeń w dedykowany tryb serwisowy wymagany do prawidłowego dokonania pomiarów. Oprogramowanie to jest udostępniane autoryzowanym przedstawicielom serwisowych przez producenta. Producent wyposaża ich również w niezbędne testery, które dostępne są wyłącznie u producenta. Wnoskujemy o potwierdzenie, że z uwagi na powyższe, Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy dla Pakietu nr 9 posiadania autoryzacji producenta diatermii

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 3, Dotyczy pakietu 39

Wnosimy o wyłączenie pozycji z pakietu 39 pozycji 5 i 6 (generatory ARC 200G) do osobnego pakietu. Obecny skład pakietu 39 nie pozwala na założenie oferty przez serwisy autoryzowane. Podmioty te, z powodu posiadania dostępu do rozwiązań technicznych danego producenta, związane są z nim umową o wyłączności. Konstruowanie postępowania w sposób wyłączający serwisy autoryzowane jest niezgodnie z nałożonym na Zamawiającego obowiązkiem dbania o jak najlepszy stan technicznych aparatury medycznej oraz godzi w prawo do uczciwej konkurencji Wykonawców. Zwracamy również uwagę, że generatory elektrochirurgiczne f-my BOWA, do wykonania okresowych badań technicznych zgodnie z wymaganiami producenta oraz zapisami Ustawy o wyrobach Medycznych (art. 63), wymagają specjalistycznego oprogramowania serwisowego umożliwiającego wprowadzenie urządzeń w dedykowany tryb serwisowy, jak również niezbędnych testerów udostępnianych przez producenta wyłącznie swoim autoryzowanym przedstawicielom serwisowym.

Odpowiedź

Pytanie dotyczy poz. 4 i 5.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Niniejsze pismo staje się integralną częścią SWZ i obowiązujące w nim postanowienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Agata Grudnowska
Sekretarz Komisji przetargowej