



D.25C/250/ 383 /2024

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na **Zakup łóżek szpitalnych wraz z wyposażeniem dla Oddziału Neurologii z Oddziałem Udarowym Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w lokalizacji: Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie**, znak: **D25C/252/N/18-33rj/24**, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

Łóżka szpitalne - 32 szt.

Dotyczy pkt. 1

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do zaoferowania łóżko posiadające blokady szczytów wykonane z tworzywa wyróżniające się kolorystycznie (kolor pomarańczowy ułatwia identyfikowanie).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

2. Zapytanie Wykonawcy:

Łóżka szpitalne - 32 szt.

Dotyczy pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, którego barierki boczne opuszczone są poprzez zwolnienie blokady i nie wymagają dociskania barierki? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze dla Zamawiającego, gdyż jest intuicyjne i nie sprawia problemów personelowi, który rotuje pomiędzy oddziałami i przyzwyczajony jest do zaproponowanego rozwiązania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

3. Zapytanie Wykonawcy:

Łóżka szpitalne - 32 szt.

Dotyczy pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności leże wypełnione panelami tworzywowymi dla segmentu pleców i podudzia? Panele uniwersalnie montowane na segmentach nie wymagające stosowania graficznej informacji o kierunku montaż EL-O-7-148-679-24 u na segmentach leżą. Proponowane rozwiązanie jest korzystniejsze od opisanego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

4. Zapytanie Wykonawcy:

Łóżka szpitalne - 32 szt.

Dotyczy pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka z podstawą o wymiarach 169,8 x 81,1mm? Jest to parametr, który nie wpływa na pogorszenie użytkowych łóżka.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

5. Zapytanie Wykonawcy:

Łóżka szpitalne - 32 szt.

Dotyczy pkt. 8

Czy Zamawiającą na zasadzie równoważności dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, od strony wewnętrznej sterowanie regulacji wysokości leża, kąta nachylenia segmentu pleców oraz uda, a także funkcji autokontur połączone z funkcją krzesła kardiologicznego umożliwiającą pacjentowi wygodniejszy pobyt w szpitalu; aktywacja sterowników realizowana jest poprzez wybranie przycisku z piktogramem danej funkcji np.



uniesienie sekcji oparcia pleców unoszenie lub opuszczanie realizowane jest za pomocą dedykowanych oddzielnych przycisków?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

6. Zapytanie Wykonawcy:

Łóżka szpitalne - 32 szt.

Dotyczy pkt. 8

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuścić do zaoferowania łóżko szpitalne, którego panel dla personelu posiada 2 strefy wyróżniające się kolorystycznie umożliwiające intuicyjną obsługę?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

7. Zapytanie Wykonawcy:

Łóżka szpitalne - 32 szt.

Dotyczy pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z przedłużeniem leża 180mm? Proponowane rozwiązanie jest korzystniejsze od opisanego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

8. Zapytanie Wykonawcy:

Łóżka szpitalne - 32 szt.

Dotyczy pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z leżem o wymiarach 2000x870mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

9. Zapytanie Wykonawcy:

Łóżka szpitalne - 32 szt.

Dotyczy pkt. 13

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją wysokości w zakresie 360-800mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

10. Zapytanie Wykonawcy:

Łóżka szpitalne - 32 szt.

Dotyczy pkt. 13

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności łóżko szpitalne, którego nocne podświetlenie podwozia jest koloru białego i uruchamiane jest po naciśnięciu dedykowanego przycisku w barierkach bocznych od strony wewnętrznej przez pacjenta i zewnętrznej przez personel medyczny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

11. Zapytanie Wykonawcy:

Łóżka szpitalne - 32 szt.

Dotyczy pkt. 17

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności łóżko szpitalne posiadające wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu lub w sytuacjach zaniku prądu z diodowym wskaźnikiem stanu naładowania akumulatora w panelu sterowania dla personelu. W przypadku bardzo niskiego poziomu naładowania istnieje możliwość regulacji wszystkimi funkcjami łóżka w tym CPR. Dodatkowo CPR oparcia pleców można uzyskać za pomocą dźwigni umieszczony po obu stronach leża – proponowane rozwiązanie jest korzystniejsze od opisanego w SWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

12. Zapytanie Wykonawcy:

Łóżka szpitalne - 32 szt.



Dotyczy pkt. 19 i 20

Czy w związku z pkt. 19 i 20 opisu parametrów technicznych Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z autoregresją w części lędźwiowej w zakresie min 4 cm? Funkcja autoregresji nie ma nic wspólnego z odleżynami. Przy odleżynach wyższego stopnia w okolicach kości ogonowej nie powinno stosować się pozycji łamanych wysokich leża. Pacjenci z odleżynami powinni leżeć na leżu prostym i właściwym materacu przeciwoleżynowym zmiennociśnieniowym. Autoregresja służy tylko i wyłącznie do bezpiecznego załamywania się i niezakleszczania materaca piankowego podkładowego oraz większego komfortu siedzenia. Dzięki autoregresji przedłużamy czas użytkowania materaca, który nie posiada ryflowań (nacięć) we właściwych miejscach załamań leża.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

13. Zapytanie Wykonawcy:

Łóżka szpitalne - 32 szt.

Dotyczy pkt. 21 i 22

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z funkcjami Trendelenburga i anti-Trendelenburga z regulacją w zakresie 0-15,5 stopni dla obu z funkcji? Rozwiązanie jest korzystniejsze od opisanego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

14. Zapytanie Wykonawcy:

Łóżka szpitalne - 32 szt.

Dotyczy pkt. 28

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym wszystkie funkcje elektryczne odłączane są natychmiast po zaprzestaniu realizowania funkcji elektrycznej bez konieczności wykorzystywania przycisku odłączającego natychmiast wszystkie funkcje elektrycznych łóżka (poza ratującymi życie) i odłączenia po 180 sekundach – proponowane rozwiązanie jest bardziej intuicyjne dla rotującego personelu medycznego i nie wymaga wykonywania dodatkowej czynności na wyłączanie i włączanie łóżka?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

15. Zapytanie Wykonawcy:

Łóżka szpitalne - 32 szt.

Czy w związku z pkt. 29 opisu parametrów technicznych Zamawiający dopuści łóżko z przyciskiem świadomego użycia znajdującym się na panelu centralnym i w barierkach bocznych od strony zewnętrznej i przeznaczonym dla funkcji ratujących życie: antyszokowa, i CPR?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

16. Zapytanie Wykonawcy:

Łóżka szpitalne - 32 szt.

Dotyczy pkt. 33

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z tulejami do montaż wysięgnika z uchwytem ręki tylko od strony głowy? Wieszak kroplówki można montować w czterech tulejach przy narożnikach łóżka.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

17. Zapytanie Wykonawcy:

Szafki przyłóżkowe:

Dotyczy pkt. 42 i 44

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o szerokości całkowitej 400mm i wysokości 800mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

18. Zapytanie Wykonawcy:

Szafki przyłóżkowe:

Dotyczy pkt. 46



Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z uchwytami do otwierania wystającymi poza obrys szafki?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

19. Zapytanie Wykonawcy:

Szafki przyłóżkowe:

Dotyczy pkt. 47

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która posiada na blacie aluminiowy reling z tworzywowymi haczykami do wieszania ręczników i tworzywowym uchwytem na szklanke? Możliwość przesuwania haczyków na całej długości relingu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

**KOORDYNATOR
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**


mgr Monika Klause