



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 18.03.2024 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 5/2024

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych oraz sprzętu medycznego jednorazowego użytku do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 11

Zadanie nr 38

1. Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści: opakowanie poziome z dyspenserem w górnej części z otworem w ułatwiającym wyjmowanie pojedynczych ustników?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści: Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, pokryte teflonem łyżeczki owalne z okienkiem z igłą lub bez igły, wykonane ze stali nierdzewnej, typu aligator długość narzędzia 180 i 230 cm , dedykowana średnica kanału roboczego 2,8 mm?

Odp. Zamawiający zgodnie z SWZ.

3. Poz. 5

Czy Zamawiający dopuści: Jednorazowa igła sterylna do wstrzyknięć 25 G dł. 6 mm z mechanizmem stabilizacji igły oraz metalowym zakończeniem osłony zewnętrznej o średnicy 2,4 mm i długości 230 cm op. 10 szt.?

Odp. Zamawiający dopuszcza op. a 10 szt.

4. Poz. 6

Czy Zamawiający dopuści: Kleszcze biopsyjne, jednorazowego użytku: (łyżeczki owalne z okienkiem, z igłą lub bez igły , wykonane ze stali nierdzewnej gładkich krawędziach, długość narzędzia 180 cm, średnica osłonki 2,3 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

5. Poz. 7

Czy Zamawiający dopuści: Klipsownica jednorazowego użytku z klipsem załadowanym do zestawu długości 235 cm, średnic kanału roboczego 2,8 mm, rozwarcie ramion klipsa 16mm, kąt rozwarcia 135 stopni, funkcja rotacji, możliwość wielokrotnego otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

6. Poz. 8

Czy Zamawiający dopuści: Szczotka czyszcząca do kanału roboczego endoskopu jednorazowego użytku dł. 230 cm, dwustronna, główki o średnicy 5/10 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

7. Poz. 9

Czy Zamawiający dopuści: Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, sterylne, osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów, wykonane ze stali nierdzewnej o gładkich końcach

średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,8mm , łyżeczki owalne z okienkiem bez igły, długość narzędzia 160 cm, średnica kanału roboczego 2,0 mm

średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,3 mm, łyżeczki owalne z okienkiem z igłą lub bez, , długość narzędzia 180 i 230 cm, średnica kanału roboczego 2,8mm

Odp. Zgodnie z SWZ.

8. Poz. 10

Czy Zamawiający dopuści: Zestaw do opaskowania żyłaków przelyku, 6 gumkowy, przedostatnia gumka odróżniająca się kolorem od pozostałych. Na krótko przed oddaniem strzału można wyczuć zwiększone napięcie na pokrętle rękojeści. Wystrzelenie pierścienia jest widoczne endoskopowo i można je wyczuć po zwolnieniu napięcia na obracającym się kole. Bez mechanizmu kliknięcia?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

KOMENDANT

płk mgr Krzysztof Jurkowski

IB 91/ 810 59 82

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960

tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl