



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI
✉ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790
✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Sprawa nr ZP/21/2025

Łódź, dnia 16.04.2025 r.

**„Dostawa urządzeń, narzędzi i innego wyposażenia medycznego na potrzeby Kliniki Chirurgii
Ogólnej i Onkologicznej - Bloku Operacyjnego Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi”**

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia

W związku ze zgłoszonymi na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) pytaniami dotyczącymi Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie Nr 1: Pozycja nr 2 Urządzenie do termoablacji tarczycy poz. 18

Czy Zamawiający dopuszcza elektrody monopolarne o parametrach: średnica 18G/**1.25mm**, długość robocza 70mm, długość aktywna 7mm, w zestawie elektrody neutralne i dreny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Udzielone odpowiedzi należy czytać łącznie z dokumentami zamówienia.

Sekretarz Komisji Przetargowej
Marta Radziszewska