



Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi  
ul. Aleksandrowska 61/63, 91-205 Łódź  
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej



System  
zarządzania  
ISO 9001:2015  
ISO 27001:2013

www.tuv.com  
ID 9105045135

www.wompcpl.eu

sekretariat  
tel.: (42) 27-21-900  
fax.: (42) 27-21-809  
e-mail: sekretariat@wompcpl.eu

NIP: 947-18-05-558  
Regon: 000 29 42 89  
Numer KRS: 0000022077  
Księga Rejestrowa Nr 000000004457

Łódź, dnia 8 marca 2022 roku

WOMPCPL.DTA.3331.1.2022.JJ

**Do Wszystkich Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na **Zakup pulsoksymetrów napalcowych (znak sprawy DTA.3331.1.2022)**.

### WYJAŚNIENIA I INFORMACJE

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udostępnia Wykonawcom odpowiedzi na zapytania złożone do prowadzonego postępowania z podaniem treści pytań.

Pytanie 1. Czy zamawiający dopuszcza pulsoksymetry z ekranem OLED?

Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza ekran OLED.

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetry z wyświetlaczem LCD?

Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza wyświetlacz LCD.

Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetry o zakresie pomiarowym SpO<sub>2</sub>: 35 ~ 99% Puls: 30 ~ 250 bpm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza takie zakresy pomiaru SpO<sub>2</sub> i pulsu.

Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetry o dokładności pomiaru SpO<sub>2</sub>: 90 % ~ 99 %, ± 2 %, Puls: ± 3 bpm?

Odp.: Nie.

Pytanie 5. Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetry z wykresem graficznym, zamiast słupkowym?

Odp.: Tak.

Pytanie 6. Poz. 5 Prosimy o dopuszczenie wyświetlacza OLED o rozdzielczości 128x64px, 4 kierunki wyświetlania.

Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza taki wyświetlacz.

Pytanie 7. Poz. 11 Prosimy o dopuszczenie zakresu pomiaru SpO<sub>2</sub> 35-100%, rozdzielczość 1%.

Odp.: Zamawiający dopuszcza taki zakres i dokładność pomiaru.

Pytanie 8. Poz. 12 Prosimy o dopuszczenie dokładności pomiaru SpO<sub>2</sub> ≤ 3% przy 70%-100%.

Odp.: Nie, zamawiający nie dopuszcza takiej dokładności pomiaru.

Pytanie 9. Poz. 13 Prosimy o dopuszczenie zakresu pomiaru PR 30-240 bpm, rozdzielczość 1 bpm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza taki zakres i rozdzielczość.

### MODYFIKACJA SWZ

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie Załącznika nr 2 SWZ – Parametry techniczno-użytkowe i wyposażenie.

Załącznik:

Załącznik nr 2 SWZ po zmianie



Rzeczpospolita  
Polska



województwo  
łódzkie

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny

