



Poznań, dnia 13.03.2019 r.

Dz. Z. P. 02/36/19

Uczestnicy postępowania

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych na dostawę wyrobów medycznych, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22.02.2019r. 2019 /S 038 - 084992

WYJAŚNIENIE NR 7 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z pytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawcę, w imieniu Zamawiającego Ginekologiczno - Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1986) wyjaśniam:

Zestaw 1

Dot. asortymentu:

Dot. części nr 20:

Czy Zamawiający dopuści taśmę szerokości 9-13 mm, dla której brak w karcie danych technicznych określenia wielkości kątów ułożenia włókien, jednak struktura geometryczna taśmy zapewnia odporność na deformację, skręcanie i rozciąganie we wszystkich kierunkach?

Odp: Zgodnie z SIWZ.

Dot. umowy:

1. Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?
Odpowiedź na powyższe pytanie jest niezbędna do kalkulacji oferowanej ceny.

Odp: Zamawiający będzie realizował przedmiot umowy zgodnie z bieżącymi potrzebami zamawiającego, do maksymalnej kwoty określonej w umowie.

2. Czy Zamawiający zgodzi się w § 9, ust 1, pkt-y b. i c. zmienić kare umowną z 10% wartości umowy brutto na 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto?

Odp: Zamawiający nie zmienia zapisu powyższego paragrafu.

Zestaw 2

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pytanie 1 - dotyczy części 3 poz. 1





Prosimy o dopuszczenie filtru wg opisu: Filtr oddechowy elektrostatyczny mikrobiologicznie czysty skuteczność filtracji bakteryjno/wirusowej >99,9%; opór przy 30L/min 0,8cm H₂O; opór przy 60L/min 1,7cmH₂O, przestrzeń martwa 34ml; waga 19g; minimalna objętość oddechowa 100ml; port do kapnografii; złącza proste 22M/15F – 22 839-81-85.

Odp: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 – dotyczy części 3 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie filtru wg opisu: Filtr oddechowy elektrostatyczny sterylny; skuteczność filtracji bakteryjno/wirusowej >99,999%; opór przy 30L/min 0,9cm H₂O; opór przy 60L/min 2,0cmH₂O, przestrzeń martwa 42ml; waga 23g; minimalna objętość oddechowa 150ml; port do kapnografii; złącza proste 22M/15F – 22F/15M.

Odp: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 1 – dotyczy części 10 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie łącznika wg opisu: Łącznik kątowy 90 stopni, złącze pacjenta 22M/15F, zakończenie 15M z portem do kapnografii, mikrobiologicznie czysty, op. 1 szt.

Odp: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIA DOTYCZĄCE WZORU UMOWY – ZAŁĄCZNIK NR 3A

Pytanie 1 – dotyczy §9 ust. 1 pkt. a)

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kar umownych do wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonej partii zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Odp: Zamawiający nie zmienia zapisu powyższego paragrafu.

Z poważaniem

Dyrektor Szpitala

dr Maciej Sobkowski