



EZ.272.007.2025

EZ/.....230...../25

Wrocław, dnia11.03.2025r.....

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie, zmiana SWZ do postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na prace instalacyjno- budowlane związane z przygotowaniem pomieszczeń do montażu aparatu do angiografii komputerowej wraz z zakupem i dostawą kolumny anestezjologicznej i wyposażenia w ramach dotacji celowej na realizację zadania pn. „Poprawa bazy leczniczej” w ramach którego utworzone zostanie „Centrum Leczenia Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego na bazie Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym oraz Pracowni Neuroradiologii Zabiegowej, Oddziału Neurochirurgii oraz Neurologii Dziecięcej” (sygnatura sprawy EZ/156/ET/25).

Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, informuje, że do ww. postępowania zostało złożone pytanie. W związku z powyższym, zgodnie z art. 284 i art. 286 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami i zmianą treści SWZ:

Pytanie 1

„Dotyczy: Lokalizacja kolumny anestezjologicznej. W nawiązaniu do wizji lokalnej prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga przeniesienia kolumny anestezjologicznej na drugą stronę stołu względem pierwotnej koncepcji przedstawionej w PFU?”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. Zamawiający wymaga przeniesienia kolumny anestezjologicznej na drugą stołu względem pierwotnej koncepcji przedstawionej w Załączniku nr 12 Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), stanowiącym integralną część SWZ.

Zamawiający, w nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi, w oparciu o art. 284 i 286 ustawy Pzp, przedłuża termin: składania i otwarcia ofert do dnia 18.03.2025r., miejsce i godziny pozostają bez zmian. Jednocześnie zmianie ulega termin związania ofertą do dnia 16.04.2025r. Wobec powyższego zmianie ulega pkt. 1 Rozdziałów XIV, XVII, XVIII Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie zmiany ww. terminów.

Dodatkowo Zamawiający poprawia w protokole z wizji lokalnej z dnia 06.03.2025r., oczywistą omyłkę pisarską w sygnaturze sprawy na „(...) EZ/156/ET/25”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

mgr Tomasz Dymyt

Sporządziła: Ewa Kupis
Sprawdziła: Zofia Dombrowska

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2.54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



DOLNY
ŚLĄSK