

Hajnówka dn. 16 maja 2025 r.

D/Kw.2232.4.2025

WYKONAWCY

Odpowiedź na pytanie dotyczące postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na dostawy – Dostawę aparatu RTG do Aresztu Śledczego w Hajnówce nr spr. **D/Kw.2232.4.2025**

Pytania:

„Pytanie nr 1

Dotyczy SWZ

Zamawiający wymaga: przygotowanie wniosku do SANEPID-u o odbiór pracowni RTG oraz uzyskanie pozytywnej opinii.

Ze względu na fakt, iż wykonawca nie ma wpływu na termin w jakim zostanie wydana ww. opinia zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że oczekiwanie na wydanie opinii nie „wlicza się” do terminu realizacji zamówienia - w związku z czym po złożeniu ww. wniosku Zamawiający przyjmie fakturę wystawioną przez wykonawcę i dokona płatności.

Pytanie nr 2

Dotyczy SWZ

Opis przedmiotu zamówienia został przez Zamawiającego zawarty w treści SWZ.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że wykonawcy nie muszą załączać do oferty jakichkolwiek dokumentów potwierdzających parametry techniczne aparatu RTG – samo złożenie oferty stanowi poświadczenie spełniania minimalnych parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

Pytanie nr 3

Dotyczy projektu umowy

W § 2 ust. 2 pkt. 3) Zamawiający wymaga:

(...) do 3 dni roboczych na usunięcie awarii od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację ww. zapisu i nadanie mu następującego brzmienia:

(...) do 3 dni roboczych na usunięcie awarii od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego natomiast w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 6 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii.

Pytanie nr 4

Dotyczy SWZ

Dot. pkt V.2 SWZ – Stół o stałej wysokości z ruchem blatu wzdłużnym i poprzecznym, do obciążenia min. 200 kg, z systemem AEC

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie oferowania stołu mobilnego (na kółkach) z ruchomym blatem realizującym ruchy wzdłużne i poprzeczne, o udźwigu do 150 kg, wyposażonego

w system AEC.

Zaznaczamy, że oferowany stół spełnia funkcjonalnie wymagania dotyczące mobilności oraz ruchów blatu. Błat pływający o stałej wysokości jest charakterystyczny dla systemów podłogowych ze stacjonarnym stołem, natomiast w przypadku aparatów typu ramię U, mobilne stoły z ruchem wzdłużnym i poprzecznym w zupełności spełniają funkcjonalność potrzebną do wykonywania badań. Dodatkowo pragniemy podkreślić, że w przypadku pacjentów o masie przekraczającej 150 kg badania wykonywane będą na łóżku bądź wózku, na którym pacjent dotarł do gabinetu – bez konieczności jego przekładania. Detektor będzie pozycjonowany względem pacjenta na jego leżance lub wózku. Takie rozwiązanie jest w pełni bezpieczne i powszechnie stosowane w praktyce klinicznej. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie oferowanego rozwiązania.

Pytanie nr 5

Dotyczy SWZ

Dot. pkt V.4 SWZ – Generator: moc 50 kW–100 kHz

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie aparatu RTG wyposażonego w generator o mocy 65 kW i częstotliwości 250 kHz.

Zastosowanie generatora o wyższej częstotliwości pozwala na uzyskanie bardzo stabilnych parametrów ekspozycji, skrócenie czasu naświetlania oraz uzyskanie wysokiej jakości obrazów przy zachowaniu niskiej dawki promieniowania dla pacjenta. Moc 65 kW w połączeniu z częstotliwością 250 kHz zapewnia pełną funkcjonalność i bezpieczeństwo diagnostyczne wymagane dla tego typu urządzeń.

Prosimy zatem o dopuszczenie rozwiązania spełniającego funkcjonalne parametry, mimo różnic w wartościach granicznych.

Pytanie nr 6

Dotyczy SWZ

Dot. pkt V.6 SWZ – Detektor 43 × 43 cm

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie bezprzewodowego detektora cyfrowego o efektywnym rozmiarze 42,7 × 42,7 cm, w ilości 1 szt., który może być stosowany zarówno w statywie Bucky, jak i do tzw. wolnych ekspozycji (mobilne pozycjonowanie przy pacjencie).

Różnica 3 mm w wymiarze aktywnego pola obrazowania w żaden sposób nie wpływa na funkcjonalność systemu ani na zakres diagnostyczny. Detektor ten w pełni pokrywa wymagany obszar anatomiczny

i umożliwia realizację wszystkich niezbędnych projekcji w badaniach RTG. Dodatkowo, dzięki mobilności

i bezprzewodowej pracy, zapewnia on dużą elastyczność w codziennej pracy techników radiologii.

Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby i dopuszczenie oferowanego detektora.

Pytanie nr 7

Dotyczy SWZ

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający – celem zapewnienia zgodności

oferowanych wyrobów z obowiązującymi przepisami prawa – wymagać będzie od wszystkich wykonawców złożenia dokumentów potwierdzających dopuszczenie oferowanego aparatu RTG do obrotu i używania na terenie Polski, tj.:

- aktualnej deklaracji zgodności CE zgodnej z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR),
- potwierdzenia zgłoszenia lub rejestracji wyrobu medycznego w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL).

Uważamy, że wymaganie tych dokumentów na etapie składania ofert, jest niezbędne dla zapewnienia, że oferowane urządzenia są legalnie dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Prosimy o potwierdzenie powyższego.

Pytanie nr 8

Dotyczy SWZ

W związku z zapisem w dokumentacji przetargowej:

Wszystkie oferowane elementy muszą być kompatybilne i umożliwiać rozpoczęcie pracy bez żadnych dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga dostarczenia dedykowanej stacji technika do obsługi aparatu RTG.

Chcielibyśmy zaznaczyć, że dla zapewnienia optymalnej pracy urządzenia oraz pełnej integracji systemu, niezbędne jest zastosowanie stacji dedykowanej, skonstruowanej wyłącznie do obsługi aparatu RTG, bez możliwości stosowania alternatywnych rozwiązań typu ucyfrowienia, tablety lub inne uniwersalne urządzenia. Dedykowana stacja pozwoli na uzyskanie pełnej funkcjonalności, gwarantując zgodność

z wymaganiami systemowymi i operacyjnymi urządzenia.

Prosimy o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi w tej kwestii.

Pytanie nr 9

Dotyczy SWZ

Prosimy o doprecyzowanie, czy wymagany przez Zamawiającego serwer ma być w obudowie typu rack (do montażu w szafie serwerowej), czy typu tower (wolnostojący, jak komputer stacjonarny)?

Rodzaj obudowy wpływa na sposób instalacji i wymagania infrastrukturalne (np. miejsce, chłodzenie), dlatego prosimy o jednoznaczne wskazanie preferowanego rozwiązania.

Pytanie nr 10

Dotyczy SWZ

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje dostarczenia systemu PACS wyłącznie w formie archiwum obrazowego (serwera), czy również dostawy i instalacji przeglądarki obrazów typu klient-serwer (do opisu i przeglądania badań)?

Z informacji, które posiadamy, wynika, że Zamawiający dysponuje już stacją opisową – w związku z tym chcielibyśmy potwierdzić, że po stronie Wykonawcy będzie leżało jedynie zainstalowanie niezbędnego oprogramowania na tej stacji, bez konieczności dostarczania osobnego stanowiska

sprzętowego.

Pytanie nr 11

Dotyczy SWZ

Prosimy o doprecyzowanie, czego dokładnie dotyczy zapis: „Wykonanie dokumentacji systemu zarządzania jakością RTG”.

Czy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przygotowania dokumentacji opisującej sposób pracy aparatu RTG i jego komponentów (np. procedury eksploatacyjne, testy akceptacyjne, harmonogramy kontroli jakości, rejestry przeglądów technicznych itp.), zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi dla pracowni rentgenowskich?

Zależy nam na upewnieniu się, jaki zakres dokumentacji należy przygotować i czy ma ona obejmować jedynie aspekt organizacyjno-techniczny, czy również integrację z systemem informatycznym.

Pytanie nr 12

Dotyczy SWZ

Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia systemu RIS (Radiological Information System) jako części zamówienia? RIS to system wspomagający rejestrację pacjentów, planowanie badań (terminarz), generowanie listy roboczej (worklisty) dla aparatu RTG, a także opis badań, statystyki i raporty.

W wielu małych jednostkach (np. Areszt Śledczy, zakłady zamknięte) RIS bywa zbędny – dlatego prosimy o jednoznaczną informację, czy Zamawiający go potrzebuje.

Pytanie nr 13

Dotyczy SWZ

Prosimy o informację, czy w okresie gwarancyjnym oraz serwisowym będzie możliwy zdalny dostęp do serwera (np. poprzez bezpieczne połączenie VPN) w celu szybkiej diagnostyki i rozwiązywania ewentualnych problemów?

Zdalny dostęp znacząco skraca czas reakcji serwisu i ogranicza przestoje w pracy systemu.

Pytanie nr 14

Dotyczy SWZ i załącznika nr 1 Formularz oferty.

Zamawiający w treści SWZ zawarł opis przedmiotu zamówienia jednocześnie wymagając w Formularzu ofertowym wyceny jednej pozycji tj. aparatu RTG - 1 szt.

W związku z faktem, iż Zamawiający przed wszczęciem każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego musi oszacować wartość zamówienia, a następnie najpóźniej przed otwarciem ofert, musi podać informację o kwocie brutto jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, uprzejmie prosimy o wskazanie/ustalenie przez Zamawiającego jaką stawkę podatku VAT mają obowiązek zastosować wykonawcy w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedzi na pytania:

1. W odpowiedzi na pytanie 1. Zamawiający nie zmienia wymagań.
2. W odpowiedzi na pytanie 2. Zamawiający nie zmienia wymagań.

3. W odpowiedzi na pytanie 3. Zamawiający informuję, iż dokonuje modyfikacji projektu umowy, tj. zmienia zapis § 2 ust. 2 pkt 3) „(...) do 3 dni roboczych na usunięcie awarii od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.” na „(...) do 3 dni roboczych na usunięcie awarii od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, natomiast w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 6 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii.”
Zamawiający umieszcza zmodyfikowany załącznik nr 3 – Projekt umowy na stronie prowadzonego postępowania.
4. W odpowiedzi na pytanie 4. Zamawiający informuje, iż dopuszcza stół mobilny (na kółkach) z ruchomym blatem realizującym ruchy wzdłużne i poprzeczne, o udźwigu do 150 kg, wyposażonego w system AEC.
5. W odpowiedzi na pytanie 5. Zamawiający nie zmienia wymagań.
6. W odpowiedzi na pytanie 6. Zamawiający informuje, iż dopuszcza detektor o rozmiarze 42,7 × 42,7 cm.
7. W odpowiedzi na pytanie 7. Zamawiający informuje, iż nie zmienia wymagań, jednocześnie nadmieniam, iż w trakcie badania ofert zgodnie z art. 223 ustawy Pzp Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty. Zaoferowany aparat RTG powinien być **bezwzględnie** dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski.
8. W odpowiedzi na pytanie 8. Zamawiający informuje, iż dostarczony przez Wykonawcę aparat RTG ma być kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego stacją opisową. Pozostałe wymagane urządzenia do prawidłowej pracy aparatu RTG dostarcza Wykonawca.
9. W odpowiedzi na pytanie 9. Zamawiający informuje, iż dopuszcza ewentualne doposażenie posiadanej stacji w dodatkowe dyski do archiwizacji oraz doposażenie w dodatkowy komputer serwerowy. Posiadana stacja robocza to HP Z2 G9 z kartą Eizo MED.-XN51LP.
10. W odpowiedzi na pytanie 10. Zamawiający informuje, iż posiada stację opisową. Po stronie Wykonawcy leży dostarczenie wymaganych urządzeń oraz zainstalowanie niezbędnego oprogramowania do prawidłowej pracy aparatu RTG.
11. W odpowiedzi na pytanie 11. Zamawiający informuje, iż wymaga całości dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi dla pracowni rentgenowskich.
12. W odpowiedzi na pytanie 12. Zamawiający informuje, iż nie wymaga dostarczenia systemu RIS.
13. W odpowiedzi na pytanie 13. Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zdalnego dostępu.

14. W odpowiedzi na pytanie 14. Zamawiający informuje, iż Wykonawca ma obowiązek zastosować 8 % stawki podatku VAT.

*Dyrektor
Aresztu Śledczego w Hajnówce*

płk mgr Roman Paszko

Wykonano w 1 egz.

1. egz. – a/a, wnioskodawca – wiadomość na platformie openNexus

– Zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania