



SZPITAL UNIWERSYTECKI

im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze Sp. z o.o.

Zielona Góra 09.05.2023 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), którego przedmiotem zamówienia jest **Zakup wyposażenia specjalistycznego – aparatury medycznej w ramach projektu pn.: „Przebudowa i modernizacja Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Klinicznego Oddziału Okulistyki w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze Sp. z o.o.”** współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 9 "Infrastruktura społeczna", Działanie 9.1 "Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych", Poddziałanie 9.1.1 "Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT", na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPLB.09.01.01-08-0002/20, nr sprawy: LI.262.1.2023, nr ogłoszenia o zamówieniu: 2023/S 079-239391.

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIENÍ TREŚCI SWZ ORAZ O ZMIANIE TREŚCI SWZ

Zamawiający Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o. niniejszym informuje, iż na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania. Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. Zamawiający niniejszym informuje, na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy, że dokonuje zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia.

1. Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SWZ poprzez zmodyfikowanie zapisu dot. § 6 ust. 1.1 wzoru Umowy. Zamawiający w § 6 ust. 1.1 wskazał: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne określone procentowo w stosunku do wartości przedmiotu umowy, podanej w § 2 ust.1 w następujących przypadkach: 1) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % za każdy dzień zwłoki; W ocenie Wykonawcy zaproponowana wysokość kary umownej za nieterminową dostawę jest niewspółmierna do ewentualnego uchybienia w sposobie realizacji świadczenia, do którego jest on zobowiązany w ramach Umowy, wysokość kary umownej na poziomie 1% za każdy dzień uchybienia terminowi, nie ma żadnego związku z funkcją jaką mają pełnić kary umowne, a może jedynie prowadzić do wzbogacenia Zamawiającego, co tym samym w sposób jednoznaczny narusza zasadę równości stron umowy. Zdaniem Wykonawcy postanowienie Umowy o wskazanej treści daleko wykracza poza cel, dla którego zastrzegana jest kara umowna, która ma kompensować negatywne dla wierzyciela konsekwencje wynikające ze stanu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i stanowić swego rodzaju zryczałtowane odszkodowanie. Odszkodowanie zaś powinno być adekwatne do szkody jaką może ponieść Zamawiający. Natomiast kara umowna w wysokości 1% za jeden dzień opóźnienia, w żaden sposób nie może odpowiadać ewentualnej szkodzie jaką może ponieść Zamawiający. W kwestii rażąco wygórowanych kar umownych KIO zajęto stanowisko w wyroku z dnia 30 listopada 2017 r., Sygn. akt: KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17, gdzie stwierdziła, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” W konsekwencji powyższych rozważań Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ poprzez zmianę postanowienia zawartego w § 6 ust 1.1 wzoru Umowy i obniżenie kary umownej do 0,5% wartości

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

2. Dotyczy zadanie nr 6 Ssak elektryczny

Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 – Ssak elektryczny, dopuści ssak o parametrach technicznych:

- Zasilanie sieciowe 230V ± 10% 50 Hz
- Ssak elektryczny na podstawie jezdnej kolumnowej wykonanym ze materiałów niekorodujących, na czterech kołach wszystkie z blokadami oraz z szyną na akcesoria.
- Max. podciśnienie ≥ 90 kPa
- Wydajność min. 70 l/min
- Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w mPa
- Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora iglicowego.
- Przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę.
- Bezobsługowa pompa tłokowa
- Poziom hałasu 45 dB
- Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem pompy –zbiornik zabezpieczający 1 litr.
- Włącznik/wyłącznik nożny
- Zbiornik 2 litrowy wielorazowy z poliwęglanu, nietłukący z podziałką, do wkładów jednorazowych, z uchwytem naszynowym.
- Wkłady jednorazowe kompatybilne z w/w zbiornikiem – 40 szt.
- Filtry antybakteryjne - min. 10 szt.
- Pobór mocy max. 186 W
- Waga max. 19 kg.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

3. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 6 fabrycznie nowe urządzenie z rokiem produkcji 2022?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści w zadaniu nr 6 fabrycznie nowe urządzenie z rokiem produkcji 2022.

4. Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 8 fabrycznie nowe urządzenie z rokiem produkcji 2022?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści w zadaniu nr 8 fabrycznie nowe urządzenie z rokiem produkcji 2022.

5. zadanie nr 4 wideolaryngoskop Czy Zamawiający dopuści sprzęt nowy, nieużywany, rok produkcji 2022r ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści w zadaniu nr 4 fabrycznie nowe urządzenie z rokiem produkcji 2022.

Pakiet nr 7: Aparat EKG

6. Pkt 6., Pkt 7. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG sterowany za pomocą ekranu dotykowego, z możliwością podłączenia klawiatury poprzez złącze USB?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

7. Pkt 10. Czy Zamawiający dopuści pamięć wewnętrzną do 300 badań z możliwością łatwego eksportu badań na pamięć USB?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

8. Pkt 11. Czy Zamawiający dopuści zapis na papierze o szerokości 148 mm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

9. Pkt 15. Czy Zamawiający dopuści zapis długi do 5 minut do oceny arytmii?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

10. Pkt 17. Czy Zamawiający dopuści prędkość przesuwu papieru 5; 12,5; 25; 50, co stanowi niewielkie odstępstwo od parametru wymaganego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

11. Pkt 20. Czy Zamawiający dopuści filtr zakłóceń mięśniowych; do wyboru filtry: 20 Hz, 40 Hz, 100 Hz, 150 Hz?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

12. Pkt 22. Czy Zamawiający dopuści automatyczny filtr linii izoelektrycznej ADS?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

13. Pkt 24. Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości komunikacji z telefonem i modułu Bluetooth?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

14. Pkt 30. Czy Zamawiający dopuści wagę aparatu z akumulatorem 3,3 kg?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

15. Pkt 31. Czy Zamawiający dopuści brak pasa piersiowego dla dzieci i elektrod do pasa piersiowego dla dzieci?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

16. Pkt 31. Czy Zamawiający dopuści papier typu składanka?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

17. Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zapłata należności, o której mowa w par. 2 ust. 1 nastąpiła w terminie 45 dni od daty otrzymania poprawnie (..) faktury VAT?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

18. Dotyczy wzoru umowy § 5

Praktyką w przypadku gwarancji udzielanej na urządzenia medyczne jest wyłączenie tych wad i awarii aparatów, które wynikają z nieprawidłowego użycia (niezgodnego z instrukcją lub przeznaczeniem) aparatu przez Zamawiającego lub też spowodowane są okolicznościami o charakterze siły wyższej.

Czy wobec takiego katalogu włączeń z gwarancji, które są standardem dla aparatury medycznej, będącej przedmiotem niniejszego postępowania, Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie modyfikacji zapisu w następujący sposób:

„Gwarancją nie są objęte:


a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:

- eksploatacji przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi,
- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
- Celowego lub nieumyślnego niewłaściwego użycia lub zaniedbania,
- uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych, jak również powstałych wskutek zaistnienia siły wyższej, działania władz wojskowych lub cywilnych, pożarów, powodzi, zalań, strajków lub innych zaburzeń w pracy, wojny, buntów, i innych powodów poza racjonalną kontrolą Wykonawcy

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

19. Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 3

W przypadku określonych awarii zachodzi konieczność sprowadzenia części / podzespołów wymiennych z zagranicy, co może wydłużyć czas trwania naprawy do 14 dni (czas importu, odprawy celnej itp.). Czy wobec powyższego, Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie ust. 3 o następujące zastrzeżenie: „a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 14 dni kalendarzowych”?



Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

20. Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 1 ppkt 1) , 2), 3), 4), 5)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej opisanej w ust. 1 do: 0,2% wysokości za każdy dzień zwłoki / przedłużającej się naprawy/ przestoju aparatury?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

21. Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 10% wynagrodzenia umownego?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

22. Dotyczy wzoru umowy § 6 ust.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosiła 10% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w par. 2 ust. 1?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

23. Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 1 ppkt 2), 3) 4) 5)

Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kary w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowane w postępowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

24. Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie wzoru umowy poprzez zastrzeżenie dotyczące wystąpienia siły wyższej o treści jak poniżej?

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.

2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.

3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.


zakup ssaków elektrycznych – 3 szt. (zadanie 6)

25. Pkt. 4 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny na wózku jezdnym kolumnowym wykonanym z materiałów niekorodujących, na czterech kołach (dwa z blokadami) oraz z szyną na akcesoria?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

26. Pkt. 8 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny z możliwością precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora iglicowego?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.



27. Pkt. 10 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny z niezawodnym, podświetlanym włącznikiem wciskany?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

28. Pkt. 11 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny wyposażony w bezolejową pompę próżniową, nie wymagającą konserwacji, bezobsługową i z długą 5 letnią gwarancją?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

29. Pkt. 12 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny z poziomem hałasu max. 39,4 dB?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

30. Pkt. 14 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny z włącznikiem / wyłącznikiem nożnym i możliwością zamocowania go na wózku jezdnym?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

31. Pkt. 15 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny, ze zbiornikiem 2 l wielorazowym z poliwęglanu, nietłukącym z podziałką, do wkładów jednorazowych, z uchwytem naszynowym bez blokady zabezpieczającej wysuwanie się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany wkładu?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

32. Pkt. 18 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny z poborem mocy max 110 W?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

33. Pkt. 19 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny o wadze max. 21 kg

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PAKIET 1

34. Pozycja 1- Prosimy o dopuszczenie: Respirator przeznaczony do wentylacji przerywanej i ciągłej (24 godziny na dobę) dla dorosłych i dzieci o masie ciała 3,5 kg. Respirator do prowadzenia wentylacji pacjenta metodami nieinwazyjnymi i inwazyjnymi. Respirator przeznaczony do użytku stacjonarnego, transportu ambulansowego i szpitalnego.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

35. Pozycja 2- Prosimy o dopuszczenie: Waga urządzenia ze zintegrowanym akumulatorem, oraz z wpinanym dodatkowym akumulatorem Li-On zapewniającymi nieprzerwaną pracę urządzenia min. 12 godzin bez konieczności ich ładowania: 3,5 kg

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

36. Pozycja 7- Prosimy o dopuszczenie : Aparat wyposażony w komunikację Bluetooth.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

37. Pozycja 10- Prosimy o odstąpienie od wymogu: Zasilanie w tlen o niskim ciśnieniu z przepływem min. 0 do 30l/min.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

38. Pozycja 12- Prosimy o dopuszczenie: Wyświetlacz dotykowy 7" przekątnej ekranu.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

39. Pozycja 13- Prosimy o dopuszczenie: Ustawienia pacjenta w zależności od grupy wiekowej (dorośli, dzieci).

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

40. Pozycja 14- Prosimy o dopuszczenie trybów pracy: PCV+, P-SIMV, PSV+Apnea backup, CPAP/PSV, APRV, BiLevel; PRVC, PRVC-SIMV, (S)CMV, V-A/C, V-SIMV, P-A/C, PSV-S/T, nCPAP

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

41. Pozycja 15- Prosimy o dopuszczenie: Objętość oddechowa regulowana, od 30 do 2500 ml.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany wymogów w zakresie parametru 15 zadania nr 1.

42. Pozycja 18- Prosimy o dopuszczenie: Monitorowanie parametrów w zakresie :

- Objętość oddechowa min 0 - 3000 ml ,
- Objętość minutowa przecieku, przeciek % w drogach oddechowych
- Szczytowy przepływ wdechowy min. 0-240 l/min.
- Średnie ciśnienie w drogach oddechowych 0 - 90 cm H2O
- Stosunek I:E min. 9,9: 1 - 1 : 9,9
- Min. wentylacja minutowa 1- 98 l/min
- Częstość oddechów min. 1 - 150 /min.
- Szczytowe ciśnienie wdechowe min. 0 - 90 cm H2O
- Częstotliwość oddechów punktowych, b/min

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

43. Pozycja 21- Prosimy o dopuszczenie :wyzwalacz ciśnieniowy, -0,5 do -20 cmH2O

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

44. Pozycja 24- Prosimy o dopuszczenie: Ustawienia parametrów:

- PEEP 0-25 cm H2O,
- CPAP 1-25 cm H2O,
- wspomaganie ciśnienia 0 - 60 cm H2O,
- objętość oddechowa 30-2500ml,
- Częstość oddechów 1-15 oddechów na minutę,
- Czas wdechu 0,1- 12 sek,
- Czas narastania min 0-6,
- Czulość wyzwalacza przepływu 0,5 - 20 l/min,

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

45. Pozycja 31- Prosimy o dopuszczenie 12 godzin pracy.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

46. Zamawiający wymaga załączenia do oferty formularza cenowo – technicznego.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że obowiązkiem wykonawców jest tylko i wyłącznie wypełnienie przedmiotowego formularza w zakresie: oferowanych cen oraz okresu gwarancji, natomiast w tabeli z parametrami wypełniają oni jedynie kolumnę w której podają: typ, model, producenta oraz kraj pochodzenia oferowanego urządzenia – nie muszą wypełniać czy „dopisywać” czegokolwiek w zakresie potwierdzenia parametrów technicznych (samo podpisanie formularza stanowi potwierdzenie, iż oferowane urządzenie spełnia wymagane parametry).

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wypełnienia formularza cenowo-technicznego w zakresie: tabeli dotyczącej cen/y urządzenia/urządzeń, wskazania okresu gwarancji, typu, modelu, producenta, kraju pochodzenia i fakultatywnie wskazanie częstotliwości przeglądów.

Dotyczy Zadania nr 4 - Wideolaryngoskop - 1 szt.

47. Czy Zamawiający dopuści, przy zachowaniu pozostałych parametrów, wideolaryngoskop:

- z kolorowym ekranem o przekątnej 3'' oraz rozdzielczością 720x480,
- z możliwością obracania monitora w dwóch płaszczyznach (lewo/prawo 270°, góra/dół 110°),
- z możliwością rejestracji zdjęć i filmów, pamięć 32 GB (400 000 zdjęć lub 16 godzin wideo),
- z kamerą CMOS 1 Mpix,
- źródło światło – dioda LED 150 lux,
- z tyżkami jednorazowymi z tworzywa sztucznego w 5 rozmiarach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści wideolaryngoskop w zakresie możliwości obracania monitora w dwóch płaszczyznach (lewo/prawo 270°, góra/dół 110°) oraz możliwość rejestracji zdjęć i filmów, pamięć 32 GB (400 000 zdjęć lub 16 godzin wideo). W pozostałym zakresie Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany wymogów w zakresie parametru 6 zadania nr 4.

Pytania do pakietu 6

48. pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści ssak wyprodukowany w 2020 r.?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

49. pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści ssak wyprodukowany w 2021 r.?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

50. pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści ssak ze skalą opisaną tylko w mmHg?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

51. pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści ssak z precyzyjnym regulatorem iglicowym?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

52. pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści ssak pracujący w oparciu o wysokoobrotową pompę tłokową?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

53. pozycja 12 – Czy Zamawiający dopuści ssak o poziomie hałasu max. 42dB?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

54. pozycja 13 - Czy Zamawiający dopuści zbiornik bezpieczeństwa o poj. 0,3 l z poliwęglanu?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

55. pozycja 14 – Czy Zamawiający dopuści ssak z włącznikiem nożnym podłączanym do ssaka (niezintegrowany z wózkiem)?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

56. pozycja 15 – Czy Zamawiający dopuści butle wielorazowe o pojemności 2, 3 lub 5 litrów, z uchwytem bez blokady?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

57. pozycja 18 – Czy Zamawiający dopuści ssak o poborze mocy max. 500W?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

58. pozycja 19 – Czy Zamawiający dopuści ssak o wadze 23 kg wraz z podstawą?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

59. pozycja 22 – Czy Zamawiający od wymogu instalacji i uruchomienia sprzętu? Ssak jest urządzeniem nieskomplikowanym, a dołączona instrukcja obsługi w języku polskim w sposób szczegółowy opisuje sposób użytkowania.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

60. pozycja 24 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przeglądów na podstawie oświadczenia producenta?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

61. pozycja 26 - Czy Zamawiający od wymogu szkolenia? Ssak jest urządzeniem nieskomplikowanym, a dołączona instrukcja obsługi w języku polskim w sposób szczegółowy opisuje sposób użytkowania.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie formularza cenowo-technicznego zad. 1 stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ oraz formularza cenowo-technicznego zad. 4 stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ. Dokonane zmiany zostały zaznaczone a nowe wymagania naniesione są kolorem czerwonym.

Prezes Zarządu

Marek Działoszyński

podpis na oryginale

UWAGA

Udzielone odpowiedzi mają zastosowanie we wszystkich miejscach SWZ, nawet tam, gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione.

Załączniki:

- Załącznik nr 2 do SWZ po zmianach z dnia 09.05.2023 r.

- Załącznik nr 5 do SWZ po zmianach z dnia 09.05.2023 r.

Publikacja:

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zgora/proceedings

a/a LI.262.1.2023