

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM
W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM**

**dot. postępowania na zadanie pn.:
„Zakup sprzętu medycznego podzielonego na pakiety dla SP ZOZ MSWiA w Opolu”**

Zgodnie z art. 135 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605) Zamawiający wyjaśnia zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przedmiotowego postępowania przetargowego:

1. (dot. pakietu nr 6) Czy Zamawiający w pakiecie nr 6, pozycji 18 dopuści kontener bezobsługowy w systemie otwartym ze statywem i pokrywą , wanna ze stopu aluminium o wymiarach 592x281x152 mm. Na wannie po obu stronach miejsce na plomby tabliczki z nazwą oddziału i zestawu, pokrywa aluminiowa z filtrem teflonowym wystarczającym na minimum 5000 cykli sterylizacji?
Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

wz. Dyrektora
SP ZOZ MSWiA w Opolu
lek. med. Jacek Klós