



Grudziądz, dnia 03.10.2024 r.

ZP-2437/24

### Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Dostawy asortymentu medycznego jednorazowego użytku na okres 24 miesięcy (znak sprawy: Z/77/PN/24).

Informuję, działając w oparciu o treść art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 r., poz. 1320 ze zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawy asortymentu medycznego jednorazowego użytku na okres 24 miesięcy (znak sprawy: Z/77/PN/24)**, wpłynęły zapytania do postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

#### Zapytanie nr 1:

*Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 15 – Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego z przetwornikiem wyposażony w linię płuczącą z przesuwną klemą zaciskową i aparatem kropłowym z wbudowanym filtrem cząstkowym, 2 x kraniki trójdrożne, łącznik typu „T” na linii płuczącej, dren do podłączenia cewnika Foley’a zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, dren z gumowym łącznikiem do podłączenia zestawu do zbiórki moczu, strzykawka L/L 50- 60 ml. Zestaw kompatybilny z monitorami przyłóżkowymi Zamawiającego.*

#### **Odpowiedź:**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

#### Zapytanie nr 2:

*Dotyczy zadanie nr 20. Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne pokrywane osłonką hydrofilną PE, owalne gładkie z igłą zamiast kleszczy typu aligator, rozwarcie tyżeczek 7 mm zamiast 5.1 mm? Pozostałe parametry bez zmian.*

#### **Odpowiedź:**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.






Zapytanie nr 3:

Pytanie do zadania 30

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w miejsce aktualnych zapisów SWZ następującego rozwiązania wg opisu:

Zestaw do cewnikowania tętnic zakładany tradycyjną metodą Seldingera. W skład zestawu wchodzi: cewnik wykonany z PEBA kodowany kolorystycznie w rozmiarze 22a/8cm z niskoprofilowanymi skrzydełkami mocującymi dwa otwory na szew mocujący i zintegrowanym przedłużaczem z przesuwanym zaciskiem, igła punkcyjna z końcówką kodowaną kolorem w rozmiarze 22Ga/4cm, przewodnik 0,021"/35cm o obu prostych końcówkach posiadający oznakowanie wskazujące, kiedy końcówki przewodnika znajdują się w końcówce igły. Co najmniej dwie wklejki do historii choroby/zabiegu identyfikujące produkt nr REF/LOT/data ważności. Produkt sterylny pakowany papier/ folia



**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.



*Zapytanie nr 4:*

*Dotyczy zadania nr 13, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści dwuczęściowe okularki do fototerapii skutecznie chroniące oczy dziecka podczas fototerapii lub w dowolnym momencie, gdy wymagana jest ochrona przed światłem, zapewniają maksymalną ochronę oczu pacjenta przed potencjalnie szkodliwymi promieniami, delikatny materiał zapewnia pacjentowi komfort, wykonane z weluru, pianki poliuretanowej i bawełny, szybkie i wygodne założenie, możliwość kilkukrotnej zmiany pozycji, wygodne zapięcie na rzepy, możliwość dostosowania rozmiaru, jednorazowego użytku, pakowane indywidualnie, rozmiary S – obwód głowy 24-26 cm, M – obwód głowy 26-30 cm, L – obwód głowy 30-37 cm?*



**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

*Zapytanie nr 5:*

*Dotyczy zadania nr 15, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści worek do pomiaru diurezy pakowany osobno?*

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.

*Zapytanie nr 6:*

*Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 16, pozycja 1:*





*Taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, jednorazową, jednorodną, niewchłaniającą, z polipropylenu monofilamentowego z plastikową osłonką na ramionach, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości 84%, porowatość średnia: 976  $\mu\text{m}$  ;porowatość max.: 2314  $\mu\text{m}$  ;grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 80  $\mu\text{m}$ , gramaturze 48 g/m<sup>2</sup>, wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, atraumatycznych brzegach ciętych laserowo zakończonych bezpiecznymi pętelkami, wykonanej w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), która zwiększa wytrzymałość taśmy na rozciąganie we wszystkich kierunkach, co zapobiega zwijaniu się i deformacji taśmy?*

**Odpowiedź:**

*W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.*

**Zapytanie nr 7:**

*Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 16, pozycja 2:*

*Siatkę do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej, jednorodna, niewchłaniająca, o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropyleń, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m<sup>2</sup>, porowatość max 2314  $\mu\text{m}$ , długość ramion: górne 16,5 cm każde, dolne 18,5 cm każde, szerokość ramion 1,1 cm, podstawa górna 5 cm, podstawa dolna 8 cm, wysokość implantu 8 cm (odległość między ramionami), brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca) która zwiększa wytrzymałość siatki na rozciąganie we wszystkich kierunkach, co zapobiega zwijaniu się i deformacji siatki?*

*Oraz igłę wielorazowego użytku do implantacji ww. siatki*

**Odpowiedź:**

*W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.*

**Zapytanie nr 8:**

*Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 16, pozycja 3:*

*Taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, jednorazową, jednorodną, niewchłaniającą, z polipropylenu monofilamentowego z plastikową osłonką na ramionach, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości 84%, porowatość średnia: 976  $\mu\text{m}$  ;porowatość max.: 2314  $\mu\text{m}$  ;grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 80  $\mu\text{m}$ , gramaturze 48 g/m<sup>2</sup>, wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, atraumatycznych brzegach ciętych laserowo zakończonych bezpiecznymi pętelkami, wykonanej w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić*





wzmacniająca), która zwiększa wytrzymałość taśmy na rozciąganie we wszystkich kierunkach, co zapobiega zwiżaniu się i deformacji taśmy?

**Odpowiedź:**

*W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.*

**Zapytanie nr 9:**

*Dotyczy zadania nr 13:*

*Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii noworodków w formie jednoczęściowego paska, który optymalnie można dopasować, łącząc go z tyłu główki pacjenta i dodatkowo regulując położenie okularków na twarzy pacjenta przy pomocy drugiego punktu mocowania na czole nad oczami. Obie zakładki do mocowania zarówno z tyłu główki jak i na czole pacjenta zespolone są z paskiem specjalną ultradźwiękową techniką, co sprawia że nie ma na pasku zgrubień i twardych elementów i tym samym zminimalizowane jest ryzyko pojawienia się odcisków na główce pacjenta. Podkładka chroniąca oczy jest tak zaprojektowana, aby uniknąć nacisku i zapewnić maksymalną ochronę dla oczu. Okularki do fototerapii chroniące przed szkodliwym działaniem światła lampy do fototerapii z zakresem nieprzenikania fal świetlnych potwierdzonym oświadczeniem od Producenta. 1 op. = 20 szt.; w trzech rozmiarach. Nie zawierającego lateksu i ftalanów. W celu szybkiej i łatwej identyfikacji, każdy rozmiar oznaczony innym kolorem: Pediatryczne (large) - ob. głowy 32-38cm (+/- 2cm), kolor czerwony dla wcześniaków (medium) 26-32 cm (+/- 2cm), kolor zielony mikro (small) 20-26cm (+/- 2cm); kolor niebieski.*

**Odpowiedź:**

*W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.*

**Zapytanie nr 10:**

*Dotyczy pakietu 28 czy są państwo w stanie wyłączyć pozycję 6 minimsy 1 ml steryne z tego pakietu.*

**Odpowiedź:**

*W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji w zakresie zapytania Wykonawcy i pozostaje przy zapisach SWZ.*

