



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno
sekretariat: tel. 52 315 25 15, fax 52 315 25 33
e-mail: sekretariat@mpcz.pl
www.spzoz-mogilno.pl

Mogilno, dnia 18.09.2023r.

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: zapytanie ofertowego - Dostawa sprzętu medycznego wraz z instalacją na potrzeby oddziału położniczego

Działając na podstawie Regulaminu wewnętrznego, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę :

Lista wybranych wykonawców

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto	Dodatkowa gwarancja
2	Medium Pharma Maria Ostrowska ul. C.K. Norwida 16 55-002 Kamieniec Wrocławski NIP: 8971062516	1 300,00	1 404,00	brak



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno
sekretariat: tel. 52 315 25 15, fax 52 315 25 33
e-mail: sekretariat@mpcz.pl
www.spzoz-mogilno.pl

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza w zakresie przedmiotu zamówienia wybrana została zgodnie z Regulaminem wewnętrznym Zamawiającego oraz zgodnie z warunkami zapytanie ofertowego.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto	Dodatkowa gwarancja
1	OXFORD POL Sp. z o.o. Pl. Zwycięstwa 2 90-312 Łódź NIP: 5220014573	1 600,00	1 728,00	brak
2	Medium Pharma Maria Ostrowska ul. C.K. Norwida 16 55-002 Kamieniec Wrocławski NIP: 8971062516	1 300,00	1 404,00	brak
3	PHU Technomex Sp. z o.o. ul. Szparagowa 15 44-141 Gliwice NIP: 6310000138	1 425,92	1 539,99	brak



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno
sekretariat: tel. 52 315 25 15, fax 52 315 25 33
e-mail: sekretariat@mpcz.pl
www.spzoz-mogilno.pl

4	Sklep Medyczny Marta Kadzewicz ul. Popiełuszki 15 10-693 Olsztyn NIP: 7571024167	900,00	972,00	brak
---	---	--------	--------	------

Zamawiający informuje, że oferta *Sklepu Medycznego Marta Kadzewicz* została odrzucona, ponieważ nie spełniała wymagań przedstawionych w Formularzu ofertowym. Zamawiający wymagał, aby detektor tętna płodu monitorował tętno płodu **od 10 tygodnia**. Zaoferowany detektor w/w Sklepu monitorował tętno płodu od 12 tygodnia.

Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności.

Zatwierdził:

Z-ca Dyrektora ds Organizacyjno –
Technicznych
Jarosław Głowacki
/podpis na oryginale/

Otrzymują:

1. wszyscy uczestnicy
2. a/a