



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Kielcach im. św. Jana Pawła II**

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51

☎ 41 260 42 00 Fax. 41 260 42 05

NIP:657-18-13-314 REGON: 290391139

zoz@zozmswiakielce.pl

www.zozmswiakielc



Kielce, dnia 4 sierpnia 2023 r.

Znak postępowania: **09/ZO/2023**

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia o wartości poniżej 130 tys. zł wg instrukcji na „zakup i sukcesywną dostawę wkładów workowych jednorazowego użytku dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II

SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II działając na podstawie rozdz. 8 ust. 14 ZAPYTANIA OFERTOWEGO, udziela wyjaśnień na pytania, zadane do wyżej wymienionego postępowania.

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, że w kolumnie „opis” Formularza cenowego powinno być :

- dla poz. 1 „Wkłady workowe 1x użytku poj. 1000 ml, o owalnym kształcie, uszczelniane automatycznie po uruchomieniu ssania, bez konieczności wciskania wkładu w pojemnik, uchwyt do bezpiecznego demontażu, filtr przeciwbakteryjny i zastawka zabezpieczająca źródło ssania przed zalaniem, w pokrywie tylko 1 króciec (króciec kątowy schodkowy obrotowy), szeroki port w pokrywie do pobierania próbek i przytwierdzona na stałe zatyczka do zamykania portu pacjenta. Wkłady całkowicie sprasowane, zajmujące minimum miejsca magazynowego.”
- dla poz. 5 „Wkłady workowe jednorazowego użytku na wydzielinę o pojemności 2000 ml z trwale dołączoną pokrywą do wkładów. Uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu w kanister. Z zastawką hydrofobową zapobiegającą wpływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego o średnicy wewnętrznej min. 7 mm Z opcją ortopedyczną o średnicy wewnętrznej min. 12 mm oraz szerokim portem do pobierania próbek. Nie zawierające polichloru winylu (PCV). Sprasowane, ułatwiające magazynowanie. Zawierające proszek żelujący.”

Odpowiedź:

Zamawiający poprawia formularz ofertowy i wymaga:

- dla poz. 1 „Wkłady workowe 1x użytku poj. 1000 ml, o owalnym kształcie, uszczelniane automatycznie po uruchomieniu ssania, bez konieczności wciskania wkładu w pojemnik, uchwyt do bezpiecznego demontażu, filtr przeciwbakteryjny i zastawka zabezpieczająca źródło ssania przed zalaniem, w pokrywie tylko 1 króciec (króciec kątowy schodkowy obrotowy), szeroki port w pokrywie do pobierania próbek i przytwierdzona na stałe zatyczka do zamykania portu pacjenta. Wkłady całkowicie sprasowane, zajmujące minimum miejsca magazynowego.”
- dla poz. 5 „Wkłady workowe jednorazowego użytku na wydzielinę o pojemności 2000 ml o owalnym kształcie z trwale dołączoną pokrywą do wkładów. Uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu w kanister. Z zastawką hydrofobową zapobiegającą wpływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego o średnicy wewnętrznej min. 7 mm Z opcją ortopedyczną o średnicy wewnętrznej min. 12 mm oraz szerokim portem do pobierania próbek. Nie zawierające polichloru winylu (PCV). Sprasowane, ułatwiające magazynowanie. Zawierające proszek żelujący.”

W załączeniu do pisma – poprawiony zał. 2 [9.ZO.2023] Formularz asortymentowo cenowy.

**Z CAŁYMI
ds. administracyjno-gospodarczych
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
im. św. Jana Pawła II**

Szymon Mazurkiewicz

(podpis osoby upoważnionej)

L.p.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena j. netto [zł]	Wartość netto [zł]	VAT [%]	Cena j. brutto [zł]	Wartość brutto [zł]	Nazwa producenta i nr katalogowy *
1	Wkłady workowe 1x użytku poj. 1000 ml, o owalnym kształcie, uszczelniane automatycznie po uruchomieniu ssania, bez konieczności wciskania wkładu w pojemnik, uchwyty do bezpiecznego demontażu, filtr przeciwbakteryjny i zastawka zabezpieczająca źródło ssania przed zalaniem, w pokrywie tylko 1 króciec (króciec kątowy schodkowy obrotowy), szeroki port w pokrywie do pobierania próbek i przytwierdzenia na stałe zatyczka do zamykania portu pacjenta. Wkłady całkowicie sprasowane, zajmujące minimum miejsca magazynowego	szt.	360						
2	Wkłady 1x użytku poj. 2000 ml uszczelniane automatycznie po uruchomieniu ssania, bez konieczności wciskania wkładu w pojemnik, uchwyty do bezpiecznego demontażu, filtr przeciwbakteryjny i zastawka zabezpieczająca źródło ssania przed zalaniem, w pokrywie tylko 1 króciec (króciec kątowy schodkowy obrotowy), szeroki port w pokrywie do pobierania próbek i przytwierdzenia na stałe zatyczka do zamykania portu pacjenta. Wkłady całkowicie sprasowane, zajmujące minimum miejsca magazynowego. Kompatybilne z pojemnikami z poz. 3	szt.	1704						
3	Pojemnik wielorazowego użytku na wkłady workowe, z przezroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażony w zintegrowany zaczep do mocowania oraz obrotowy schodkowy króciec kątowy do przyłączenia próżni, poj. 2000 ml.	szt.	10						
4	Proszek żelujący rozpuszczalny w wodzie w wiaderku zawierającym 2kg proszku oraz miarkę dozującą	szt.	2						
5	Wkłady workowe jednorazowego użytku na wydzielinę o pojemności 2000 ml z trwale dołączoną pokrywą do wkładów. Uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu w kanister. Z zastawką hydrofobową zapobiegającą wpływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego o średnicy wewnętrznej min. 7 mm z opcją ortopedyczną o średnicy wewnętrznej min. 12 mm oraz szerokim portem do pobierania próbek. Nie zawierające polichloru winylu (PCV). Sprasowane, ułatwiające magazynowanie. Zawierające proszek żelujący."	szt.	220						
					0,00			0,00	

*1) Jeśli proponowany produkt nie posiada nr katalogowego należy wpisać: nr katalogowy nie jest stosowany.

Oświadczam, że: (odpowiednie zaznaczyć)

wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 774), (jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów)

do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów.

Jednocześnie zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w Polsce.