

Poznań 15 kwietnia 2021 r.

Dotyczy: Wyjaśnienia treści swz.

Załącznik nr 1a – Analizator moczu:

a) Czy Zamawiający dopuści analizator fabrycznie nowy z 2020 r?

Odp.

Zamawiający dopuszcza analizator fabrycznie nowy z 2020 r.

b) Czy Zamawiający odstąpi od wymagania w pkt 23.2 - „Po wdrożeniu modułu obsługi laboratorium bezpłatne podłączenie do systemu i uruchomienie”. Nie wiadomo, kiedy i jaki ostatecznie LIS zostanie wdrożony w związku z powyższym Wykonawcy nie mają możliwości rzetelnie skalkulować kosztów oferty.

**Odp. Wykonawca będzie ponosił koszty podłączenia wyłącznie po swojej stronie - koszty od strony LIS ponosi zamawiający.
W przypadku ogłoszenia postępowania na dostawę LIS zamawiający zawrze warunek zachowania kompatybilności i współpracy z posiadanymi urządzeniami w laboratorium.**

c) Czy Zamawiający odstąpi od wymagania w pkt 23.3 - „Zestaw komputerowy...” i dopuści wycenę zestawu komputerowego spełniającego niezbędne wymagania do obsługi oferowanego analizatora moczu określonego w pkt 19?

Odp. Zamawiający wymaga dostawy zestawu komputerowego opisanego szczegółowo w punkcie 23.