

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Poznaniu

im. prof. Ludwika Bierkowskiego



Dział Zamówień Publicznych

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
tel. 61-846-47-70,

www.szpitalmswia.poznan.pl
zamowienia@szpitalmswia.poznan.pl

Poznań, dnia 24.09.2024 r.

ZP/p/30/2024

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**Zakup pompy kasetowej do podaży leku Blincyto**”.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ Nr 1

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu, im. prof. Ludwika Bierkowskiego, informuje, że w przedmiotowym zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi wyjaśnieniami.

ZESTAW ZAPYTAŃ NR 1

Parametry techniczno-użytkowe

Pytanie 1

Czy Zamawiający **sekcji A w punkcie 1** dopuści pompę kasetową wyprodukowaną w 2024 bądź 2023 roku?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści

Pytanie 2

Czy Zamawiający w **sekcji B w punkcie 9** dopuści pompę kasetową bez pilota do podaży dawki PCA?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści

Pytanie 3

Czy Zamawiający w **sekcji D w punkcie 1** zgodzi się na skrócenie okresu gwarancji z 36 do 12 miesięcy?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Pytanie 4

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie **punktu 10 w sekcji D**?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający zgadza się na wykreślenie powyższego punktu

Pytanie 5

Czy Zamawiający w **sekcji D w punkcie 13** dopuści autoryzowany serwis na terenie Europy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści

Wzór umowy

Pytanie 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu umownego zawartego w § 5 ust. 2, 4, 5 i 6 w następujący sposób:

2. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi dla całości dostarczonego sprzętu na okres **12** miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego bez uwag. Jeżeli na poszczególne materiały lub urządzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres dłuższy niż **12** miesięcy, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta. Protokół odbioru końcowego bez uwag, potwierdzony przez Wykonawcę i Zamawiającego stanowi dowód dostarczenia karty gwarancyjnej i wszystkich dokumentów poświadczających prawo wprowadzenia do obrotu i użytkowania przedmiotu umowy na terenie Polski.

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 5 ust. 2, w taki sposób, że okres 60 miesięcy zmieni na okres 36 miesięcy, a pozostała treść powyższego paragrafu pozostaje bez zmian.

4. W przypadku awarii urządzeń w okresie wskazanym w ust. 2 Wykonawca przystąpi do ich naprawy w terminie nie przekraczającym **7 dni roboczych**. Zgłoszenie następuje na nr tel.

..... lub adres mailowy: Wykonawca umożliwi Zamawiającemu bezpośrednio całodobowe zgłaszanie awarii mailowo we wszystkie dni tygodnia.

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 5 ust. 4, w taki sposób, że czas przystąpienia do naprawy liczony od zgłoszenia zmieni z 24 godzin na 48, a pozostała treść powyższego paragrafu pozostaje bez zmian.

5. Czas usunięcia awarii przez Wykonawcę wynosi **30 dni** od jej zgłoszenia przez Zamawiającego. W sytuacji, w której wystąpi konieczność sprowadzenia części zamiennych, o czym Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego nie później niż w terminie **7 dni roboczych** od zgłoszenia awarii, czas usunięcia awarii nie może przekroczyć **60 dni roboczych** od jej zgłoszenia przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia treści zawartej w § 5 ust. 5. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

6. W przypadku nie usunięcia awarii w terminie określonym w ust. 5, w sytuacji, w której wystąpi konieczność sprowadzenia części zamiennych, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania naprawy nie później niż w ciągu następujących **5 dni** oraz dostarczenia w terminie **3 dni** (liczone od daty zgłoszenia o awarii) urządzenia zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych bez dodatkowych opłat.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia treści zawartej w § 5 ust. 6. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych
A. Waraczewska
mgr inż. Aleksandra Waraczewska

Wyk. w 1 egz.
1/ strona internetowa
2/ a/a
Druk: A. Waraczewska