

Kraków, dn. 22 lutego 2023 r.

**Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia
post. nr 6/D/SZ-APT/23**

W związku z wpływem do Aresztu Śledczego w Krakowie pytań dotyczących wyjaśnienia treści SWZ postępowania nr 6/D/SZ-APT/23 zamawiający informuje, co następuje:

- 1) Czy w Pakiecie zbiorczym poz. 740 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu EnteroDr., również zawierającego w swoim składzie 250 mg żywych kultur probiotycznych drożdży *Saccharomyces boulardii* w kapsułce? Zawartość żywych kultur probiotycznych drożdży w oferowanym produkcie została potwierdzona w niezależnym badaniu wykonanym w NIL. Produkt nie zawiera laktozy i może być podawany osobom z nietolerancją laktozy, z zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem laktazy.

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza.

- 2) Zamawiający określa system do pomiaru stężenia glukozy we krwi podając nazwy własne pasków testowych będących zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, co znacząco ogranicza konkurencję asortymentowo-cenową, tym samym narażając się na wysoką cenę. Jeżeli Zamawiający dopuści inne systemy dostępne na rynku, miałby możliwość obniżenia kosztów w budżecie przeznaczonym na zakup systemów pomiaru glukozy. W związku z tym pytamy, czy Zamawiający, postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 99 ust. 4-6 Pzp) dopuszcza w Pakiecie zbiorczym poz. 655-662 konkurencyjne paski testowe (wraz z przekazaniem nieodpłatnych, kompatybilnych z nimi glukometrów) charakteryzujące się opisanymi poniżej cechami: a) Funkcja Auto-coding; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym oksydaza glukozy; d) zakres wyników pomiaru 20-600mg/dl; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra; f) zakres hematokrytu 10-70%, umożliwiające wykonywanie pomiarów we krwi włośniczkowej osób dorosłych i noworodków; g) wyrzut zużytego paska po pomiarze za pomocą przycisku; h) stabilność pasków testowych wynosząca 12 miesięcy po otwarciu fiolki?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wyceny innych produktów niż wymienione w SWZ, w poz. 655-662.

- 3) Czy Zamawiający dopuszcza w Pakiecie zbiorczym poz. 655-662 konkurencyjne paski testowe do glukometru (wraz z przekazaniem nieodpłatnych, kompatybilnych glukometrów), charakteryzujące się następującymi parametrami: a) zakres wyników pomiaru 20-600 mg/dl i zakres hematokrytu 20-60%, umożliwiające wykonywanie

pomiarów we krwi kapilarnej i żyłnej przy dokładności zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197:2015; b) wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku; c) paski nie wymagające kodowania; d) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; e) przydatność pasków testowych do użycia po otwarciu pojedynczej fiolki wynosząca 6 miesięcy (opakowanie zawiera 2 fiolki x 25 szt.); f) wielkość próbki 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5s?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wyceny innych produktów niż wymienione w SWZ, w poz. 655-662.

- 4) Czy w Pakiecie zbiorczym poz. 315 Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g - będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Surowiec stosowany do produkcji jest surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera substancji barwiących ani innych dodatków, które wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza glukozę 75 g.

- 5) Czy w Pakiecie zbiorczym poz. 315 Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g o smaku cytrynowym - będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Surowiec stosowany do produkcji jest surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera substancji barwiących ani innych dodatków, które wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy. Oferowany preparat, ze względu na walory smakowe zmniejsza uczucie nudności, znacznie ułatwiając wykonanie testu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza glukozę 75 g. o smaku cytrynowym.

- 6) Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na podanie ostatniej ceny oraz informacji pod pakietem.

- 7) Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ? W sytuacji jeśli aktualne tylko takie leki są dostępne?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów dostępnych na jednorazowe zezwolenie, w sytuacji jeśli tylko takie leki są aktualnie dostępne.

- 8) Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów medycznych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów medycznych

- 9) Czy w poz. 819 Zamawiający miał na myśli TOLPERISONUM 150 MG x 30?

Odpowiedź: Zamawiający w poz. 819 miał na myśli TOLPERISONUM 150 MG x 30 tabl.

Z up. DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
Arealu Siedczego w Krakowie
ul. Montejupich 7
ppk Stanisław Kotula