



Braniewo, dnia 24.12.2024

Znak sprawy: PCM/ZP 14/I/2024

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 P. z. p.) na dostawę odczynników do laboratorium analitycznego, zamkniętego systemu pobierania krwi wraz z dzierżawą aparatu do odczytu OB oraz odczynników do pracowni immunologii transfuzjologicznej w podziale na zadania

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

ZAPYTANIE I

1. Prosimy o wydzielenie poz. 3 z Zadania 3 do odrębnego pakietu bądź też umożliwienie składania ofert na poszczególne pozycje Zadania 3. Umożliwi to zwiększenie konkurencyjności asortymentowej, gdyż pozostawienie tej pozycji w pakiecie ogranicza liczbę potencjalnych wykonawców. Asortyment zgromadzony w w/w pozycji jest odrębnym rodzajem asortymentu o innym mechanizmie działania i sposobie wykonywania niż asortyment w pozostałych pozycjach, stanowiąc odrębną grupę asortymentową, jaką są testy immunochromatograficzne

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

ZAPYTANIE II

1. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ, Zadanie 9, Parametry graniczne, Formularz cenowy, Lp. 2

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że mikrokarty żelowe do Potwierdzenie grupy krwi ABO, Rh D dla pacjentów (anty -A, anty -B, anty -DVI-) powinny być wypełnione odczynnikami z innych klonów, niż wymienione w Lp.1 lub mogą mieć takie same klony ale innej serii (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Dotyczy: SWZ Rozdział IV Opis przedmiotu zamówienia 2.6 Dotyczy zadania 9, 2.6.10 oraz Załącznik nr 2 do SWZ, Zadanie 9, Parametry graniczne, Lp 10

Uprzejmie prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści mikrokarty żelowe, odczynniki i materiały pomocnicze z minimum 6 miesięcznym terminem ważności, pod warunkiem, że są pakowane maksymalnie po 50 sztuk.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak dopuści.

3. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ, Zadanie 9, Parametry graniczne, pkt 13

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga walidowania wirówki do mikrokart 1 raz w roku przez czas trwania umowy na koszt dostawcy, czyli dwa razy w ciągu trwania umowy.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak 1 raz w roku.

4. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ, Zadanie 9, Formularz cenowy

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że wyszczególnione w tabeli badania, uwzględniają ilości na codzienną kontrolę jakości w całym okresie umowy. Jeżeli nie, to prosimy o podanie schematu wykonywania codziennej kontroli jakości.

Odpowiedź Zamawiającego: Ilości nie uwzględniają kontroli , proszę o doliczenie ilości kontroli wykonywanej 1 raz dziennie przez 5 dni w tygodniu (bez soboty i niedzieli)

5. Dotyczy SWZ Rozdział IV Opis przedmiotu zamówienia 2.6 Dotyczy zadania 9, 2.6.11 oraz SWZ Rozdział X Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe..., pkt 2 ppkt 6) c)

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga Certyfikatów CE tylko dla tych produktów, dla których jest to wymagane zgodnie z przepisami prawa.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak zgodnie z przepisami prawa

6. Dotyczy SWZ Rozdział X Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe..., pkt 2 ppkt 2)

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga złożenia Załącznika nr 2a do SWZ „Formularz wymaganych parametrów aparatu do odczytu OB.” dla Zadania 9.

Odpowiedź Zamawiającego: Potwierdzamy

7. Dotyczy: SWZ Rozdział IV Opis przedmiotu zamówienia 2.6 Dotyczy zadania 9, 2.6.9 oraz Załącznik nr 2 do SWZ, Zadanie 9, Parametry graniczne, pkt 9

Uprzejmie prosimy o odpowiedź czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawy całego asortymentu odbywały się zgodnie z rocznym harmonogramem (13 dostaw w roku).

Odpowiedź Zamawiającego: Tak zgodnie z rocznym harmonogramem dostaw

8. Dotyczy: Załącznik nr 1 SIWZ, Formularz oferty, II Oświadczenie wykonawcy, pkt 1 ppkt 8

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga spełniania europejskich wymogów bezpieczeństwa i dopuszczenia do stosowania jedynie dla tych wyrobów medycznych, dla których jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

9. Dotyczy: Załącznik nr 4 do SIWZ, Formularz oświadczenia, pkt 1.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dokumentów jedynie dla tych wyrobów medycznych, dla których jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Wszyscy oferenci zainteresowani przetargiem są zobowiązani do zapoznawania się z odpowiedziami na zapytania oraz ewentualnymi modyfikacjami specyfikacji bądź sprostowaniami jej zapisów, gdyż doprecyzowują one przedmiot zamówienia i siwz. Są warunkiem złożenia poprawnej oferty. Jednocześnie zamawiający przypomina, że zostaje przedłużony termin składania ofert z dnia 27.12.2024 r. godz. 10:00 na dzień 31.12.2024 r. godz. 10:00

Niniejsze odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1039078> w dniu 24.12.2024 r.