

Katowice, dn. 14.02.2023r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w przetargu nieograniczonym na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku 1, Nr sprawy: ZP-23-011UN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1, Pakiet nr 9

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 9 trójkanałowych cewników czasowych do dostępu żylnego do hemodializy o długościach: 15cm i 20cm – pozostałe kryteria zgodnie z SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.

Pytanie 2, projektu umowy

Dot. zapisów umowy §2 ust. 8

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Projektu Umowy poprzez dopisanie: „Wykonawca ponosi koszty transportu **przy jednorazowym zamówieniu powyżej 200,00 zł netto (...)**”

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 200,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pytanie 3, projektu umowy

Dot. zapisów umowy §4 ust 1, 2, 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisów §5 ust 1, 2, 3 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pytanie 4, Pakiet nr 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego zestawu do dializy:

Trzykanałowy cewnik do hemodializy wykonany z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego poliuretanu optymalnie dostosowującego się do warunków anatomicznych. Elastyczna, zaokrąglona końcówka cewnika, asymetryczny podział kanałów cewnika. Elastyczne przewody doprowadzające z ochroną przed załamywaniem światła cewnika wyposażone w kodowane kolorami zaciski. Cewnik w rozmiarach 12Fr/15cm, 12Fr/20cm do wyboru przez Zamawiającego. Zestaw cewnika zawiera: cewnik trzyświatłowy, igła do punkcji, skalpel, prowadnik „J” w podajniku umożliwiającym wprowadzanie jedną ręką, 2 dylatory, obłożenie.

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 5, Pakiet nr 9

Czy Zamawiający w pozycji 1 pakiet 9 dopuści do postępowania cewnik trójświatłowy 13,5 Fr wysokoprzepływową (High Flow), ramiona proste lub zagięte o długościach: 15 cm, 17,5 cm, 20 cm, 25 cm do wyboru przez Zamawiającego?

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft cewnika
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowo komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje

gładką powierzchnię i najwyższy poślizg

- igła wprowadzająca 18G
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- rozszerzadło
- wyprodukowany w Niemczech

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 6, Pakiet nr 3 poz. 1

Czy zamawiający dopuści przyrząd z filtrem bakteryjnym 0,2mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.

Pytanie 7, Pakiet nr 3 poz. 1

Czy zamawiający dopuści przyrząd z portem bezigłowym (zamiast zatyczki)?

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 8, Pakiet nr 10 poz. 1

Czy zamawiający dopuści opakowanie papierowo-foliowe z wewnętrzną opaską foliową stabilizującą dren?

Odp.: Nie. Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ.

Pytanie 9, Pakiet nr 10 poz. 3

Czy zamawiający dopuści końcówkę zapakowaną w pojedyncze opakowanie papierowo-foliowe?

Odp.: Nie. Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ.

Pytanie 10, Pakiet nr 10 poz. 3

Czy zamawiający dopuści następujące końcówki: Yankauer, Pinpoint, Yankauer z kulką oraz Pool bez nasadki?

Odp.: Nie. Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ.

Pytanie 11, Pakiet nr 9

Pytanie 1 Czy Zamawiający dopuści trójkanałowy cewnik czasowy do dostępu żylnego do hemodializy i jednoczesnego podawania preparatów leczniczych, poliuretanowy z końcówką nieprzepuszczającą promieni rentgenowskich, zapewniający przepływ powyżej 300ml/min. o długości od 13 do 30cm, skład zestawu dostosowany do oferowanego cewnika: 1 x cewnik, 1 x 18g x 7cm igła introduktora z zaworem bocznym 1 x 0.035" x 70cm prowadnik nitinolowy z końcówką J, z dozownikiem pokrętła zapewnia łatwą kontrolę, 2 x rozszerzacz naczyń, 1 x introduktor z odrywaną osłonką, 1 x mandryn tunelowy 1 x strzykawka 10ml, 1 x Skalpel nr 11, 2 x Nasadki iniekcyjne, 1 x Bezszywowe urządzenie mocujące 2 x Opatrunek na ranę, 1 x Naklejka identyfikacyjna pacjenta. Wykonawca zaproponował produkt równoważny.

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o samodzielne stworzenie granic równoważności przy zachowaniu zasad konkurencyjności lub wskazanie norm lub funkcjonalności produktu bez wskazywania konkretnych danych technicznych. Brak zakresów utrudnia dopasowanie produktu identycznego i ciężko określić co Zamawiający uważa za produkt równoważny w oparciu o artykuł 99 ust. 4-6 PZP.

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ. Zamawiający nie dopuścił produktu równoważnego.

Pytanie 12, Pakiet nr 3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do aspiracji płynów z butelek z filtrem bakteryjnym 0,1µm z zachowaniem pozostałych parametrów jak wymagane w SWZ.

Dopuszczenie ww. przyrządu pozwoli na złożenie konkurencyjnej

Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.

Pytanie 13, Pakiet nr 2 poz. 1a-d

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki w opakowaniu a 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie z zachowaniem ilości wskazanej w SWZ. W takiej sytuacji należy wyraźnie zaznaczyć, że oferowana cena jest za opakowanie i podać ile sztuk zawiera opakowanie. Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

Pytanie 14, Pakiet nr 3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z filtrem 0,1 µm (dokładniejszym) bez zastawki?

Odp.: Zamawiający dopuszcza tylko filtr 0,1 µm, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 15, Pakiet nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji z przezroczystą, elastyczną komorą o dł. 5,5cm spełniającą pozostałe wymogi SWZ?

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 16, Pakiet nr 9

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 9 zestawu do dializy w składzie:

1. kateter dwukanałowy 6,5; 8; 11; 12; 13,5F - typ prosty lub zagięty do wyboru przez Zamawiającego
2. igła 18G, dł. 7 cm
3. przewodnik stalowy
4. dilator (rozszerzacz)

Dostępne wymiary:

- 6,5F dł. 10 oraz 12cm
- 8F dł. 10; 12 oraz 15 cm
- 11F dł. 15; 18 oraz 20 cm
- 12F dł. 15; 18 oraz 20cm
- 13F dł. 24 cm?

Odp.: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 17, do umowy

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 9b projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów „... od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego” na „...od dnia uznania reklamacji”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pytanie 18, do umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1:

1. W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę, powstania zwłoki w realizacji zamówienia lub braku wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w terminie określonym w § 2 pkt 9 b niniejszej umowy Zamawiający naliczy, a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości **0,5%** wartości brutto nie dostarczonego przedmiotu umowy – za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy**. W przypadku nie dostarczenia dokumentów lub powstania zwłoki w uzupełnieniu dokumentów określonych w §2 pkt 12, którego dotyczy wezwanie, Zamawiający naliczy a Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy, **którego dotyczą niedostarczone dokumenty** za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu tych dokumentów, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczą niedostarczone dokumenty**.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pytanie 19, do umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 2:

W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości **10%** wartości brutto umowy niezrealizowanej części umowy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.

Pytanie 20, do umowy

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.