



Wrocław, 28.05.2025r.

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawę odczynników wraz z najmem systemu aparaturowego przez okres 36 miesięcy dla pracowni pilnych analiz cito oraz odczynników wraz z najmem analizatorów przez okres 36 miesięcy dla zakładu diagnostyki laboratoryjnej.”, znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.35.2025

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r.poz. 1320) dalej Pzp informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 wymaga, aby system był w pełni automatyczny, wykorzystujący gotowe, jednorazowe zestawy antybiotyków do oznaczania lekowrażliwości bez konieczności przygotowania zawiesiny o określonym stężeniu?

Uzasadnienie:

Zastosowanie w pełni automatycznego systemu, wykorzystującego gotowe, jednorazowe panele z antybiotykami, znacząco skraca czas przygotowania materiału do oznaczenia lekowrażliwości, eliminując konieczność ręcznego dozowania i przygotowywania zestawów. Automatyzacja tego procesu zmniejsza ryzyko błędów ludzkich, zapewnia powtarzalność i standaryzację wyników oraz zwiększa efektywność pracy laboratorium. W kontekście diagnostyki mikrobiologicznej, w której szybkie uzyskanie wiarygodnego wyniku ma kluczowe znaczenie dla wdrożenia celowanego leczenia przeciwbakteryjnego, rozwiązanie to stanowi istotną przewagę kliniczną.

ODPOWIEDŹ: Nie, SWZ bez zmian.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 wymaga, aby oferowane urządzenie było urządzeniem nabladowym pozwalającym na jednoczesne zlecenie do 12 badań bez dodatkowych modułów, wyposażonym we wbudowany czytnik kodów kreskowych oraz monitor pełniący funkcję komputera w oprogramowaniu Windows, zapewniający prawidłową obsługę aparatu, dwukierunkową komunikację z systemem LIS oraz zdalną diagnostykę serwisową?

Uzasadnienie:

Zastosowanie kompaktowego, nabladowego urządzenia diagnostycznego, które umożliwia jednoczesne zlecenie do 12 badań bez potrzeby rozbudowy o dodatkowe moduły, znacząco wpływa na optymalizację przestrzeni roboczej oraz usprawnia organizację pracy w laboratorium. Wbudowany czytnik kodów kreskowych pozwala na automatyczne i bezbłędne identyfikowanie próbek, minimalizując ryzyko pomyłek. Zintegrowany monitor z funkcją komputera pracujący w środowisku Windows zapewnia intuicyjną obsługę aparatu oraz łatwą integrację z systemami informatycznymi. Dwukierunkowa komunikacja z LIS oraz możliwość zdalnej diagnostyki serwisowej przekładają się na większą

niezawodność, skrócenie czasu reakcji serwisowej i ograniczenie przestoju w pracy, co ma istotne znaczenie w codziennej diagnostyce mikrobiologicznej.

ODPOWIEDŹ: Nie, SWZ bez zmian.

Pytanie 3

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 wymaga, aby baza danych systemu do identyfikacji mikroorganizmów zawierała co najmniej 200 nazw gatunkowych bakterii Gram-ujemnych?

Uzasadnienie:

Taka liczba gatunków pozwala na precyzyjną identyfikację szerokiego zakresu drobnoustrojów, zarówno powszechnie występujących, jak i tych rzadziej izolowanych, ale istotnych klinicznie. Zapewnia to wysoką trafność diagnostyczną i ogranicza konieczność stosowania dodatkowych, czasochłonnych metod potwierdzających.

ODPOWIEDŹ: Nie, SWZ bez zmian.

Pytanie 4

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 wymaga, aby oferowany aparat charakteryzował się poziomem głośności w czasie pracy nieprzekraczającym 70 dB?

Uzasadnienie:

Utrzymanie niskiego poziomu hałasu <70 dB w trakcie pracy aparatu ma istotne znaczenie dla komfortu personelu laboratoryjnego, zwłaszcza w warunkach wielogodzinnej pracy w zamkniętych pomieszczeniach. Praca urządzenia powyżej tej granicy może powodować rozproszenie uwagi, zmęczenie oraz obniżenie ergonomii i wydajności pracy zespołu.

ODPOWIEDŹ: Nie, SWZ bez zmian.

Z upoważnienia KOMENDANTA
4. Wojskowego Szpitala Klinicznego
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu

/-/

mgr Piotr Strąk
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych