



ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn
tel.: 68 347 73 00
fax: 68 384 25 90
e-mail: sekretariat@spzozwolsztyn.pl
http://www.spzozwolsztyn.pl
NIP: 923-15-06-721, REGON: 970773426

Wolsztyn, dnia: 10.07.2023 r.

Wykonawcy

SPZOZ/DZPiZ/196/2023

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn: „Zakup ambulansu typu C – specjalistycznego wraz z wyposażeniem dla SPZOZ w Wolsztynie”; TP/19/2023

Na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – (Dz.U. poz. 2022.1710 t.j.), Zamawiający zmienia:

1. Załącznik nr 3 do SWZ- Parametry techniczne pojazdu wraz z wyposażeniem:

- Zamawiający dopuszcza ssak ręczny o zakresie temperatury pracy 0-50°C, którego słój umieszczony jest w torbie ochronnej,
- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materaca podciśnieniowego wraz z torbą o parametrach:

| |
|---|
| materac posiadający wypełnienie w specjalnych komorach, aby uniemożliwić przesuwanie się granulatu pod ciężarem pacjenta, |
| wyposażony w minimum 3 pasy mocujące |
| wyposażony w minimum 8 uchwytów |
| konstrukcja komorowa- zwiększa bezpieczeństwo podczas transportu oraz zapewnia właściwe unieruchomienie uszkodzonego |
| Odpowiedni dla każdego kształtu ciała pacjenta |
| przenikalny dla promieni X |
| Łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji |
| Stosowany w szerokiej skali temperatur - Zakres temperatur użytkowania: od -20oC do +80oC |
| Wymiary materaca rozłożonego: 100 cmx200 cm (+-5cm); |
| Waga: 9 kg ; udźwig min. 150 kg |
| materiał odporny na przetarcia |
| Kolor materaca- czerwony lub niebieski |
| Pompką próżniowa do materaca o wysokiej wydajności przeznaczona zarówno do usuwania powietrza, jak i do pompowania. |
| Torba transportowa do materaca wodoodporna, po złożeniu zaadaptowana do zabudowy w zewnętrznym schowku za lewymi drzwiami przesuwными |
| Gwarancja na sprzęt medyczny min. 24 m-ce |

pod warunkiem posiadania właściwych deklaracji zgodności CE, Certyfikatów CE, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 3 (OPZ) do SWZ.

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie płachty ratowniczej o wymiarach długość 200cm i szerokość 90cm.
2. Ilekroć w SWZ, ogłoszeniu o zamówieniu jest mowa o terminie składania ofert należy rozumieć:
13.07.2023 r. godz. 8:00;
 3. Ilekroć w SWZ, ogłoszeniu o zamówieniu jest mowa o terminie otwarcia ofert należy rozumieć:
13.07.2023 r. godz. 8:15.

Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców i muszą być uwzględnione w treści składanej oferty.

Z wyrazami szacunku
DYREKTOR

Karol Mońko

Załącznik Zmodyf. Załącznik nr 3.

Sporządziła: Komisja Przetargowa

