

Odpowiedzi na pytania do postępowania na zadanie

**Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych
jednorazowego użytku**

Pytanie:

Dotyczy SWZ pkt X. dla części nr 6 podpunkt b)


Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty badań wystawionych przez jednostkę niezależną potwierdzających odporność rękawic na przenikanie krwi syntetycznej zgodnie z normą ASTM F1670 oraz wirusów wg ASTM F1671 nie starszych niż z 2016 r.?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga załączenia do oferty badań wystawionych przez jednostkę niezależną potwierdzających odporność rękawic na przenikanie krwi syntetycznej zgodnie z normą ASTM F1670 oraz wirusów wg ASTM F1671 nie starszych niż z 2016

Odpowiedzi należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Zamawiający

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

Inż. Inz. Grzegorz Janawa