



Toruń, 13.03.2024 r.

KPIM/120/2024
DZP.38.1.2023.MS

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa budynków nr B4A, B4, budynków technicznych wraz z zagospodarowaniem terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I FAZA 2 inwestycji.” Znak postępowania: ZP/01/23

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (10)

Pytania dotyczące - Szafa-chłodziarza, typF – 856L

200. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o wymiarach zewnętrznych 693 x 826 x 2007 (szer. x gł. x wys.)?

Odpowiedź:

Nie dopuszcza.

201. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o pojemności komory 700 litrów?

Odpowiedź:

Nie dopuszcza.

202. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę wyposażoną w monochromatyczny wyświetlacz LED z przyciskami dotykowymi?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści.

203. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę działającą w zakresie roboczym temperatury od +2 do +8st.C?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści.

Pytania dotyczące - Chłodziarka laboratoryjna podblatowa 109l - drzwi przeszkłone

204. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o wymiarach zewnętrznych 626x600x845?

Odpowiedź:

Nie dopuszcza.

206. Proszę o doprecyzowanie czy urządzenie to chłodziarka, czy chłodziarko zamrażarka.

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje, że chodzi o chłodziarkę.



207. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę, której alarm braku zasilania uruchamiany jest zaraz po zaniku zasilania (z możliwością ręcznego wyciszenia przez użytkownika) i zanika po przywróceniu zasilania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści.

208. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o pojemności brutto komory 130 litrów, przy zachowaniu wymogu pojemności netto?

Odpowiedź:

Nie dopuszcza.

Pytania dotyczące - Chłodziarka laboratoryjna z przeszklonymi drzwiami, wys.184cm

209. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o wymiarach zewnętrznych 627x656x1860mm (ser x gł x wys)?

Odpowiedź:

Nie dopuszcza.

210. Proszę o doprecyzowanie, czy zamawiający wymaga chłodziarki, czy chłodziarko-zamrażarki?

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje, że chodzi o chłodziarkę.

211. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę działającą w zakresie roboczym temperatury od +2 do +8st.C?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści.

212. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę działającą w temperaturze otoczenia od +16 do +32 st.C?

Odpowiedź:

Nie dopuszcza.

213. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę wyposażoną w alarm awarii zasilania uruchamiany zaraz po zaniku zasilania (za możliwością ręcznego wyciszenia) wyłączany po przywróceniu zasilania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści.

214. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę bez złącza RS485?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści.

Pytania dotyczące - Chłodziarka laboratoryjna z przeszklonymi drzwiami, wys.144 cm

216. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o wysokości 1860mm ?

Odpowiedź:

Nie dopuszcza.



217. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o pojemności komory 400l ?

Odpowiedź:

Nie dopuszcza.

218. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę wyposażoną w wyświetlacz typu LED ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści.

219. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę działającą w zakresie roboczym temperatury od +2 do +8st.C ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści.

220. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę, której stabilność w 4 stopniach Celsjusza wynosi +2st.C ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści.

KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH

Małgorzata Sondej-Orłowska