



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Człopa, dn. 25.04.2024 r.

Dotyczy: | Postępowania prowadzonego pn.: „Zakup wyposażenia żłobka”
Nr spr.: | B.271.3.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 266 w zw. z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

[pytania dotyczące treści SWZ]

Pytanie 1: Wnoszę o wykreślenie zapisu rozdziału XXI ust. 3, gdyż Zamawiający nie stawia warunku w zakresie w Rozdziale III pkt 6 SWZ, jak Zamawiający wskazuje w Rozdziale XXI.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i jednocześnie modyfikuje SWZ poprzez wykreślenie zapisu w Rozdziale XXI pkt 3.

Pytanie 2: Wnoszę o wykreślenie zapisu rozdziału XXI ust. 4, gdyż Zamawiający nie stawia warunku w zakresie w Rozdziale IV pkt 1 ppkt 4 lit. b SWZ, jak Zamawiający wskazuje w Rozdziale XXI.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i jednocześnie modyfikuje SWZ poprzez wykreślenie zapisu w Rozdziale XXI pkt 4.

[pytania dotyczące części nr 1 - meble]

Pytanie 3: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o sprecyzowanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w ww. postępowaniu w pozycji: nr 42 – Szafka z aplikacją – CZĘŚĆ I – MEBLE – link nieaktywny, prosimy dobrać inny produkt.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szafka z aplikacją, szafka chmurka o wymiarach 41 x 38 x 125 cm z aplikacją o wysokości 144 cm. Posiada 4 wnęki. Typ: wolnostojący. Konstrukcja wykonana z płyty wiórowej w kolorze brzoza o grubości 18 mm. Mebel osadzony na cokole.



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Aplikacja wykonana z płyty MDF w kolorze jasnoniebieskim o grubości 12 mm. Powierzchnia: gładka. Szafka posiada 3 półki wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm w kolorze brzoza.

Pytanie 4: Szanowni Państwo, Zamawiający w nazwie produktu opisał, że pufa – poz. 51, ma mieć średnicę 80 cm, w opisie jest informacja o 40 cm. Można zatem rozpatrzyć to dwojako. Prosimy o ujednoczenie opisu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pufa winna mieć 80 cm średnicy.

Pytanie 5: Pytania dot. Produktów:

W pliku „opis przedmiotu zamówienia” Zamawiający nie określił wysokości nóg do stołu – poz. 5 oraz 48. Prosimy o rozszerzenie opisu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wysokość nóg od stołu powinna mieć 46 cm.

Pytanie 6: W pliku „opis przedmiotu zamówienia” Zamawiający nie określił wysokości siedziska – poz. 38. Prosimy o rozszerzenie opisu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wysokość siedziska powinna wynosić 34 cm.

Pytanie 7: W pliku „opis przedmiotu zamówienia” Zamawiający nie określił danych dotyczących produktu – poz. 42. Prosimy o aktualizację opisu.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3.

Pytanie 8: W pliku „opis przedmiotu zamówienia” Zamawiający nie określił wymiarów (szerokość, głębokość) – poz. 79. Prosimy o rozszerzenie opisu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szerokość wynosi 125 cm, a głębokość 40 cm.

Pytanie 9: W pliku „opis przedmiotu zamówienia” Zamawiający nie określił z jakiej płyty ma być wykonany mebel – poz. 86. Dodatkowo mielibyśmy kilka pytań uzupełniających:

- a) Czy moduł ma być podzielony na 2 części (na kurki i czapki)?
- b) Czy Zamawiający wymaga półeczki na buty (znacząco wpływa to na higienę i porządek w szatni)?



- c) Na jakiej wysokości mają być siedziska? Siedziska powinny być dostosowane do wieku dzieci.
- d) Czy mebel ma być wyposażony w haczyki?
- e) Czy ma być wyposażone w drzwiczki? Jeśli tak to prosimy o poszerzenie opisu o specyfikację drzwiczek.

Prosimy o rozszerzenie opisu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że mebel winien być wykonany z płyty laminowanej, drzwiczki z płyty MDF. Ponadto, moduł powinien być podzielony na dwie części, posiadać półeczki na buty, haczyki i drzwiczki z cichym domykiem. Wysokość siedziska 33 cm.

Pytanie 10: W pliku „opis przedmiotu zamówienia” Zamawiający nie określił z jakiej płyty i w jakim kolorze ma być wykonany ławka – poz. 90. Dodatkowo chcielibyśmy zapytać czy ławka ma być półokrągła i dostawiana do ścianki szatni?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ławka winna być zaokrąglona, ma być przeznaczona do ustawiania po bokach dwóch złączonych, skierowanych plecami do siebie szatni. Mebel wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu lub białej.

Pytanie 11: W pliku „opis przedmiotu zamówienia” Zamawiający nie określił z jakiej płyty ma być wykonany szafka z przewijakiem na blacie – poz. 93. Dodatkowo prosimy o rozszerzenie opisu o następującą informację:

- a) Czy Zamawiający wymaga, aby przewijak posiadał półki, szuflady, drzwiczki i kompatybilny materac?
- b) Czy przewijak ma posiadać burty i dodatkowe przegródki na akcesoria?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że mebel ma być wykonany z białej płyty wiórowej. Zamawiający wymaga by przewijak posiadał półki, szuflady, drzwiczki, kompatybilny materac, burty i dodatkowe przegródki na akcesoria.

Pytanie 12: W pliku „opis przedmiotu zamówienia” Zamawiający nie określił z jakiej płyty i w jakim kolorze ma być wykonany szafa – poz. 100. Czy szafa powinna zawierać półki i dodatkowe wyposażenie np. wysuwany wieszak?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby mebel był wykonany z białej lub klonowej płyty laminowanej. Wyposażona w dwie półki i wieszak wysuwany.



Pytanie 13: W pliku „opis przedmiotu zamówienia” Zamawiający nie określił czy szafka na klucze ma być metalowa – poz. 108.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby szafka była wykonana z metalu.

Pytanie 14: W pliku „opis przedmiotu zamówienia” Zamawiający nie określił wysokości siedziska krzesła – poz. 109. Dodatkowo prosimy o określenia czy Zamawiający miał na myśli krzesła typu konferencyjne?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby krzesło było typu konferencyjnego dla osoby dorosłej.

Pytanie 15: W pliku „opis przedmiotu zamówienia” Zamawiający nie określił wysokości stołu – poz. 110. Prosimy o rozszerzenie opisu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga stolika o wysokości 50 cm.

Pytanie 16: Prosimy o doprecyzowanie zakresu tolerancji wymiarów mebli np. +/-2% lub +/-5 cm. Określenie około jest mało precyzyjne i daje dużą dowolność wykonawcom w doborze asortymentu. Przykładowo stolik o średnicy ok. 80 cm można zinterpretować jako stolik o średnicy 70 cm jak i również 100 cm. Z reguły wielkość mebla ma wpływ na jego cenę, dlatego istotnym jest, aby wszyscy wykonawcy wyceniali tożsame produkty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zakres tolerancji mebli w zakresie 10 cm.

Pytanie 17: Prosilibyśmy o rozszerzenie opisu dotyczącego zestawu mebli – poz. 156 o następujące informacje:

- a) Czy zestaw mebli ma być na cokole?
- b) Prosimy o szczegółowe opisanie rozmiarów i ilości poszczególnych elementów zestawu.

Odpowiedź: Zestaw mebli składa się co najmniej z: regału o wym. 82 x 50 x 82 cm; trzech nadstawek o wym. 82 x 50 x 35 cm, 82 x 50 x 70 cm, 82 x 50 x 106 cm oraz drzwi o wym. 41 x 70 cm. Zamawiający nie wymaga cokołu.



Pytanie 18: W pliku „opis przedmiotu zamówienia” Zamawiający nie opisał czy szafka ma być zamykana na klucz, jeśli tak to prosimy o opis sposobu zamykania – poz. 157.

Odpowiedź: Szafka ma być zamykana na klucz.

Pytanie 19: Zamawiający nie określił wysokości siedziska oraz czy podłokietniki wraz z oparciem tworzą jeden element, przy produkcji: Fotel konferencyjny na kółkach – poz. 158.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby wysokość siedziska wynosiła 43 cm, podłokietniki wraz z oparciem tworzą jeden element

Pytanie 20: Prosilibyśmy o rozszerzenie informacji dt. Fotel rogowy – poz. 159 o klasę palności produktu oraz ilość cykli w kategorii: ścieralność.

Odpowiedź: Klasa palności: min. B1. Ścieralność: min. 90 000 cykli.

Pytanie 21: Prosilibyśmy o rozszerzenie opisu dotyczącego biurka z szafką i szufladą – poz. 161 o wymiary szafki oraz szuflady.

Odpowiedź: Wymiary całego produktu po złożeniu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia powinny wynosić 120 x 60 x 76 cm.

Pytanie 22: Czy w odniesieniu do produktu Krzeselko do karmienia – poz. 1 Zamawiający zaakceptuje krzeselko do karmienia z następującymi parametrami:

- Krzeselko wykonane z polipropylenu oraz drewna brzoźowego
- 5-punktowe pasy bezpieczeństwa
- odczepiany podnóżek
- zdejmowana poduszka do siedzenia z tkaniny PU
- krzeselko wyprodukowane zgodnie z wymogami europejskiej normy bezpieczeństwa EN 14988
- dla dziecka od 6m. do 4 lat

Odpowiedź: Zamawiający zaakceptuje krzesło o powyższych parametrach.



Pytanie 23: Prosimy o podanie więcej szczegółów dotyczących wieszaka takich jak: ilość haczyków, czy zamawiający oczekuje wieszaka ściennego czy stojącego?

Odpowiedź: Wieszak ścienny, minimalna ilość haczyków 5.

Pytanie 24: W pliku „opis przedmiotu zamówienia” Zamawiający nie określił wysokości stołu – poz. 110. Prosimy o rozszerzenie opisu również o kolor blatu.

Odpowiedź: Stolik o wysokości 50 cm. Błat koloru białego.

Pytanie 25: Zamawiający nie określił czy półka – poz. 143 ma być wisząca czy stojąca. Brak również informacji o materiale z jakiego ma być wykonana półka. Dodatkowo zamawiający w parametrach określił 4 argumenty. Nie pozwala to jednoznacznie dopasować produktu do opisanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ma to być półka wisząca wykonana ze stali nierdzewnej.

[pytania dotyczące części nr 2]

Pytanie 26: Prosimy o określenie jakie dodatkowe elementy np. sensoryczne powinien zawierać Zamek – kącik manipulacyjno-sensoryczny – poz. 29

Odpowiedź: Kącik powinien być wyposażony w wiele elementów manipulacyjnych, np. labirynty, przesuwanki czy zamykane drzwiczki.

Pytanie 27: Prosimy o uzupełnienie opisu produktu kuchenka – poz. 32 o dodatkowe informacje takie jak:

- z jakich elementów ma składać się zestaw szafek?
- jakie wymiary powinny mieć poszczególne elementy?

Odpowiedź: Zestaw szafek powinien składać się co najmniej z następujących elementów: moduł główny, blat (wym. 112 x 39 cm), drzwiczki, lodówka (wym. 37 x 39 x 66 cm), moduł górny (wym. 31 x 31 x 112 cm).



Pytanie 28: Prosimy o doprecyzowanie tematyki ścianki manipulacyjno-sensorycznej – poz. 33, czy ma być to tematyka lasu (drzewa, jeżyk, owoce leśne np. jagody)?

Odpowiedź: Motywy leśne lub zwierzęce.

Pytanie 29: Prosimy o uzupełnienie opisu produktu Kącik zabaw lodziarnia – poz. 40 o dodatkowe informacje takie jak:

- a) czy kącik powinien zawierać dodatkową białą półkę nad blatem? Jeśli tak, prosimy o podanie, na jakiej jest wysokości nad blatem oraz z jakiej płyty jest wykonana?
- b) czy kącik powinien zawierać dodatkową wysuwaną półkę? Jeśli tak, prosimy o podanie długości wysuwanej półki, na jakiej jest wysokości oraz z jakiej płyty jest wykonana i jaką ma grubość?
- c) czy kącik ma mieć dodatkowe elementy takie jak daszek i kółka? Jeśli tak, to z jakiej płyty mają być wykonane i o jakiej grubości?
- d) czy kącik ma słupki? Jeśli tak, to z jakiego materiału są wykonane i jakiej grubości?
- e) czy zamawiający oczekuje, aby kącik zawierał nakładkę tablicową?

Odpowiedzi:

- a) Tak, półka wykonana z płyty MDF na wysokości 15 cm nad blatem głównym.
- b) Tak, wysuwana półka o długości 35 cm.
- c) Tak, daszek i kółka wykonane również z płyty MDF.
- d) Tak, kącik powinien zawierać słupki.
- e) Tak, zamawiający oczekuje nakładki tablicowej

Pytanie 30: Czy Zamawiający chce dwukrotnie ten sam produkt (opis jest identyczny w poz. 33 oraz w poz. 76)? Czy to celowy zabieg czy niedopatrzenie i chodziło o drugi wariant z tej samej kolekcji?

Odpowiedź: Tak, zamawiający oczekuje dostarczenia tego samego produktu w ramach poz. 33 i 76. Będą to produkty użyte w innych salach żłobkowych.

Pytanie 31: CZĘŚĆ I meble: poz. 42

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3.



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Pytanie 32: Czy Zamawiający dopuszcza nogi drewniane bukowe okrągłe fi 40 mm?

CZĘŚĆ I meble: poz 48

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

[pytania dotyczące części nr 3 – sprzęt elektroniczny]

Pytanie 33: Czy Zamawiający w cz. 3 Interaktywna podłoga dopuści aby zamiast możliwości podłączenia zewnętrznych głośników projektor miał je wbudowane?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Pytanie 34: Czy zamawiający dopuszcza Autoklaw przelotowy o innych parametrach? Jeśli tak, to jakich?

Odpowiedź: Zamawiający uwzględni uwagi Wykonawcy i zmienia opis na następujący:

„Wyrób medyczny, wyświetlacz LCD, wbudowana drukarka termiczna, pojemność komory min. 20 litrów.”

Udzielone odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich Wykonawców i stanowią integralną część SWZ. Wykonawca powinien je uwzględnić przygotowując ofertę do złożenia w niniejszym postępowaniu.