



**SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO
WARSZAWA PRAGA POŁUDNIE**

04-082 Warszawa, ul. Krypska 39

Dyrektor tel/fax 22 810-06-04
Centrala tel. 22 813-30-51, fax 22 810-11-63



Warszawa, dnia 09.06.2022 r.

Nr sprawy: SZPZLO/ZP/02/22

Informacja dla Firm, które pobrały Specyfikację Warunków Zamówienia (SWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) pn.: „Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych, kalibratorów, kontroli, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych oraz modułów ISE wraz z dzierżawą sześciu analizatorów”

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.05.2022 r. pod numerem **2022/BZP 00187576/01**

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp), (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), **informujemy, że wpłynęły zapytania dotyczące treści SWZ.**

W związku z powyższym przekazujemy treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Dotyczy Formularza ofertowego – zał. nr 1 do SWZ:

Czy w celu większej przejrzystości formularza, Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie tylko tych pakietów, do których Wykonawca przystępuje?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2

Dotyczy Umowy:

Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

Dotyczy Zadania nr III:

Z uwagi na specyfikę wyliczania badań hematologicznych, tj. wykonania badań o różnym profilu, istnieje konieczność użycia zarówno dedykowanych, jak i wspólnych odczynników. Ponadto do prawidłowego oszacowania zużycia odczynników w analizatorach hematologicznych należy uwzględnić szereg zmiennych, m.in. ilość badań, ustawienia cykli uśpienia/uruchomienia aparatów, ilość założonych automatycznych czynności konserwacyjnych i serwisowych, ilość pomiarów kontroli jakości, etc. W związku z powyższym trudne jest oszacowanie ilości oznaczeń z jednego opakowania odczynnika biorąc pod uwagę tylko deklarowane przez Zamawiającego ilości badań. Prosimy zatem Zamawiającego o wyrażenie zgody na wyliczenie ilości opakowań zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy oraz uwzględnienie przez Wykonawcę w Tabeli asortymentowo-cenowej w kolumnie „Liczba oznaczeń z jednego opakowania” średniej ilości cykli wykonanej z jednego opakowania odczynnika.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4

Dotyczy Zadania nr III:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie materiału kontrolnego, dla którego termin ważności jest zgodny z terminem na opakowaniu i wynosi do 2 miesięcy, a dystrybucja materiału kontrolnego odbywa się wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego, dostępnego na stronie internetowej Wykonawcy?

Krew kontrolna jest materiałem, o krótkim okresie ważności z uwagi na swoją specyfikę wewnętrzną, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważny materiał kontrolny. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odpowiedniego skalkulowania oferty dlatego prosimy o wyrażenie zgody na zaferowanie krwi kontrolnej skalkulowanej w ilości uwzględniającej datę przydatności na opakowaniu i w ilości gwarantującej codzienne wykonanie kontroli.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający informuje, że udzielone na zapytania odpowiedzi stanowią integralną część SWZ i obowiązują stronę Wykonawcy podczas składania oferty.

ZMIANA TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 286 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) informujemy, że zmianie ulega treść SWZ w następującym zakresie:

- 1) Zamawiający przedłuża termin składania oraz otwarcia ofert. Zmianie ulega pkt XV ppkt 1 oraz pkt XVI pkt 1 SWZ.

Było:

„XV. Miejsce i termin składania ofert.

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem : <https://platformazakupowa.pl/pn/szpzo.praga-pld> w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **10.06.2022 r.** do godziny **10:00.**”

„XVI. Otwarcie ofert.

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. 10.06.2022 r. o godz. 10:15, jednak nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.”

Zmieniono na:

„XV. Miejsce i termin składania ofert.

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem : <https://platformazakupowa.pl/pn/szpzo.praga-pld> w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **14.06.2022 r.** do godziny **10:00.**”

„XVI. Otwarcie ofert.

1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. **14.06.2022 r.** o godz. **10:15.**”

2) W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert zmianie ulega pkt XIII SWZ:

Było:

„XIII. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **09.07.2022 r.**
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

Zmieniono na:

„XIII. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **13.07.2022 r.**
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

Wprowadzone zmiany prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu i stanowią integralną część SWZ oraz obowiązują stronę Wykonawcy podczas składania oferty.

Zatwierdził:

Dyrektor SZPZLO Warszawa Praga Południe

Ewa Łagodzka

w dniu 09.06.2022 r.