



WCH.SEF.273.418.2024

**Dostawa spektrometru dichroizmu kołowego
dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego**

Odpowiedzi na pytania z dnia 08.11.2024.

Czy zamawiający dopuści aparat z regulowanym czasem integracji w zakresie 0,1 ms-30s?

Nie

Czy Zamawiający dopuści aparat z rozdzielczością 0,00001 mdeg?

Nie

Czy Zamawiający dopuści aparat z regulacją szczeliny od 1 um do 4000 um?

Nie