



21/PNE/SW/2020

Sosnowiec, ~~20~~ kwietnia 2020

**Dotyczy:** postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony Dz.U. 2019., poz. 1843 ze zm), udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

#### Pytanie nr 1

Część 6 pozycja nr 5 – Czy Zamawiający wymaga rozróżnienia na tym podłożu *Enterococcus faecalis* od *Enterococcus faecium* na podstawie dwóch różnych kolorów, co ma być opisane w instrukcji używania opracowanej przez producenta oraz w kolorowej ulotce producenta?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza rozróżnienia w zakresie rodzaju *Enterococcus*.**

#### Pytanie nr 2

Część 6 pozycja nr 6 – Czy Zamawiający wymaga, aby na jednej stronie dwudzielnej płytki rosły *Enterobacteriaceae* wytwarzające głównie karbapenemazy typu KPC oraz metalo-beta-laktamazy typu NDM-1, VIM, IPM a druga strona płytki była specyficzna wyłącznie dla wykrywania *Enterobacteriaceae* wytwarzających karbapenemazy typu OXA-48?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ, płytka musi być dwudzielna.**

#### Pytanie nr 3

Część 6 pozycja nr 7 – Czy Zamawiający ma na myśli selektywne podłoże chromogenne do badań przesiewowych opornych na kolistynę bakterii Gram-ujemnych takich jak *E.coli*, *K.pneumoniae*, *Salmonella* spp. , *Enterobacter* spp. z próbek klinicznych oraz jednocześnie do potwierdzenia oporności na kolistynę z izolowanych kolonii dla *E.coli*, *K.pneumoniae*, *Salmonella* spp z użyciem tego samego podłoża?

**Odp.: zgodnie z SIWZ. Musi to być podłoże do badań przesiewowych oraz jednoczesnego potwierdzenia oporności.**

#### Pytanie nr 4

Część 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin ważności dla podłoży wynosił min. 6-8 tygodni od daty dostawy, dla poz. 3 min. 4 tygodnie, a dla poz. 5 i 9 min. 5 tygodni od daty dostawy? Uzasadnienie: ze względu na



skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SIWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

**Odp.: zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 5

Część 9 - Czy Zamawiający wymaga, aby paski z gradientem stężeń były wykonane z trwałego plastiku, co uniemożliwia zniszczenie lub deformację paska podczas wyjmowania z opakowania zabezpieczającego?

**Odp.: zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 6

Część 9 - Czy Zamawiający wymaga, aby pasek z gradientem stężeń zawierał 30 wartości MIC na skali, co dwukrotnie zwiększy dokładność oznaczeń?

**Odp.: zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 7

Część 9 – Czy Zamawiający dopuści aby paski z gradientem stężeń z poz. 3 i 4 były pakowane w blistrach ze względu na toczącą się wymianę form opakowań, pod warunkiem zachowania właściwości i jakości pasków testowych?

**Odp.: Zamawiający dopuści, aby paski z gradientem stężeń z poz. 3 i 4 były pakowane w blistrach ze względu na toczącą się wymianę form opakowań Firmy**

#### Pytanie nr 8

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zestawów zawierających torebki, generatory i spinacze?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ. Wymienione elementy tworzą system.**

#### Pytanie nr 9

§3 pkt 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„ Zamawiający określi każdorazowo w zamówieniu ilość i asortyment zamawianego Towaru oraz harmonogram dostaw.”?

Uzasadnienie: Wykonawca nie ma możliwości każdorazowego potwierdzania faktu otrzymania zamówienia. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o odstąpienie od przedmiotowego postanowienia.

**Odp.: zgodnie z SIWZ.**



#### Pytanie nr 10

§6 pkt 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Zapłata wynagrodzenia za dokonaną dostawę nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy ...../nr\_rachunku\_bankowego/....., w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wymaga aneksu do umowy.”?

Uzasadnienie Wykonawca z uwagi na ograniczenia techniczne zwraca się z prośbą o odstąpienie od konieczności dostarczania faktur wraz z listem przewozowym lub potwierdzeniem odbioru.

**Odp.: zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 11

§7 pkt 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Wykonawca rozpatrzy reklamację Zamawiającego co do jakości dostarczonego Towaru w terminie 4 dni roboczych przypadających w dni robocze od daty doręczenia reklamacji na nr faksu Wykonawcy ..... lub email: ..... Nie udzielenie odpowiedzi w tym terminie uważa się za uznanie reklamacji.”?

**Odp.: zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 12

§8 pkt 1 lit. a – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„w wysokości 1 % wartości brutto zamówionego a niedostarczonego w terminie towaru - za każdy dzień opóźnienia względem terminów wskazanych w harmonogramie dostaw lub terminu głównego, o których mowa w § 3 ust. 6 umowy”?

**Odp.: zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 13

§8 pkt 1 lit. a – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację czy wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0.5%?

**Odp.: zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 14

§8 pkt 1 lit. a – Czy Zamawiający może wyjaśnić od jakiej wartości będzie naliczana ewentualna kara z tytułu opóźnienia w razie przystąpienia do realizacji kilku pakietów tj. czy kara będzie naliczana od wartości poszczególnych dostaw, wartości danego pakietu czy łącznej wartości wszystkich pakietów?

**Odp.: zgodnie z SIWZ.**



#### Pytanie nr 15

§8 pkt 1 lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„w wysokości 5 % niezrealizowanej części wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 3 tiret trzecie umowy - w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.”?

**Odp.: zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 16

§8 pkt 1 lit. d – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„w wysokości 25% kwoty brutto każdej z faktur VAT, na której widnieje rachunek bankowy inny, niż określony w § 6 ust. 3 niniejszej umowy, co jest konsekwencją naruszenia obowiązku zbieżności numeru rachunku bankowego zawartego w § 6 ust. 3 powyżej, w wystawianych przez Wykonawcę fakturach VAT oraz w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług”?

**Odp.: zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr 17

§8 pkt 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy do należytej realizacji umowy, i naliczyć karę umowną w wysokości 5% niezrealizowanej części

**Odp.: zgodnie z SIWZ.**

### ZESTAW NR 2

#### Pytanie nr 1

**dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, część 1 – Opis przedmiotu zamówienia, Parametry aparatu do hodowli drobnoustrojów we krwi i płynach ustrojowych, Asortyment fabrycznie nowy rok produkcji nie później niż 2018**

Czy Zamawiający dopuści aparat używany, rok produkcji nie później niż 2018 z pełną gwarancją i obsługą serwisową w trakcie trwania umowy?

**Odp: Zamawiający wyraża zgodę**



**Pytanie nr 2**

dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, część 1 – Opis przedmiotu zamówienia, Parametry aparatu do hodowli drobnoustrojów we krwi i płynach ustrojowych, poz. 5 - Pojemność aparatu minimum 80 stacji inkubacyjno-pomiarowych:

Czy Zamawiający dopuści aparat modułowy, w którym każdy moduł składa się z 40 stacji inkubacyjno-pomiarowych?

**Odp:** Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie nr 3,**

dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, część 1 – Opis przedmiotu zamówienia, Parametry aparatu do hodowli drobnoustrojów we krwi i płynach ustrojowych, poz. 19 - Dwukierunkowa transmisja danych między analizatorem, a systemem informatycznym funkcjonującym w Szpitalu:

Zwracamy się z prośbą o informację jaki system informatyczny funkcjonuje w Państwa szpitalu?

**Odp.:** InFomedica firmy Asseco.

**Pytanie nr 4,**

dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, część 2 – Krążki antybiotykowe do wykonywania oznaczeń metodą dyfuzyjno-krążkową wraz z dzierżawą dyspenserów:

Czy Zamawiający przez „cena netto za 1 sztukę” rozumie cenę za 1 fiolkę krążków a'50 szt.?

Cena jednostkowa pojedynczego krążka stanowi nierzadko ułamek grosza i wymagałaby podania cen jednostkowych w zaokrągleniu do kilku miejsc po przecinku, co wprowadziłoby nieścisłości w obliczaniu wartości każdej pozycji. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o możliwość wyceny 1 fiołki (i odpowiednią modyfikację nagłówka kolumny tabeli asortymentowo-cenowej).

**Odp.:** zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 5,**

dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, część 14 – Testy do automatycznej identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości wraz z dzierżawą aparatu, Opis przedmiotu zamówienia poz. 8 - Możliwość podawania wyniku testu lekowrażliwości w postaci szczegółowej wartości MIC (od 3 do 11 stężeń antybiotyku w zależności od antybiotyku):



Czy Zamawiający dopuści możliwość podawania wyniku testu lekowrażliwości w postaci szczegółowej wartości MIC (od 3 do 8 stężeń antybiotyku w zależności od antybiotyku)

**Odp.: W zależności od antybiotyku dopuszczamy wartość MIC do 8 stężeń.**

#### Pytanie nr 6

dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, część 14 – Testy do automatycznej identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości wraz z dzierżawą aparatu, Opis przedmiotu zamówienia poz. 25 - Urządzenie UPS pozwalające na podtrzymanie pracy analizatora przez 30 minut w przypadku awarii sieci energetycznej:

Czy Zamawiający dopuści analizator wyposażony w UPS, umożliwiający bezpieczne zamknięcie systemu w momencie awarii sieci energetycznej i przywrócenie jego pracy?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ**

#### Pytanie nr 7

dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, część 14 – Testy do automatycznej identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości wraz z dzierżawą aparatu, Opis przedmiotu zamówienia poz. 27 - Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w czasie trwania Umowy:

Czy Zamawiający wymaga, aby bezpłatna aktualizacja oprogramowania w czasie trwania umowy wykonana była przez pracownika firmy Becton Dickinson co zabezpiecza Zamawiającego w przypadku jakichkolwiek reklamacji?

**Odp.: Zamawiający wymaga**

#### Pytanie nr 8

dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, część 14 – Testy do automatycznej identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości wraz z dzierżawą aparatu, Opis przedmiotu zamówienia poz. 29 – Całodobowa pomoc serwisowa z podaniem telefonu i danych osoby odpowiedzialnej, w przypadku awarii naprawa do 24 godzin:

- Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu podania danych osoby odpowiedzialnej. Serwis Wykonawcy funkcjonuje na globalnie ustalonych zasadach, przez które nie ma możliwości dedykowania jednego „stałego” serwisanta do konkretnego Klienta. Inżynierowie serwisowi są delegowani do konkretnego zadania w zależności od ich bieżącej dostępności.
- Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu całodobowej telefonicznej pomocy serwisowej i dopuszczenie mailowej formy zgłaszania potrzeby wsparcia serwisu.
- Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu naprawy do 36 godzin, bądź 48 godzin.

**Odp.: zgodnie z SIWZ**



#### Pytanie nr 9

dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, część 14 – Testy do automatycznej identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości wraz z dzierżawą aparatu, Opis przedmiotu zamówienia poz. 35 – Dostarczyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznych po podpisaniu umowy:

Zwracamy się z prośbą o równoległe dopuszczenie możliwości udostępnienia Zamawiającemu darmowej strony internetowej, z której Użytkownik w dowolnej chwili samodzielnie będzie mógł pobierać karty charakterystyki, zamiast dostarczenia kart po podpisaniu umowy.

**Odp.:** Dostarczenie kart rozumiemy również jako możliwość udostępnienia Zamawiającemu darmowej strony internetowej.

#### Pytanie nr 10

dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, część 3 – Gotowe podłoża w opakowaniach jednostkowych, pkt 4 wymagań pod tabelą asortymentowo-cenową:

Czy Zamawiający dopuści certyfikaty kontroli jakości niezawierające opisu morfologii kolonii wyrosłych na pożywkach? Opis znajduje się w ulotce technicznej podłoża.

**Odp.:** Dopuszcza, gdyż certyfikat kontroli rozumiemy jako tożsamy z ulotką techniczną podłoża

#### Pytanie nr 11

dotyczy punktu 6.5.4. SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści oświadczenie autoryzowanego dystrybutora o braku substancji niebezpiecznych w oferowanych odczynnikach?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza.

#### Pytanie nr 12

dotyczy punktu 6.5.4. SIWZ:

Czy Zamawiający, zamiast dostarczenia Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych wraz z pierwszą dostawą w wersji papierowej – dopuści udostępnienie Zamawiającemu bezpłatnej strony internetowej, z której Użytkownik w dowolnej chwili, w prosty sposób będzie mógł pobierać karty charakterystyki?

**Odp:** Dostarczenie kart rozumiemy również jako możliwość udostępnienia Zamawiającemu darmowej strony internetowej.

#### Pytanie nr 13

dotyczy punktu 5.2.3 SIWZ – Spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej (wykaz dostaw):



Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku składania oferty na kilka pakietów, należy przedstawić 1 referencję na sumę wartości dostaw określonych w każdym pakiecie?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 14**

**dotyczy punktu 13.1.1 oraz 13.1.2 SIWZ – Kryteria oceny ofert, kryterium nr 3. Aspekt środowiskowy:**

- a) Prosimy o doprecyzowanie jakie opakowanie Zamawiający ma na myśli – jednostkowe, w które fabrycznie zapakowany jest produkt, czy opakowanie transportowe?
- b) Prosimy o określenie, w jaki sposób (na jakiej podstawie) Zamawiający na etapie oceny ofert będzie weryfikował spełnianie kryterium 'Aspekt środowiskowy'?

**Odp.: Zamawiający uznaje opakowanie zbiorcze oraz jednostkowe.**

**Pytanie nr 15**

**dotyczy §5 ust.4 Wzoru umowy (Załącznik nr 2a):**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację §5 ust. 4 Wzoru umowy przez dodanie zapisu: „W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT ceny netto nie ulegną zmianie, a uwzględnienie nowej stawki podatku VAT nastąpi automatycznie zgodnie z datą określoną w przepisach wprowadzających zmianę, bez konieczności zawierania odrębnego aneksu.”

**Odp.: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 16**

**dotyczy §1 Wzoru umowy (Załącznik nr 2a):**

W celu zachowania należytej realizacji dostaw, prosimy o dookreślenie dokładnego miejsca dostaw.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 17**

**dotyczy §8 ust. 1 Wzoru umowy (Załącznik nr 2a):**

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający ma na myśli przez zapis: '12 miesięcznej gwarancji na dostarczony Towar' – czy chodzi o termin ważności produktów?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 18**

**dotyczy §8 ust. 5 Wzoru umowy (Załącznik nr 2a):**

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu na przystąpienie do naprawy do 48 godzin.





Uzasadnienie: serwis Wykonawcy znajduje się w znacznej odległości od siedziby Zamawiającego, ponadto może się również zdarzyć, że wszyscy serwisanci będą zajęci w terenie przy obsłudze innego sprzętu, bądź wystąpią zdarzenia losowe, które uniemożliwią serwisowi dojazd do Zamawiającego w tak ekstremalnie krótkim czasie.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ**

#### Pytanie nr 19

**dotyczy §8 ust. 5 Wzoru umowy (Załącznik nr 2a):**

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu na usunięcie wady urządzenia do 36 godzin wraz z odpowiednią modyfikacją §8 ust. 7 Wzoru umowy.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ**

#### Pytanie nr 20

**dotyczy §9 ust. 1 Wzoru umowy (Załącznik nr 2a):**

Czy Zamawiający dopuści zmianę wysokości kar umownych z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, zwłaszcza że ustawodawca zlikwidował instytucję lichwy, jednak w takim przypadku Zamawiający ma obowiązek opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar, w tym przypadku chodzi o kary w wysokości odsetek ustawowych.

Wysokie kary narzucone przez Zamawiającego wywołują niczym nieuzasadnione korzyści dla Zamawiającego, wykorzystując potknięcia Wykonawcy, na które Wykonawca może nie mieć wpływu, co nie oznacza, że nie ponosi odpowiedzialności.

Można domniemywać, że Zamawiający wprowadzając wysokie kary zamierza zdopingować Wykonawcę do terminowego wywiązywania się ze swoich obowiązków, jednak jest wiele innych sposobów na zdyscyplinowanie Wykonawcy. Nie trzeba od razu wprowadzać tak wysokich kar. Ich celem nie może być, bowiem wzbogacanie się z powodu nieterminowych dostaw.

Naszym zdaniem, ewentualne zabezpieczenie interesów Zamawiającego poprzez wprowadzanie wysokich kar umownych, jest błędnym poglądem, bo jeżeli dochodzi już z różnych przyczyn do opóźnienia w dostawie towaru, to przecież bez względu na wysokość kary, Zamawiający nagle nie otrzyma towaru. Kara sama w sobie nie stanowi panaceum na niebezpieczeństwo niedostarczenia towaru i wyrządzenia tym szkody Zamawiającemu.

W związku z powyższym sugerujemy modyfikację zapisu § 9 ust. 1:

a) w wysokości 1 % wartości dostawy - za każdy dzień opóźnienia względem terminów wskazanych w harmonogramie dostaw lub terminu głównego, o których mowa w §3 ust. 6 umowy





b) w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 3 tiret trzeci umowy - w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

c) w wysokości równej stawce należnego podatku VAT wynikającego z faktury albo faktur za naruszenie obowiązku zawarcia na fakturze VAT lub fakturach VAT adnotacji o mechanizmie podzielonej płatności, o którym mowa w § 7 ust 5.

d) w wysokości 25% kwoty brutto każdej z faktur VAT, na której widnieje rachunek bankowy inny, niż określony w § 7 ust. 3 niniejszej umowy, co jest konsekwencją naruszenia obowiązku zbieżności numeru rachunku bankowego zawartego w § 7 ust. 3 powyżej, w wystawianych przez Wykonawcę fakturach VAT oraz w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

**Odp.: Zgodnie z SIWZ**

### Pytanie nr 21

**dotyczy §9 ust. 2 lit. a Wzoru umowy (Załącznik nr 2a):**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację postanowienia umownego według jednej z poniższych propozycji:

a) trzykrotne opóźnienie Wykonawcy względem: terminu głównego wykonania dostawy bądź jakiegokolwiek terminu wskazanego w harmonogramie dostaw, o których mowa w § 3 ust. 6 umowy, terminu wydania Urządzenia lub terminów wynikających z gwarancji jakości Urządzenia- przekroczy 3 dni kalendarzowe, bądź:

a) jednorazowe opóźnienie Wykonawcy względem: terminu głównego wykonania dostawy bądź jakiegokolwiek terminu wskazanego w harmonogramie dostaw, o których mowa w § 3 ust. 6 umowy, terminu wydania Urządzenia lub terminów wynikających z gwarancji jakości Urządzenia- przekroczy 5 dni kalendarzowych, jeśli Wykonawca nie uprzedzi o spodziewanym opóźnieniu.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ**

### ZESTAW NR 3

### Pytanie nr 1

**Dotyczy: Części nr 3- Gotowe podłoża w opakowaniach jednostkowych.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 12 podłoża, którego kontrolę jakości przeprowadza się na poniższych szczepach:

**Mikroorganizm:**

**Wygląd kolonii:**

*Bacteroides fragilis* ATCC 25285

białe do szarych, całobrzegie, okrągłe

*Clostridium perfringers* ATCC 13124

brak wzrostu

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

### Pytanie nr 2





Czy Zamawiający odstąpi od wymogu pozytywnej opinii KORLDo? Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów w swej opinii nie odnosi się do wpływu wyboru producenta na standaryzację badań (utrzymywanie powtarzalności parametrów podłoża). Poza tym jak sama nazwa wskazuje, Ośrodek jest referencyjny pod kątem badania lekowrażliwości, a w tym zestawieniu są podłoża nie tylko do badania lekowrażliwości. Zamawiający sam przez długoletnie doświadczenie w pracy z podłożami może wydać opinię w szerszym zakresie

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

### Pytanie nr 3

#### Dotyczy część nr 5- Gotowe podłoże płynne

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 3 produktu, który ma w swoim składzie witaminę K3 zamiast K1?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

## ZESTAW 4

### Pytanie 1

#### dotyczy- Pakiet 7 pozycja 1

Czy zamawiający dopuści test zawierający 60 oznaczeń w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości oznaczeń?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

## ZESTAW NR 5

### Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO niezrealizowanej dostawy?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

### Pytanie 2

(§ 8 pkt. 1b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości NETTO niezrealizowanej umowy?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**





### Pytanie 3

(§ 8 pkt. 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości NETTO niezrealizowanej umowy?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

### Pytanie 4

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o okazanie kalkulacji przyszłej, hipotetycznej szkody, jaką ma ponieść zamawiający w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy- zgodnie z przepisami.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

### Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

### Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

### Pytanie 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

### Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści aneksowanie ze względu na zamianę oferowanego produktu na produkt równoważny w przypadku zmiany produktu lub producenta sprzętu?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

### Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zamiennika o parametrach nie gorszych od proponowanego w umowie po powiadomieniu Zamawiającego w wypadku wystąpienia przejściowego produktu?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**





### Pytanie 9

Czy Zamawiający wprowadzi możliwość wstrzymania dostaw w przypadku nierealizowania płatności?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ.**

### Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie zaistnienia niniejszej sytuacji, możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika została by przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym. Cena zamiennika nie może być wyższa od ceny znajdującej się w danej pozycji umowy.**

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5  
im. Św. Barbary w Sosnowcu  
*dr n. med. ...*