



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ŁĘBORKU



ISO 22000



ISO 14001



ISO 45001



ISO/IEC 27001



CERTYFIKAT 2023/64



ISO 9001

e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 ŁĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325

Łębork, 25.03.2025 r.

ZP.261.06.2025

Identyfikator postępowania:

ocds-148610-1b8654af-d671-4ab7-85b7-fa09b1e6221a

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na „**Modernizacja i doposażenie w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPS ZOZ w Łęborku – dostawa aparatu RTG**”. Znak sprawy: ZP-PN/UE/06/25

Działając w oparciu o art. 284 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytania z dnia 12.03.2025 r.

1. Czy Zamawiający dopuści do złożenia równoważnej oferty aparat cyfrowy renomowanej szwedzkiej firmy z lampą rentgenowską o szybkości chłodzenia anody wynoszącą 125 kHu/min. ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

2. VII Zawieszenie sufitowe pkt. 2. Zamawiający wymaga obrotu lampy wokół osi pionowej w zakresie min. 350°. Aparat, który chcielibyśmy Państwu zaoferować wg danych producenta posiada zakres obrotu > 340° co wg producenta ma oznaczać, że równie dobrze pełny zakres obrotu może wynieść i ponad 350°. Producent zastosował blokadę ze względu na kable, żeby ich nie uszkodzić. Zwracamy się w związku z tym o dopuszczenie zakresu obrotu wynoszącego powyżej 340°, który nawet w takim zakresie jest aż nadto wystarczający do każdego ustawienia pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

3. VII. Zawieszenie sufitowe pkt. 3, zakres zmotoryzowanego ruchu pionowego kolumny rtg z lampą. Zamawiający wymaga zakresu wynoszącego min. 180 cm ale to czy zakres zmotoryzowanego ruchu pionowego kolumny rtg wynosi 180, 170 cm czy nawet mniej nie ma aż takiego znaczenia jak fakt, że ważniejszym i bardzo istotnym faktem jest, ażeby lampą rtg można było zjechać jak najniżej podłogi.

W aparacie szwedzkiej firmy [...] kolumna ma zakres ruchu pionowego 175 cm ale nasi inżynierowie zawsze przed montażem mierzą wysokość pomieszczenia pracowni rtg i jeżeli wysokość ta jest wyższa niż 300-305 cm to zlecamy firmie budowlanej, z którą współpracujemy o zamontowanie szyn Hilti w taki sposób tj. jeżeli pomieszczenie jest za wysokie o obniżenie całej konstrukcji do takiego poziomu, ażeby jak wspomniane lampą rtg można było zjechać do samej podłogi. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zakresu ruchu pionowego kolumny z lampą rtg do 175 cm przy założeniu, że lampa rtg będzie mogła robić badania stawów na podłodze pracowni rtg.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytania z dnia 17.03.2025 r.

1. Dotyczy 25 02 13 Załącznik nr 1B do SWZ PFU. Prosimy Zamawiającego o udostępnienie rysunkowej części PFU. Zwracamy się również z prośbą o udostępnienie rysunku w formacie dwg.

Odpowiedź: W załączeniu rysunki w formacie pdf. Pliki dwg zostaną udostępnione podmiotowi który zostanie wyłoniony jako Wykonawca zadania.

2. Prosimy Zamawiającego o udostępnienie pomiarów wydajności wentylacji

Odpowiedź: W pomieszczeniu przeznaczonym do usytuowania aparatu RTG jest wentylacja mechaniczna, która obsługuje całą Pracownię RTG. Zamawiający posiada pomiary wydajności wentylacji z 2012 r., później nie było robionych pomiarów. Posiadana dokumentacja w załączeniu.

Pytania z dnia 18.03.2025 r.

1. Dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ, XII. Stacja technika wraz z oprogramowaniem, pkt. 18 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie oprogramowania, w którym prezentowane dane na poszczególne elementy ciała będą w formie tekstowej lub graficznej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

2. Dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ, XII. Stacja technika wraz z oprogramowaniem, pkt. 18 Ze względu na fakt, że raport w formacie .png. jest wizualnie tożsamy z formatem pdf. prosimy Zamawiającego o dopuszczenie oprogramowanie, które ma funkcje generowania raportu oraz tworzenie paszportu dozymetrycznego w postaci pliku .pdf, csv, .xls.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

3. Dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ, XII. Stacja technika wraz z oprogramowaniem, pkt. 18
Prosimy o potwierdzenie, że poprzez możliwość wysyłania raportu o dawce bezpośrednio na e-maila Zamawiający rozumie wysyłkę formularza audytowego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w SWZ.

4. Dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ, XII. Stacja technika wraz z oprogramowaniem, pkt. 18
Czy Zamawiający potwierdzi, że ze względu na fakt, że konieczność monitorowania, analizy i raportowania poziomów zagrożenia radiologicznego dla pacjentów dotyczy wszystkich aparatów diagnostycznych generujących promieniowanie jonizujące Zamawiający wymaga dostarczenia systemu do monitorowania, analizy i raportowania informacji o dawce promieniowania jonizującego dla pacjentów dla wszystkich posiadanych przez Zamawiającego urządzeń generujących promieniowanie jonizujące? Prosimy Zamawiającego o listę posiadanych urządzeń generujących promieniowanie jonizujące.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga systemu dla wszystkich posiadanych przez Zamawiającego urządzeń generujących promieniowanie jonizujące. Lista urządzeń:

- TK Somatom go Top
- !M1 firmy Solutions for Tomorrow
- MULTIX TOP - ucyfrowienie pośrednie
- Mammograf 3DIMENSIONS Hologic
- Mobilet XP
- Technix TMS 300
- Arcadis Varic (ramię C)
- Ziehm Solo (ramię C)

5. Dotyczy: Załącznik nr 1A do SWZ, XII. Stacja technika wraz z oprogramowaniem, pkt. 18
Prosimy Zamawiającego o informację czy system monitorowania, analizy i raportowania dawki promieniowania ma zostać zainstalowany na infrastrukturze serwerowej Zamawiającego, czy w ramach dostawy Wykonawca ma dostarczyć dedykowany serwer dla systemu dawki promieniowania jonizującego.

Odpowiedź: Uwzględniając kwestie bezpieczeństwa Zamawiający nie udostępnia własnej infrastruktury serwerowej. W ramach dostawy Wykonawca ma dostarczyć dedykowany serwer dla systemu dawki promieniowania jonizującego.

Pytania z dnia 18.03.2025 r.

Dotyczy SWZ; rozdział IV Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych

1. Prosimy o potwierdzenie rozumienia wymogu, iż Zamawiający oczekuje potwierdzenia w dokumentach typu katalog firmowy/dokumentacja techniczna jedynie parametrów technicznych określonych w parametrach ogólnych dotyczących głównego aparatu RTG, a nie wyposażenia dodatkowego czy też wymogów dotyczących innych wymagań, warunków gwarancji itp. ?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Zamawiający oczekuje potwierdzenia w katalogu lub innym równoważnym dokumencie parametrów technicznych wymienionych w Załączniku nr 1A do SWZ Część I oraz III – XII.

2. Z uwagi na wyjątkową mnogość parametrów, jakimi cechują się urządzenia będące przedmiotem zamówienia naturalnym jest, że nie wszystkie parametry wyspecyfikowane w wymaganiach Zamawiającego znajdują się w dokumentach wymienionych w tym punkcie SWZ. Tak sformułowane wymaganie uniemożliwia złożenie oferty nie z powodu braku spełnienia wymagań technicznych, ale przez fakt braku wyszczególnienia parametrów technicznych w katalogach firmowych lub dokumentacji technicznej itp. oferowanego sprzętu. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie złożenia oświadczenia producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta potwierdzającego spełnienie parametrów technicznych nie wyszczególnionych w katalogach firmowych.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Rozdz. IV ust. 5 SWZ.

3. **Dotyczy formularza ofertowego** W związku z faktem, iż przedmiot zamówienia obejmuje dostawy sprzętu i usługi, które są opodatkowane różnej wysokości stawkami VAT, prosimy o potwierdzenie, iż wykonawca będzie miał możliwość modyfikacji tabeli cenowej i dokonania podziału pozycji w niej zawartych poprzez wyszczególnienie różnych stawek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź: Formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ, został opracowany w taki sposób, aby Wykonawca podał wartość netto, brutto oraz stawkę VAT odrębnie dla dostaw i robót budowlanych, będących opcją. Jeżeli w ramach dostawy lub roboty budowlanej również zachodzi konieczność zróżnicowania stawki VAT, Wykonawca może dokonać modyfikacji przedstawienia ceny i dokonać podziału pozycji w niej zawartych poprzez wyszczególnienie różnych stawek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dotyczy Załącznika nr 1A do SWZ Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych

4. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości złożenia oferty na wysokiej klasy cyfrowy aparat rentgenowski wiodącego producenta aparatury do diagnostyki obrazowej, który w punktach jak poniżej odbiega od wartości wymaganych przez Zamawiającego, a posiada wartości podane odpowiednio dla każdego punktu jak poniżej. Pragniemy dodać, iż tylko dopuszczenie wszystkich naszych propozycji (zaznaczonych w poniżej załączonej tabeli czerwoną czcionką) w całości pozwoli nam na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Lp.	Wymagania techniczne	Parametry wymagane	Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać	
I. INFORMACJE OGÓLNE				
5	Aparat RTG ogólnodiagnostyczny z zawieszeniem sufitowym z funkcją autopozycjonowania	TAK	Aparat RTG ogólnodiagnostyczny z zawieszeniem sufitowym zmotoryzowanym w dwóch osiach (ruch lampy góra dół oraz obrót lampy wokół osi poziomej)	
7	Funkcja autostitchingu (łącnia kości długich) na stole oraz na statywie	TAK	Funkcja autostitchingu (łącnia kości długich) na statywie, o zakresie pokrycia 150 cm wraz z dedykowanym algorytmem śledzenia linii kręgosłupa	
12	Interfejs użytkownika w całości w języku polskim z pomocą kontekstową	TAK	Interfejs użytkownika w całości w języku angielskim wyposażony w czytelne piktogramy	
III. GENERATOR				
2	Częstotliwość pracy generatora min. 400 kHz	TAK, podać	Częstotliwość pracy generatora 70 kHz	
5	Zakres mAs $\geq 0,1$ -1000 mAs	TAK, podać	Zakres mAs 0.25 - 630 mAs	
7	Zakres czasu ekspozycji ≥ 1 ms – 10 s	TAK, podać	Zakres czasu ekspozycji 2 ms – 2 s	
IV. LAMPA RTG				
2	Moc małego ogniska ≥ 40 kW	TAK, podać	32 kW	
3	Wielkość dużego ogniska $\leq 1,2$ mm	TAK, podać	1,3 mm	
4	Moc dużego ogniska ≥ 100 kW	TAK, podać	96 kW	

5	Pojemność cieplna anody $\geq 600\text{kHU}$	TAK, podać	350 kHU	
6	Pojemność cieplna kołpaka $\geq 2\text{MHU}$	TAK, podać	1,5 MHU	
7	Szybkość chłodzenia anody $\geq 140\text{ kHU/min}$	TAK, podać	75 kHU/min	
V. KOLIMATOR				
7	Miernik dawki DAP	TAK	Kalkulator dawki DAP zintegrowany z oprogramowaniem generatora, przesył wartości DAP wraz ze zdjęciem	
VI. WYŚWIETLACZ NA GŁOWICY LAMPY				
3	Wyświetlanie obrazu z ekspozycji na wyświetlaczu	TAK	NIE	
4	Automatyczny pomiar SID, wyświetlanie kąta położenia lampy, możliwość modyfikacji kV, mAs, ms, wybór ogniska	TAK	Automatyczny pomiar SID, wyświetlanie kąta położenia lampy, możliwość modyfikacji kV, mAs, mA, wybór ogniska	
5	Wyświetlanie kąta bezprzewodowego detektora podczas wolnych projekcji	TAK	NIE, algorytm wirtualnej kratki przeciwwrozproszeniowej niwelujący efekty braku prostokątności wiązki	
VII. ZAWIESZENIE SUFITOWE				
2	Zakres zmotoryzowanego obrotu lampy wokół osi pionowej $\geq 350^\circ$	TAK, podać	Zakres manualnego obrotu lampy wokół osi pionowej 315°	
3	Zakres zmotoryzowanego pionowego ruchu kolumny $\geq 180\text{ cm}$	TAK, podać	Zakres zmotoryzowanego pionowego ruchu kolumny 160 cm	
4	Zakres zmotoryzowanego ruchu wzdłużnego $\geq 280\text{ cm}$	TAK, podać	Zakres manualnego ruchu wzdłużnego 290 cm	
5	Zakres zmotoryzowanego ruchu poprzecznego $\geq 175\text{ cm}$	TAK, podać	Zakres manualnego ruchu poprzecznego 190 cm	
6	System elektrycznego wspomaganie ruchu kolumny RTG	TAK	NIE	
7	Automatyczne pozycjonowanie aparatu do zadanych projekcji	TAK	Manualne pozycjonowanie aparatu do zadanych projekcji	

8	Ilość możliwych do zaprogramowania różnych pozycji aparatu ≥ 400	TAK, podać	Manualne pozycjonowanie aparatu do zadanych projekcji	
9	Bezprzewodowy pilot do zdalnego sterowania: ruchem pionowym kolumny lampy, ruchami poziomymi kolumny lampy, ruchem stołu (górną dół), ruchem statywu (min. góra-dół) z dowolnego miejsca pracowni. Pilot wyposażony w przycisk automatycznego ustawiania się aparatu do pozycji zaprogramowanej w programach anatomicznych. Pilot wyposażony w przycisk STOP – zatrzymującym ruch systemu.	TAK	Bezprzewodowy pilot do zdalnego sterowania: ruchem statywu (górną dół i pochylenie) oraz kolimacją z dowolnego miejsca pracowni.	

VIII. AUTOSTITCHING/AUTOMATYCZNE WYKONYWANIE ZDJĘĆ KOŚCI DŁUGICH

1	Możliwość wykonywania zdjęć składanych kości długich na stole stole ≥ 100 cm	TAK, podać	Funkcja autostitchingu (łączenia kości długich) na statywie, o zakresie pokrycia 150 cm wraz z dedykowanym algorytmem śledzenia linii kręgosłupa	
2	Możliwość wykonywania zdjęć składanych kości długich z wykorzystaniem detektora w statywie ≥ 165 cm	TAK, podać	Funkcja autostitchingu (łączenia kości długich) na statywie, o zakresie pokrycia 150 cm wraz z dedykowanym algorytmem śledzenia linii kręgosłupa	

IX. STÓŁ

3	Wymiary blatu stołu ≥ 240 cm x 80 cm	TAK, podać	235 x 85 cm	
5	Zakres ruchu poprzecznego blatu ≥ 25 cm	TAK, podać	22 cm	
6	Zmotoryzowany zakres podnoszenia blatu ≥ 35 cm	TAK, podać	32 cm	
7	Najniższe położenie blatu stołu od podłogi [cm] ≤ 55 cm	TAK, podać	58 cm	
8	Zakres ruchu Bucky ≥ 65 cm	TAK, podać	35.5 cm	
10	Maksymalny zakres badania pacjenta bez repozycjonowania go na stole ≥ 195 cm	TAK, podać	184 cm	

X. STATYW

1	Minimalna wysokość środka	TAK, podać	28.5 cm	
---	---------------------------	------------	---------	--

	detektora, licząc od podłogi ≤ 28 cm			
8	Automatyczny nadążny ruch lampy w ruchu pionowym statywu i w przypadku odchylenia detektora	TAK	Automatyczny nadążny ruch lampy w ruchu pionowym statywu	
XI. DETEKTOR – 43x43 – 2 sztuki				
9	MTF dla 0,5 lp/mm $\geq 80\%$	TAK, podać	MTF dla 1 lp/mm 70%	
10	Waga $\leq 3,6$ kg	TAK, podać	Waga 3,8 kg	
11	Maksymalne obciążenie detektora (na całej powierzchni) ≥ 300 kg	TAK, podać	Maksymalne obciążenie detektora (na całej powierzchni) 150 kg	
12	Maksymalne obciążenie detektora (punktowo - dysk o średnicy 40mm na środku) ≥ 150 kg	TAK, podać	Maksymalne obciążenie detektora (punktowo - dysk o średnicy 45 mm na środku) 100 kg	
15	Ochrona przez kurzem i wodą zgodnie z normą IP min. IP 54	TAK, podać	IPX4	
XII. STACJA TECHNIKA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM				
2	Pediatryczne zarządzanie naświetlaniem, obrazowanie w oparciu o masę min. 5 etapów	TAK, podać	Pediatryczne zarządzanie naświetlaniem, obrazowanie w oparciu o masę 3 etapy	
14	Interfejs użytkownika w całości w języku polskim z pomocą kontekstową	TAK	Interfejs użytkownika w całości w języku angielskim z czytelnymi piktogramami	
17	Współpraca ze standardem DICOM z obsługą protokołów: Verification, Modality worklist, MPPS, Storage, Storage commitment	TAK	Współpraca ze standardem DICOM z obsługą protokołów: Modality worklist, MPPS, Storage, Storage commitment	
XIII. WYMAGANIA DODATKOWE				
2	Możliwość rozbudowania w przyszłości o pakiet aplikacji umożliwiających: podgląd pacjenta w czasie rzeczywistym, wyświetlania zarysu komór AEC na pacjencie stojącym przy statywie płucnym, aktywacje alarmu, gdy pacjent zacznie się ruszać po procesie pozycjonowania (w celu zablokowania potencjalnie nieudanej akwizycji). Oferent musi spełniać ten parametr	TAK	Możliwość rozbudowania w przyszłości o pakiet aplikacji umożliwiających: podgląd pacjenta w czasie rzeczywistym, wyświetlania zarysu komór AEC na pacjencie stojącym przy statywie płucnym, Oferent spełnia ten parametr na dzień składania ofert.	

	na dzień składania ofert.			
--	---------------------------	--	--	--

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy Załącznik nr 1A do SWZ Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych

5. W zakresie zdalnej diagnostyki:

- a) Czy Zamawiający, w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki zapewni łącze internetowe o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download), ze stałym adresem IP, wraz z urządzeniem sieciowym Zamawiającego umożliwiającym zestawienie bezpośredniego - wolnego od proxy tunelu VPN typu Ipsec site-to-site w trybie 24/7?

Z uwagi na to, iż obsługujemy tysiące klientów na całym świecie, zastosowanie indywidualnego rozwiązania dla każdego klienta jest technicznie niemożliwe. Ponadto, systemy medyczne oferowane przez Wykonawcę wyposażone są w mechanizmy alarmowe, które dla skuteczności swojego działania wymagają przewidywanej stałej dostępności wspomnianego tunelu Ipsec. Prawidłowa komunikacja systemów medycznych z naszym serwisem nie działa przy połączeniu innym niż wyżej wymienione i jest to jedyna możliwa logistycznie i technicznie opcja dostępowa z naszej strony. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź: Nie.

- b) W przypadku braku zgody na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Zamawiającego czy Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy i zapewni łącze o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download) ze stałym adresem IP, umożliwiające zestawienie tunelu VPN typu Ipsec site-to-site?

Odpowiedź: Nie.

- c) Czy w przypadku braku odpowiedniego łącza Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy z modulem 4G opłacanym przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Tak.

Dotyczy Załącznik nr 1A do SWZ Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych pkt.

XIII.7 Wymagania dodatkowe: „Zestaw fartuchów ochronnych przed promieniowaniem RTG z ochrona tarczycy szt. 2”

6. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jaki typ fartuchów powinien być uwzględniony w ofercie (jednostronny, czy dwustronny). Prosimy również o podanie współczynnika ochronności Pb oraz rozmiarów.

Odpowiedź: Fartuchy ochronne jednostronne z osłoną na tarczycę o współczynniku ochrony Pb 0,35 mm, rozmiar L.

Dotyczy Załącznik nr 1A do SWZ Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych pkt.

XIII.4 Wymagania dodatkowe: „Integracja aparatu RTG z RIS/PACS”

7. Prosimy Zamawiającego o podanie dostawcy systemu RIS/PACS oraz informację, czy Zamawiający posiada wolne licencje.

Odpowiedź: Zamawiający posiada system radiologiczny Alteris RIS/PACS. Zamawiający nie posiada wolnych licencji.

Dotyczy wzoru umowy par. 8 ust. 6 i par. 8 ust. 7:

8. Wykonawca wskazuje, iż zdarzenia siły wyższej mogą obejmować także inne sytuacje, nie ujęte zapisem zaproponowanym przez Zamawiającego. Zgodnie z ugruntowanym orzecnictwem sądów powszechnych katalog zdarzeń siły wyższej nie jest zamknięty. W związku z powyższym, czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację postanowienia:

„Dopuszcza się zmianę postanowień umowy z powodu zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, w szczególności takich jak zagrożenia epidemiologiczne, zamieszki, akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działania terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne lub decyzje właściwych władz, a także działania lub zaniechania działań organów państwowych, samorządowych lub osób trzecich uniemożliwiających terminową realizację zamówienia tj. okoliczności o charakterze siły wyższej.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy wzoru umowy par. 1 ust. 4 (w zakresie gwarancji jakości)

9. Gwarancja jakości dotyczy odpowiedzialności gwaranta za pewnego rodzaju niezgodność towaru z umową, wadliwość towaru. Brzmienie postanowienia jest nieprecyzyjne i nie uwzględnia sytuacji, w których powstała awaria/usterka spowodowana została np. okolicznościami siły wyższej, normalnego zużycia, ingerencją w sprzęt osób trzecich. Powoduje to niemożność lub istotne utrudnienie wyliczenia kosztu usługi (może prowadzić do zawyżenia kosztu usługi wskutek konieczności objęcia dużego zakresu ryzyka) i ryzyka po stronie Wykonawcy.

Czy w związku z tym Zamawiający wyraża zgodę na dodanie postanowienia, precyzującego w/w okoliczności, które odzwierciedla przyjęte rynkowo standardy wyłączające/ograniczające ryzyko Wykonawcy, a także naturę gwarancji:

„Gwarancja określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z:

- a. niewłaściwego użytkowania urządzenia, w tym niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania;
- b. mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady;
- c. samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
- d. jakiegokolwiek ingerencji osób trzecich;
- e. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź, zalanie, stan wojenny, itp.);
- f. normalnego zużycia dostarczonych elementów a zwłaszcza akcesoriów”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Proponowane wyłączenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji nie dotyczą zgodności towaru z umową, ale normalnego zużycia, przypadkowego uszkodzenia itp. okoliczności, które nie są objęte odpowiedzialnością gwaranta.

Dotyczy wzoru umowy par. 3 ust.3 i par. 3 ust 5

10. Czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 3 dni roboczych w przypadku awarii niewymagającej użycia części zamiennych, do 5 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i do 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE?

Odpowiedź: Terminy określone w § 3 ust. 3 oraz § 3 ust. 5 projektu umowy nie dotyczą awarii lecz ujawnionych przy odbiorze i/lub w okresie gwarancji wad dostarczonego urządzenia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Warunki serwisu Zamawiający określa w Części II Załącznika nr 1A do SWZ.

Dotyczy wzoru umowy par. 3 ust.6

11. Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji urządzenia. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, a o czas przedłużającej się naprawy ponad terminy określone w umowie. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie stosownej zmiany w treści umowy?

Odpowiedź: § 3 ust. 6 projektu umowy odnosi się do ujawnionych przy odbiorze i/lub w okresie gwarancji wad dostarczonego urządzenia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Warunki serwisu Zamawiający określa w Części II Załącznika nr 1A do SWZ.

Dotyczy wzoru umowy par. 8 ust. 5

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary do 1000,00 PLN?

Odpowiedź: Jeżeli Wykonawca miał na myśli zapis § 8 ust. 2 pkt. 5 projektu umowy, to Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy wzoru umowy par. 8 ust. 6

13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości niezrealizowanej części umowy? Jeśli dostawa przedmiotu umowy będzie w zdecydowanej mierze zrealizowana, to naliczanie kary umownej od całkowitej wartości umowy, będzie miała charakter rażąco zawyżony.

Odpowiedź: Umowa obejmuje dostawę 1 szt. aparatu RTG, więc naliczanie ewentualnych kar umownych musi odbywać się od całkowitej wartości umowy. Zamówienie nie obejmuje dostaw sukcesywnych. Zamawiający nie dopuszcza aby Wykonawca dostarczał urządzenie w częściach.

Pytania z dnia 19.03.2025 r.

Pytania do wzoru umowy:

1. dot. § 1 ust. 2

Wykonawca zwraca się z prośbą o sprostowanie postanowienia poprzez wskazanie, iż chodzi w nim o aparat RTG, a nie o tomograf komputerowy.

Odpowiedź: Zamawiającemu chodzi o aparat RTG. Zapis umowy zostanie sprostowany.

2. dot. §1A ust. 2

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, w jakim maksymalnym terminie od daty zawarcia Umowy Zamawiający podejmie decyzję o skorzystaniu z prawa opcji polegającego na zleceniu Wykonawcy realizacji robót budowlanych polegających na modernizacji pomieszczeń na potrzeby pracowni diagnostyki obrazowej? Biorąc pod uwagę wpływ tego rodzaju prac na planowanie wykonania zadania, jego przebieg i możliwość dochowania terminu Wykonawca nie powinien być zaskakiwany decyzją Zamawiającego, aby należycie móc zrealizować zlecony przedmiot Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podejmie decyzję o skorzystaniu z prawa opcji w ciągu maksymalnie 14 dni po podpisaniu umowy.

3. dot. §1A ust. 3 pkt 4) zd. drugie

Biorąc pod uwagę, iż w ramach przedmiotu Umowy mogą być realizowane roboty budowlane mające wpływ na funkcjonowanie szpitala, w tym prace głośne bądź

wymagające czasowego wyłączenia lub przełączenia istniejących instalacji, Wykonawca powinien mieć zapewnioną możliwość ich realizacji, po uprzednim ustaleniu powyższego z Zamawiającym. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość ustalenia z Wykonawcą wystąpienia ww. sytuacji i prowadzenia prac powodujących opisane konsekwencje, pod warunkiem uprzedniego ustalenia z Zamawiającym terminu prowadzenia tego rodzaju prac i czasu ich trwania.

Odpowiedź: Zamawiający ma obowiązek współdziałania z Wykonawcą w celu wykonania umowy. W sytuacji realizacji robót budowlanych objętych prawem opcji, termin, rodzaj oraz czas trwania prac, w szczególności mających wpływ na funkcjonowanie Szpitala, w tym głośnych bądź wymagających czasowego wyłączenia lub przełączenia istniejących instalacji, będzie ustalany na bieżąco pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

4. dot. §1A ust. 3 pkt 12)

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, jakie konkretnie przypadki Zamawiający ma na myśli wskazując w postanowieniu na możliwość przerwania wykonywania umowy? Prosimy jednocześnie o potwierdzenie, że w sytuacji, gdy dojdzie do przerwania prac z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający wydłuży Wykonawcy odpowiednio termin na realizację Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający w chwili obecnej nie jest w stanie w sposób wyczerpujący wskazać przypadków, w jakich znajdzie zastosowanie to postanowienie umowy. W sytuacji, gdy dojdzie do przerwania prac z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający wydłuży Wykonawcy odpowiednio termin na realizację umowy.

5. dot. §1A ust. 3 pkt 13)

Zgodnie z dostępnym powszechnie orzecznictwem sądowym podstawą odmowy odbioru przedmiotu umowy mogą być tylko wady uniemożliwiające korzystanie zgodnie z przeznaczeniem (wady istotne). Usterki lub wady nieistotne powinny być usuwane przez wykonawcę w ramach udzielonej gwarancji lub rękojmi ustawowej (por. np. wyrok SN V CSKP 10/21, II CKN 28/97 czy II CSK 476/12). Powyższe powinno znaleźć odpowiednie odzwierciedlenie w treści umowy.

Ponadto zwracamy się z prośbą o umożliwienie wskazania innego terminu niż wskazany w ww. postanowieniu w protokole odbioru. Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie postanowienia:

Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy i zaplecza oraz terenów przyległych, a także przywrócenia obszarów zniszczonych w związku z

wykonaniem przedmiotu umowy do stanu pierwotnego, w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego lub w innym terminie wskazanym przez strony w protokole.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

6. dot. §2 ust. 1

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji termin realizacji ulegnie wydłużeniu? Jeśli tak, prosimy o wskazanie w jaki sposób Zamawiający przewiduje jego zmianę?

Jaki termin na wykonanie prac adaptacyjnych (robót budowlanych) przewiduje Zamawiający, a jaki na dostawę i uruchomienie? Ile czasu Zamawiający przewiduje na dostawę i instalację od momentu udostępnienia pracowni w sytuacji, gdy prace adaptacyjne będą realizowane przez Zamawiającego we własnym zakresie?

Odpowiedź: Termin realizacji zadania wskazany w SWZ obejmuje również czas na wykonanie robót budowlanych objętych prawem opcji. Zamawiający nie przewiduje jego wydłużenia, spowodowanego wyłącznie skorzystaniem z prawa opcji.

7. dot. §2 ust. 2

Prosimy o wskazanie, w jakim terminie licząc od daty zawarcia umowy Zamawiający zamierza przeprowadzić modernizację pomieszczeń Pracowni RTG, o której mowa w postanowieniu (w sytuacji niezlecania tych prac Wykonawcy)?

Czy w sytuacji wydłużenia się modernizacji realizowanej przez podmiot trzeci Zamawiający wydłuży termin przewidziany dla Wykonawcy na dostawę i instalację urządzenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zlecania robót budowlanych innemu podmiotowi niż Wykonawca. Jednakże, jeżeli w wyniku opóźnienia modernizacji pomieszczenia RTG nie będzie możliwe dotrzymanie terminu wykonania zamówienia określonego w § 2 ust. 1, wówczas Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin dostawy i uruchomienia zamówionego sprzętu.

8. dot. §3 ust. 3 pkt 1)

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z postanowień frazy „i ryzyko” oraz fragmentu „bez utraty gwarancji”.

Wykonawca nie może być zmuszany do ponoszenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi i/lub gwarancji dla aparatu, w którym mogły zostać dokonane naprawy lub modyfikacje niezgodne z zaleceniami producenta i stanowiące potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa obsługi i pacjentów badanych za pomocą aparatu. Chcemy również

zauważyć, że zapis umowy może potencjalnie obciążać Wykonawcę odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną przez inny podmiot, a więc jest niezgodny z art. 361 § 1 KC. Wybór wykonawcy zastępczego, to okoliczność zależna wyłącznie od Zamawiającego, w związku z tym stosowanie tego rodzaju zapisu stanowi w ocenie Wykonawcy działanie sprzeczne z treścią art. 433 pkt 3) ustawy Pzp (zakazane postanowienie umowne).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podkreśla, że ewentualne wykonawstwo zastępcze byłoby wykonywane przez autoryzowany podmiot, więc nie istnieje ryzyko, że dokonane naprawy lub modyfikacje byłyby niezgodne z zaleceniami producenta lub stanowiłyby potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa obsługi i pacjentów badanych za pomocą aparatu.

9. dot. §3 ust. 3 pkt 2)

Zwracamy uwagę, iż terminy wyznaczane na realizację postanowień umownych powinny być proporcjonalne i adekwatne do rodzaju obowiązków, których dotyczą. Nadto, powinny być ustalane w sposób umożliwiający dochowanie należytej staranności przez Wykonawcę, przy uwzględnieniu specyfiki zamówienia. Uwzględniając powyższe oraz wcześniejsze uwagi do pkt 1) w ust. 3 §3 prosimy o zmianę postanowienia:

w przypadku, gdy wady uniemożliwiają użytkowanie urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem lub jeżeli wada zagraża życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu użytkowników lub nieusunięcie wady uniemożliwia prowadzenie działalności przez Zamawiającego: w stosownym uzgodnionym z Wykonawcą terminie 2 tygodni lub w innym ustalonym przez strony, w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę uzgodnionego terminu, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia usunięcia wad przez inny autoryzowany podmiot na koszt Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

10. dot. §4 ust. 2

Konfrontując ww. postanowienie z zapisem **§3 ust.9** wzoru umowy, który reguluje kwestie przeprowadzenia szkolenia podstawowego po uruchomieniu aparatu będącego przedmiotem umowy, zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający wskazał, które z dwóch ww. szkoleń ma zostać przeprowadzone po uruchomieniu aparatu. W naszej ocenie ww. zapisy pozostają konkurencyjne.

W konsekwencji powyższego prosimy o usunięcie z wzoru umowy §3 ust. 9 lub §4 ust. 2.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapisy § 3 ust. 9 i 10. Zamawiający modyfikuje zapis § 4 ust. 2 w następujący sposób: „W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zapewni szkolenie specjalistyczne dla lekarzy/ techników z obsługi systemu, aplikacji oraz wykonywania testów kontroli jakości na zaoferowanym

aparacie, potwierdzone certyfikatami, co najmniej 3 dni x 7 godz. po instalacji i uruchomieniu aparatu oraz co najmniej 3 dni x 7 godz. po odbiorze aparatu przez Sanepid Radiacyjny, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.”

11. dot. §5 ust. 2

Powołując się na argumentację dot. wniosku o zmianę §1A ust. 3 pkt 13) wzoru umowy w zakresie podstaw odmowy odbioru przedmiotu umowy, prosimy o dostosowanie ww. postanowienia:

Podstawą do dokonania płatności będzie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy nie wykazujący istnienia wad istotnych „Protokół zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru sprzętu” oraz w przypadku uruchomienia prawa opcji nie wykazujący istnienia wad istotnych protokół odbioru końcowego robót budowlanych podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę, zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz dokumenty rozliczeniowe potwierdzające dokonanie przez Wykonawcę zapłaty w pełnej wysokości za roboty wykonane przez Podwykonawców. Podstawą do podpisania protokołu końcowego będzie pozytywne badanie dozymetryczne osłon stałych pracowni rentgenowskiej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

12. dot. §8 ust. 8

Prosimy o doprecyzowanie postanowienia w następujący sposób:

Ustanie obowiązywania umowy, niezależnie od przyczyny i podstawy, w tym na skutek odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia kar umownych i odszkodowań w umowie przewidzianych, o ile zdarzenia uzasadniające naliczenie kary umownej zaistniały w okresie obowiązywania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

13. dot. §9 ust. 3 pkt 4)

Prosimy o potwierdzenie, że postanowienie dotyczy tylko i wyłącznie zmiany miejsca instalacji sprzętu (przy wariacie prac realizowanych samodzielnie przez Zamawiającego), nie zaś całkowitej zmiany lokalizacji ewentualnych robót budowlanych.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zlecenia robót będących prawem opcji innemu podmiotowi niż Wykonawca.

14. dot. §9 ust. 3 pkt 5) lit. a)

Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie, jakie konkretnie organy administracji publicznej posiadają podstawę prawną do wystawienia zaświadczeń, jakich oczekuje Zamawiający od Wykonawcy w ramach ww. postanowienia?

Zgodnie z wiedzą Wykonawcy organy państwowe nie praktykują wydawania zaświadczeń tego rodzaju, nie ma też na ten moment konkretnych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które dawałyby Wykonawcy podstawę do skutecznego wystąpienia o takowe. Jednakowo, zaznaczyć należy także, że katalog zdarzeń siły wyższej ma charakter otwarty, a jej wykazywanie jest dozwolone wszelkimi dostępnymi środkami dowodowymi. Proponowane przez Zamawiającego ograniczenie nie ma zatem uzasadnienia ani w orzecznictwie sądowym ani w praktyce obrotu gospodarczego. W celu przywrócenia równowagi kontraktowej stron prosimy o następującą modyfikację postanowienia:

a) wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie niemożliwe do przewidzenia, na które Strony nie mają wpływu i są przez Strony niemożliwe do pokonania, a w szczególności: klęski żywiołowe, wojny, zamknięcie granic uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części, pod warunkiem poinformowania o powyższym w terminie 5 dni roboczych od dnia zaistnienia siły wyższej lub od kiedy poinformowanie stało się możliwe, przez Stronę dotkniętą wystąpieniem siły wyższej oraz wskazania wpływu zdarzenia na wykonanie umowy, termin zostanie przedłużony o czas jej trwania;

Odpowiedź: Dokument wystawiony przez organ administracji publicznej to nie tylko zaświadczenie. Jest nim również np. dokument potwierdzający objęcie określonych osób kwarantanną z powodu choroby zakaźnej, potwierdzenie stanu klęski żywiołowej i inne dokumenty. Możliwe jest również uzyskanie innego rodzaju dokumentów, których nie można obecnie określić.

15. dot. §10 zd. drugie

Zgodnie z §1 ust. 1 przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa aparatu RTG z zawieszeniem sufitowym, nie zaś „usługi” wskazane w ww. postanowieniu. Wobec nieadekwatności zapisu w stosunku do charakteru umowy prosimy o wykreślenie zdania drugiego z treści wskazanego postanowienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

16. dot. §12 ust. 1

Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia w taki sposób, aby skutek doręczenia następował zgodnie z regułami powszechnie przyjmowanymi w przepisach

proceduralnych (np. kpc, kpa etc.) oraz w praktyce gospodarczej - po upływie terminu na odbiór przesyłki w przypadku jej awizowania.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść § 12 ust. 1 projektu umowy w następujący sposób: „Każda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o zmianie nazwy lub adresu. W przypadku braku takiego powiadomienia wszelką korespondencję wysłaną do Strony określonej w niniejszej umowie, na adres wskazany w umowie, uważa się za skutecznie doręczoną z dniem upływu terminu odbioru awizowanej korespondencji z placówki operatora publicznego.”

Pytania do umowy zachowania poufności

1. dot. §1 ust. 2

Zwracamy uwagę, iż informacje dotyczące umów zawieranych w trybie zamówień publicznych mają z zasady jawny charakter. Prosimy, więc o odpowiednie dostosowanie ww. postanowienia oraz zaproponowanego wzoru umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla z § 1 umowy zachowania poufności ust. 2.

2. dot. §2 ust. 2

W celu przywrócenia równowagi kontraktowej stron zwracamy się z prośbą o modyfikację postanowienia:

1. *Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca będzie zobowiązany zachować w tajemnicy wszelkie Informacje Poufne otrzymane od drugiej Strony i będzie miał prawo wykorzystać je jedynie w celach związanych z wykonaniem zawartych z Zamawiającym umów lub w celu obrony przed roszczeniami lub dochodzenia takich roszczeń. Wykonawca nie będzie mogła wykorzystać Informacji Poufnych w jakimkolwiek zakresie do innych celów.*

Wskazujemy, iż możliwość wykorzystania danych lub informacji w ramach ewentualnego postępowania sądowego stanowi standardowe, akceptowane powszechnie rozwiązanie. W związku z tym, że umowa o zachowaniu poufności proponowana przez Zamawiającego ma wysoce jednostronny charakter, traktuje w uprzywilejowany sposób Zamawiającego, Wykonawca nie powinien mieć dodatkowo utrudnionego prawa do sądu w przypadku, gdy dojdzie między stronami do sytuacji spornej, stąd proponowana zmiana.

Odpowiedź: Jeżeli Wykonawca miał na myśli § 2 ust. 1, to Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje § 2 ust. 1 umowy zachowania poufności w sposób zaproponowany przez Wykonawcę.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w treści oferty wszystkich zmian i modyfikacji wprowadzonych niniejszymi wyjaśnieniami.

Zatwierdził:

Adam Hoffmann

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych