

DEZ/867/2024

Jelenia Góra 06.06.2024 r.

## DO WYKONAWCÓW

**Dostawa wyrobów medycznych specjalistycznych  
dla Bloku Operacyjnego (implanty ortopedyczne, stapler skórny)  
i Bloku Neurochirurgii, Pracowni Badań i Zabiegów Naczyniowych,  
akcesoria do aparatu Mammotome i akcesoria dla Pracowni Leku Cytostatycznego  
NR REFERENCYJNY: ZP/PN/21/04/2024**

### TREŚĆ PYTAŃ I ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania jak w tytule. Zamawiający poniżej przesyła treść pytań Wykonawców wraz z odpowiedziami.

#### ZESTAW NR 1

##### Pytanie Nr 1

Pytanie dotyczy pakietu nr 17

Czy Zamawiający dopuści stapler skórny w opakowaniu zbiorczym 10 szt.?


**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym.**

#### ZESTAW NR 2

##### Pytanie Nr 1

Pakiet nr 17

Czy zamawiający dopuści produkt równoważny tj: zbudowany z fabrycznie zainstalowanych zszywek ze stali nierdzewnej przeznaczonych do zszywania skóry. Rozmiar 35 szerokich zszywek o rozmiarach:



**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymagań zawartych w SWZ (w tym powleczenie teflonem). Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym.**

### ZESTAW NR 3

#### Pytanie Nr 1

Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ (zał nr 1 kolumna I4 ), w zakresie wskazania wymogu przekazania Zamawiającemu kodów UDI oferowanych wyrobów na etapie składania ofert.

Czy w związku z obiektywną przeszkodą oraz nieistnieniem podstawy prawnej dla wymogu przekazywania Zamawiającemu kodów UDI na etapie składania oferty, Zamawiający odstąpi od wskazanego wymogu?

1) Zwracamy uwagę, że przekazanie kodów UDI oferowanych wyrobów na etapie składania ofert przetargowych jest w wielu przypadkach niemożliwe z przyczyn obiektywnych. Zgodnie z art. 27 ust. 1 Rozporządzenia UE 2017/745 kod UDI każdego wyrobu medycznego składa się z dwóch części: UDI – DI, który jest niezmiennym kodem identyfikacji produktu (część stała) oraz kodu UDI – PI, który wskazuje jednostkę produkcji wyrobu (część zmienna – może zawierać elementy zmienne dla każdego wyrobu lub każdej partii wyrobów np. dzień produkcji lub datę ważności). W związku z powyższym kod UDI w ramach jednego modelu wyrobu medycznego będzie ulegać zmianie w zależności od dnia lub miejsca, w którym dany egzemplarz wyrobu został wyprodukowany (tak jak np. numer partii lub numer seryjny produktu); podanie kodu UDI wyrobu na etapie ofertowania bardzo często nie jest możliwe, gdyż niektóre egzemplarze wyrobów na moment ofertowania nie zostały jeszcze wyprodukowane i ich numery UDI jeszcze nie są znane;

2) zgodnie z art. 27 ust. 8 i 9 Rozporządzenia UE 2017/745 Instytucje zdrowia publicznego (m.in. podmioty lecznicze) oraz przedsiębiorcy są zobowiązani do przechowywania kodów UDI wyłącznie w stosunku do wyrobów medycznych klasy III do implantacji; podmioty lecznicze i przedsiębiorcy nie mają obowiązku przechowywania kodów UDI wyrobów innych niż wyroby medyczne do implantacji klasy III;

3) zgodnie z art. 27 ust. 9 Rozporządzenia UE 2017/745 obowiązek przechowania kodów UDI przez podmioty lecznicze dotyczy wyłącznie wyrobów medycznych klasy III do implantacji, które zostały dostarczone do danego podmiotu leczniczego; wymóg nie dotyczy wyrobów, które zostały zaoferowane lub nawet zamówione, ale nie zostały jeszcze dostarczone do podmiotu leczniczego (np. objęte ofertą przetargową);

4) z uwagi na powyższe, wymóg wskazania na etapie ofertowania kodów UDI oferowanych wyrobów stanowi naruszenie art. 106 ustawy Prawo zamówień publicznych - zasady żądania wyłącznie przedmiotowych środków dowodowych. Taki wymóg nie ma znaczenia dla oceny legalności i dopuszczalności obrotu wyrobem i nie jest adekwatny do przedmiotu zamówienia, a zatem stanowi całkowicie zbędne obciążenie po stronie wykonawcy.

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje kodów UDI-DI lub GTIN, a nie pełnych UDI zgodnie z zapisem pkt. 9.3 SWZ.**

**Zamawiający wymaga w Załączniku Nr 1 do SWZ, aby kolumny I3-I4 zostały wypełnione indywidualnymi numerami katalogowymi. W przypadku dużej ilości numerów katalogowych dopuszcza się podanie w komórce jedynie zakresu numerów, natomiast numery indywidualne wypisać należy poniżej w formie tabeli według wzoru: Nazwa | Numer katalogowy | UDI-DI. W przypadku braku kodu UDI-DI dopuszcza się podanie numeru GTIN. Jeśli taki również nie jest nadany należy wpisać „nie dotyczy” bądź pozostawić puste pole.**

#### **ZESTAW NR 4**

##### **Pytanie Nr 1**

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych poprzez wprowadzenie następującego zapisu w § 6 ust. 7, 8 wzoru umowy dot. zał.nr 3 do SWZ:

6. W przypadku zwłoki która stanowi opóźnienie z winy Wykonawcy w zakresie dostawy zamawianego asortymentu z przyczyn powstałych po stronie Wykonawcy, Wykonawcy naliczone zostaną kary – za każdy dzień zwłoki – po 0,5 % wartości netto nie zrealizowanej w terminie **części** dostawy nie mniej niż **50,00 zł** dziennie, nie więcej jednak niż łącznie **10 %** wartości **niezrealizowanej w terminie części dostawy** netto.
7. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości **10 %** wartości niezrealizowanej części umowy, ~~nie mniej jednak aniżeli 5 % wartości całej umowy netto~~. W przypadku odstąpienia od umowy kary naliczone za zwłokę do czasu rozwiązania umowy, nie kumulują się z karą za odstąpienie.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

#### **ZESTAW NR 5**

##### **Pytanie Nr 1**

Czy Zamawiający w formularzu cenowym w kolumnie nr 14 „Numer UDi-DI; GTIN/ EAN” odstąpi od wpisywania w/w numerów do formularza cenowego na etapie składania ofert na rzecz dostarczenia w/w kodów na etapie już podpisanej umowy przy dostarczaniu asortymentu do depozytu. Powyższe wynika z faktu, iż w/w kod jest nadawany dla każdego rozmiaru implantu jako indywidualny numer a w przypadku oferowania tak dużej ilości asortymentu w szerokim zakresie długości, średnic, wykaz takich kodów będzie liczyć nawet kilkaset pozycji z danego pakietu co znacznie wydłuży i utrudni skompletowanie oferty.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

##### **Pytanie nr 2**

###### **Pakiet nr 1**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 1 i 2 zamiast opisu asortymentu w formularzu cenowym dopuści implanty wg własnych rozwiązań konstrukcyjnych producenta o poniższych parametrach:

###### **Poz. 1-Klatka międzykręgową szyjną blokowaną**

Implant stosowany do stabilizacji międzykręgowego odcinka szyjnego (od C3 do C7) z dostępu przedniego. Implant składa się z korpus wykonanego z biozgodnego przeziernego polimeru PEEK, tantalowych znaczników RTG umieszczonych w korpusie oraz gniazda na wkręty kostne wykonane z wytrzymałego stopu tytanu dającego wysoką stabilność fiksacji implantu w trzonach kręgowych. Elementy implantu połączone są ze sobą na stałe. Implant typu STAND ALONE (nie wymagający dodatkowej stabilizacji). Duży otwór widoczny w płaszczyźnie poziomej przeznaczony na przeszczep lub substytut kości umożliwiający przerost tkanki kostnej. Przednia ściana implantu w kształcie łuku odwzorowująca krzywiznę przedniej części trzonu oraz maksymalizująca powierzchnię styku implantu z powierzchniami granicznymi nie stwarzając niebezpieczeństwa wystawiania poza zarys trzonów. Tylna wklęsłość pozwalająca uzyskać maksymalną powierzchnię styku implantu z powierzchniami granicznymi, minimalizując niebezpieczeństwo ucisku klatki na rdzeń kręgowy. Wklęsłe łuki ścian bocznych zabezpieczające przed oparciem się trzonów wyłącznie na bocznych krawędziach klatki. System samoczynnego blokowania wkrętów kostnych, zabezpieczający przed ich niekontrolowanym wysunięciem z klatki międzykręgowej. Łby wkrętów kostnych całkowicie schowane w gniazdach klatki (nie wystają poza jej obrys). Klatki w odmianach

kątowej i wypukłej idealne dopasowanie do powierzchni granicznych trzonu. Dwa rozmiary gabarytowe (szerokość x głębokość) 15x12 i 17x13. Wysokości klatek 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16mm.

**Poz. 2-** Dwie średnice wkrętów kostnych tytanowych 3,5 i 4,0mm, samowierzące o długościach 10, 12, 14, 16mm.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

### **Formularz ofertowy**

#### **Pytanie Nr 3**

Czy Zamawiający w formularzu ofertowym w pkt. 14- zał. nr 2 do SWZ odstąpi od dostarczenia próbek w zakresie pakietu nr 1 z uwagi na dużą wartość asortymentu na rzecz prezentacji asortymentu przez przedstawiciela handlowego?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jak w pytaniu.**

**Zapytania do w/w postępowania, dot. wzoru umowy: mini bank- załącznik nr 4 i załącznik 3**

**Mini bank – załącznik 4**

#### **Pytanie Nr 4**

Czy Zamawiający, z uwagi na obowiązek prawidłowego szacowania zamówienia, zmieni wartość w §2 ust. 10 oraz §3 ust. 14 z 10% na 80%?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie Nr 5**

**Czy Zamawiający dookreśli w §5 ust. 3 tiret 3, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?**

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie Nr 6**

Czy Zamawiający zmieni termin określony w §5 ust. 3 z 48 godzin na 2 dni robocze?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie Nr 7**

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §6 Ust. 6 i 7 – usunięcie zwrotu „nie mniej niż 100zł oraz zmiana z 20% na 10%?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji, które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie Nr 8**

Czy Zamawiający dookreśli w §8 ust. 2, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty?

Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

#### **Załącznik nr 3**

#### **Pytanie Nr 9**

Czy Zamawiający, z uwagi na obowiązek prawidłowego szacowania zamówienia, zmieni wartość w §2 ust. 9 z 10% na 80%?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

#### **Pytanie Nr 10**

Czy Zamawiający dookreśli w §5 ust. 3 tiret 3, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie Nr 11**

Czy Zamawiający zmieni termin określony w §5 ust. 3 z 48 godzin na 2 dni robocze?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie Nr 12**

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §6 ust. 6 i 7 – usunięcie zwrotu „nie mniej niż 100zł oraz zmiana z 20% na 10%?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji, które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

### **Pytanie Nr 13**

Czy Zamawiający dookreśli w §8 ust. 2, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty? Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

## **ZESTAW NR 6**

### **Pytanie Nr 1**

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 12 poz. 1** dopuści możliwość zaoferowania:

1. Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA krótki i długi, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm z 6 stopniową antetorsją, krótki o długości 180-280mm, pokryty celownikiem, długi o długości 340-440mm, do długości 420mm pokryty celownikiem dystalnym, średnica 10-12mm, kąt szyjkowo – trzonowy 125°, 130°, 135°, krótki uniwersalny do kości lewej i prawej, długi lewy i prawy. Blokowany w części bliższej śrubą szyjkową teleskopową Ø 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyjną M4. Śruba zaślepiająca i śruba kompensacyjna wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śrub z wkrętaka. Możliwość blokowania w części bliższej pinem antyrotacyjnym Ø 4mm (dł. 65-125mm). W części dalszej z otworami pod wkręty blokujące o średnicy 4,5mm. Komplet stanowi: gwóźdź + śruba doszyjkowa + zaślepka + śruba dystalna.
  - 1.1 Gwóźdź krótki śr. 10-12 mm
  - 1.2 Śruba doszyjkowa teleskopowa Ø 11mm ze śrubą kompresyjną M4, dł. 70-125mm.
  - 1.3 Śruby śr. 4,5, pełny gwint
  - 1.4 Zaślepka
  - 1.5 Gwóźdź Długi śr. 10-12 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### **Pytanie Nr 2**

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 12 poz. 2** dopuści możliwość zaoferowania:

2. Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny – wielopłaszczyznowy, uniwersalny do lewej i prawej kończyny o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe. Długość od 180mm do 400mm w całości pokryty celownikiem dystalnym, średnica od 8mm do 12mm. W części proksymalnej kąt wygięcia gwoździa 10 stopni i 4 stopnie w części dystalnej, długość w części proksymalnej (do zgięcia) do 55 mm, blokowanie części bliższej z jednego celownika. Gwóźdź blokowany wkrętami Ø 4,5mm i Ø 5 mm, w części bliższej posiadający cztery otwory blokowane w trzech płaszczyznach (w tym dwa otwory gwintowane), w części dalszej możliwość wielopłaszczyznowego blokowania. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm, śruba kompresyjna.
  - 2.1 Gwóźdź piszczelowy
  - 2.2 Śruba ryglująca
  - 2.3 Zaślepka

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### **Pytanie Nr 3**

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 12 poz. 3** dopuści możliwość zaoferowania:

3. Uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i retrograde, średnica 9÷12 mm ze skokiem (co 1 mm), lewy i prawy. Długość od 200mm do 500mm do długości 440mm pokryty celownikiem dystalnym. W części dalszej posiadający min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach ( w tym co najmniej 1 dynamiczny). W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym.: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 wkrętami samogwintującymi o średnicy Ø 6,5mm (dł.65-125mm). Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania wkrętami o średnicy Ø 4,5mm oraz dodatkowo wkrętami o średnicy Ø 6,5mm. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 wkrętami lub zestawem blokującym o średnicy Ø 6,5mm W części dalszej blokowany wkrętami o średnicy Ø 4,5mm. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoźdźcia w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm.

3.1 Gwóźdź udowy uniwersalny

3.2 Śruba ryglująca

3.3 Zaślepka

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### **Pytanie Nr 4**

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 13 poz. 1.9 i 2.9** dopuści możliwość zaoferowania gwoźdźcia o kątach 125, 130 i 135 – do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### **Pytanie Nr 5**

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 13 poz. 1.10** dopuści możliwość zaoferowania gwoźdźcia o grubości w części bliższej 16 mm, w części dalszej: 11 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### **Pytanie Nr 6**

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 13 poz. 2.10** dopuści możliwość zaoferowania gwoźdźcia o grubości w części bliższej 16 mm, w części dalszej: 10, 11, 13, 15 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### **Pytanie Nr 7**

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 13 poz. 3.4** dopuści możliwość zaoferowania śruby doszyjkowej o średnicy 11 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### **Pytanie Nr 8**

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 13 poz. 4.2** dopuści możliwość zaoferowania śruby blokującej o średnicy 4,5 mm, długości 26-100 mm (z przeskokiem co 2 mm)?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### **Pytanie Nr 9**

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 13 poz. 5.2** dopuści możliwość zaoferowania śruby zaślepiającej o średnicy 12 mm, w pełni kompatybilnej z gwoździem z poz. 1 i 2?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Pytanie Nr 10**

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 13 poz. 6.1** dopuści możliwość zaferowania: Płytki wygięte rekonstrukcyjne, o promieniu wygięcia R88 lub 108mm, proste rekonstrukcyjne do zaopatrzenia złamań w obrębie miednicy z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej oraz wygięte rekonstrukcyjne do zespolenia spojenia łonowego. Otwory stożkowe gwintowane w formie oczek z przewężeniami ułatwiającymi dopasowanie płytki do właściwej anatomii. Materiał tytan?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Pytanie Nr 11**

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 13 poz. 7.1** dopuści możliwość zaferowania: Stalowa płyta do stabilizacji miednicy, prosta i łukowa o promieniu 88 mm i 108 mm . Ilość otworów w płycie łukowej : 6, 8, 10, 12, 14, 16; ilość otworów w płycie prostej : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ,15, 16, 18, 20. płyta do zespolenia spojenia łonowego o promieniu wygięcia 60 mm, 4 i 6 otworowe?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Pytanie Nr 12**

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 13 poz. 8.1** dopuści możliwość zaferowania: Stalowa lub tytanowa śruba blokowana z gniazdem heksagonalnym lub gwiazdkowym  $\varnothing$  3,5mm dł. 10-90 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Pytanie Nr 13**

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 14 poz. 1.1** dopuści możliwość zaferowania: Płytką kształtowa do dystalnej części kości strzałkowej. Grubość płytek w części trzonowej 2.0 mm, w części nasadowej 1.5 mm. Szerokość płytek w części trzonowej 10,5 mm, w części nasadowej 16 mm. W głowie płytki 5 otworów pod wkręty blokowane z łbem gwintowanym stożkowym o średnicy 3,5mm i 2 otwory pod druty Kirchnera. W części trzonowej płytki od 3 do 12 otworów z czego jeden otwór owalny, jeden otwór okrągły nieblokowany, oba pod wkręty korowe lub gąbczaste o średnicy 3,5mm, reszta otworów pod wkręty blokowane z łbem gwintowanym stożkowym o średnicy 3,5mm. Koniec płytki ze spłaszczeniem ułatwiającym implantację i otworem na drut Kirchnera. Na trzonie płytki podcięcia pomiędzy otworami. Płytką symetryczną, jednolitą dla prawej i lewej kości. Długości płytki w zależności od ilości otworów na trzonie od 77mm do 185mm. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°.Materiał tytan?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Pytanie Nr 14**

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 14 poz. 2.1** dopuści możliwość zaferowania: Płytką blokującą – kompresyjna prosta wąska, gruba z ograniczonym kontaktem. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/prześciówek, blokującą – kompresyjne, z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych/gąbczastych 3,5/3,5/4,0mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Płytką posiada 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirchnera. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 59 do 163 mm, od 4 do 12 otworów. Grubość płytki



4,0 mm. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. Materiał tytan?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Pytanie Nr 15**

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 14 poz. 3.1** dopuści możliwość zaferowania: Płytki blokująco – kompresyjna prosta, wąska, cienka. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokująco – kompresyjne, z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych/gąbczastych 3,5/3,5/4,0 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 85 do 280 mm, od 5 do 18 otworów. Grubość płytki 2,5 mm. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. Materiał tytan?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Pytanie Nr 16**

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 14 poz. 4.1** dopuści możliwość zaferowania: Tytanowa śruba kaniulowana  $\varnothing$  4.0 mm, samowiercąca, długość 14-70mm z przeskokiem co 2mm, kaniulacja 1,25mm, częściowy gwint?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Pytanie Nr 17**

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 14 poz. 6.1** dopuści możliwość zaferowania: Śruba korowa tytanowa T15  $\varnothing$  3.5 mm, dł. 8-70mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Pytanie Nr 18**

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 14 poz. 7.1** dopuści możliwość zaferowania: Śruba blokowana tytanowa T15  $\varnothing$  3.5 mm, dł. 10-70 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Pytanie Nr 19**

Czy Zamawiający w **Pakiecie 15 poz. 1.1** dopuści możliwość zaferowania: Płytki anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej od strony bocznej, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane lite i kaniulowane (5,0/7,3) oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(5,0/7,3), samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia Długość od 170 do 458 mm, od 6 do 22 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki. Materiał tytan?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### **Pytanie Nr 20**

Czy Zamawiający w **Pakiecie 15 poz. 2.1** dopuści możliwość zaferowania: Tytanowe śruby blokujące Ø5,0 mm dł. 14-115 (14-60mm z przeskokiem co 2mm, 65-115mm z przeskokiem co 5mm)?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### **Pytanie Nr 21**

Czy Zamawiający w **Pakiecie 15 poz. 3.1** dopuści możliwość zaferowania: Tytanowe śruby korowe Ø4,5 mm dł. 12-115 (12-90mm z przeskokiem co 2mm, 95-115mm z przeskokiem co 5mm)?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### **Pytanie Nr 22**

Czy Zamawiający w **Pakiecie 15 poz. 4.1** dopuści możliwość zaferowania: Płytki anatomiczne, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej „T”, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. W głowie płytki 3 otwory prowadzące śruby blokowane oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(3.5), samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 93 do 301mm, od 4 do 20 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki. Materiał tytan.

Oraz:

Płytki anatomiczne, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej „L”, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 3 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(3.5), samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 81 do 237mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki. Materiał tytan?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### **Pytanie Nr 23**

Czy Zamawiający w **Pakiecie 15 poz. 5.1; 8.1; 11.1; 14.1** dopuści możliwość zaferowania: Tytanowe śruby blokujące Ø3,5 mm dł 10-90 (10-60mm z przeskokiem co 2mm, 65-90 mm z przeskokiem co 5mm)?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### **Pytanie Nr 24**

Czy Zamawiający w **Pakiecie 15 poz. 6.1 ; 9.1; 12.1; 15.1** dopuści możliwość zaferowania: Tytanowe śruby korowe Ø3,5 mm dł 8-90mm z przeskokiem co 2mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### **Pytanie Nr 25**

Czy Zamawiający w **Pakiecie 15 poz. 7.1** dopuści możliwość zaoferowania: Płytki anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przednio-bocznej, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirchnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 3 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirchnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5 Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 80 do 288mm, od 5 do 21 otworów w trzonie i 4 otwory w głowie płytki. Materiał tytan.  
oraz:

Płytki anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych 3,5 lub korowych 3.5/2,7 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirchnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirchnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5 Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 116 do 246mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 8 otworów w głowie płytki. Materiał tytan?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### **Pytanie Nr 26**

Czy Zamawiający w **Pakiecie 15 poz. 10.1** dopuści możliwość zaoferowania: Płytki anatomiczna blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. W głowie płytki 9 otworów blokowanych prowadzących śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirchnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym, wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej za pomocą celownika. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 90mm do 270mm, ilość otworów od 3 do 12. Materiał tytan?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### **Pytanie Nr 27**

Czy Zamawiający w **Pakiecie 15 poz. 13.1** dopuści możliwość zaoferowania: Tytanowe płyty rekonstrukcyjne proste ilość otworów 4-22?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

## ZESTAW NR 7

### Pytanie Nr 1

Do pakietu nr 13 poz. 4.2

Czy zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania śruby 6.28mm ?

**Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu zaoferowania śruby 6.28 mm. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym.**

## ZESTAW NR 8

### Pytanie Nr 1

**Dot. Pak. nr 18**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie stentu do tętnicy szyjnej w systemie RX o długości segmentu RX 25 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym.**

## ZESTAW NR 9

### Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie 17 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Stapler skórny, materiał:stal nierdzewna, niewchłaniający, powlekana teflonem. Ilość zszywek 35. Rozmiar zszywek: szerokość 6,5mm x wysokość 4,7mm, średnica zszywki 0,6mm? Pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym.**

### Pytanie Nr 2

2. ad par. 3 ust. 13 wzoru umowy dostawy

Prosimy o dopisanie zastrzeżenia, że zapis nie obowiązuje, jeśli zaległości płatnicze Zamawiającego przekroczą 60 dni.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

### Pytanie Nr 3

3. ad par. 6 ust. 6 wzoru umowy dostawy

Prosimy o wykreślenie minimalnej kwoty kary umownej (100 zł), ze względu na fakt, że Zamawiający może złożyć zamówienie o wartości np. 200 zł, a wtedy kara umowna wyniesie 50% wartości zamówienia za 1 dzień zwłoki w dostawie, co stanowi rażąco wygórowany poziom; szczególnie że Zamawiający nie zobowiązuje się do składania zamówień o ustalonej minimalnej wartości, a przedmiotem postępowania są produkty o niskich cenach jednostkowych.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

## **ZESTAW NR 10**

### **Pytanie Nr 1**

Pytanie dot. SWZ

W związku z tym, że Zamawiający we wzorze umowy dotyczącej przedmiotowego postępowania deklaruje bardzo niską minimalną wartość realizacji umowy w wysokości 10%, zwracamy się z prośbą o zwiększenie minimalnej wartości jaką Zamawiający zobowiązuje się zrealizować do 50%.

W stosunku do całej wielkości przedmiotu zamówienia minimalna wartość realizacji wskazana przez Zamawiającego narusza równowagę ekonomiczną stron umowy oraz naraża wykonawców na realizację zamówienia ze stratą.

Biorąc udział w każdym postępowaniu wykonawca zawsze przygotowuje kalkulację oferowanej ceny oraz wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia na podstawie ilości określonych przez zamawiającego. Zaniżanie minimalnej wartości przedmiotu zamówienia w umowie pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

## **ZESTAW NR 11**

### **Pytanie Nr 1**

**Pakiet nr 17** – Czy Zamawiający dopuści zszywki bez powleczenia teflonem?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### **Pytanie Nr 2**

**Pakiet nr 17** – Czy Zamawiający dopuści zszywki o wymiarze 7,2mm x 4,9mm średnica 0,6?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym.**

### **Pytanie Nr 3**

**Pakiet nr 17** – Czy Zamawiający dopuści zszywki o wymiarze 5,9mm x 3,9mm średnica 0,5?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym.**

## **ZESTAW NR 12**

### **Dotyczy pakietu nr 11**

#### **Pytanie Nr 1**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 11 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie Nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji 5 i 9 do osobnego zadania i złożenie oferty bez tych pozycji?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Pytanie Nr 3**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu użyczenia napędu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Dotyczy pakietu nr 12**

### **Pytanie Nr 4**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Pytanie Nr 5**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu użyczenia napędu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

## **ZESTAW NR 13**

### **Dot. SWZ**

#### **Pytanie Nr 1**

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie o jakich narzędziach mowa w przypadku pakietu 5 - Proteza kości czaszki :

*W przypadku dostawy wyrobów medycznych do implantacji Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym przeszkoli nieodpłatnie personel w zakresie technik implantacji, obsługi zaoferowanego sprzętu oraz zapewni nieodpłatnie instrumentarium niezbędne do wykorzystywania zaoferowanych wyrobów medycznych.*

**Odpowiedź: Jeżeli zaoferowany wyrób nie wymaga użycia w przewidzianej przez producenta technice chirurgicznej dedykowanego instrumentarium Wykonawca nie ma obowiązku zapewnienia tego instrumentarium. Zapewnienie instrumentarium jest niezbędne jeżeli bez jego użycia niemożliwe jest skorzystanie z wyrobu.**

### **Dot. wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację:

#### **Pytanie Nr 2**

Dot.

§ 3.

#### **TERMIN I WARUNKI DOSTAWY**

13. Z uwagi na charakter działalności prowadzonej przez Zamawiającego, nie zapłacenie w terminie przez Zamawiającego kwot wynikających z faktur za dostarczony towar nie uzasadnia i nie może powodować wstrzymania przez Wykonawcę kolejnych dostaw dla Zamawiającego wynikających z zawartej umowy.

Czy Zamawiający zgodzi się dodać do wzoru umowy „chyba że opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należności za dostarczony towar przekracza 60 dni” ?

Wykonawca nie powinien być zobowiązany do nieograniczonego w czasie kredytowania Zamawiającego. Mogłoby to bowiem zachwiać płynnością finansową wykonawcy. Zachowanie dotychczasowej treści § 3 ust. 13 wzoru umowy może niekorzystnie wpłynąć na

wysokość cen oferowanych w niniejszym przetargu lub nawet skłonić niektórych wykonawców do rezygnacji ze złożenia oferty. Poza tym, skuteczność § 3 ust. 13 wzoru umowy w aktualnym brzmieniu może być kwestionowana na podstawie np. art. 58 § 2 Kodeksu cywilnego.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

### **Pytanie Nr 3**

§ 6.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I KARY UMOWNE

6. W przypadku zwłoki która stanowi opóźnienie z winy Wykonawcy w zakresie dostawy zamawianego asortymentu z przyczyn powstałych po stronie Wykonawcy, Wykonawcy naliczone zostaną kary – za każdy dzień zwłoki – po 0,5 % wartości netto nie zrealizowanej w terminie części dostawy nie mniej niż 10,00 zł dziennie, nie więcej jednak niż łącznie 10 % wartości umowy netto.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

## **ZESTAW NR 14**

### **Pytanie Nr 1**

Dotyczy: SWZ. Punkt nr 15. Podpunkt 1. „Punktacja w kryterium TERMIN DOSTAWY“. Wykonawca wnosi, wydłużenie maksymalnego terminu dostawy w zakresie pakietów nr20 i 21, będącego jednocześnie kryterium oceny ofert, z 5 dni roboczych do 7 dni roboczych. Wskazany 5-dniowy termin realizacji zamówienia jest zbyt krótki i nieadekwatny do aktualnej, globalnej sytuacji rynkowej, zaś doliczenie przez Wykonawcę do ceny ryzyka zapłaty kar umownych niecelowe i sprzeczne z zasadą oszczędnego i celowego wydatkowania środków publicznych.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

### **Pytanie Nr 2**

Dotyczy: Projekt umowy. §3 ust.1, punkt a)

Wnosimy o wydłużenie terminu dostawy w przypadkach pilnych „cito” wskazanego w §3 ust.1, punkt a), dla pakietów nr 20 i 21, z 1 do 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia.

Biorąc pod uwagę, że umowa będzie realizowana sukcesywnie, a wyroby medyczne będące przedmiotem pakietów nr 20 i 21 nie służą bezpośrednio do ratowania pacjentów w sytuacji zagrożenia życia, 1 dniowy termin dostawy w przypadkach pilnych nie ma racjonalnego uzasadnienia w naszym przekonaniu.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

### **Pytanie Nr 3**

Dotyczy: Projekt umowy. §3 ust.2.1

Czy Zamawiający dopuści możliwość dostarczenia faktury w wersji papierowej, drogą pocztową niezwłocznie po dostarczeniu towaru ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu, jeżeli Wykonawca zagwarantuje dostarczenie w dniu dostawy faktury w wersji elektronicznej.**

### **Pytanie Nr 4**

Dotyczy: Projekt umowy. §3 ust.3

Wykonawca wnosi o odstąpienie od wymogu zawartego w §3 ust.3.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie Nr 5**

Dotyczy: Projekt umowy. §4 ust.14

Czy Zamawiający zgodzi się na wystawienie więcej niż jednej faktury do zamówienia bieżącego, w wypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, będzie możliwe dostarczenie tylko części zamówienia bieżącego?

Umożliwi to przynajmniej w części zabezpieczyć bieżące zapotrzebowanie Zamawiającego, w wypadku zaistnienia braków magazynowych spowodowanych opóźnieniami dostaw od producenta

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie Nr 6**

Dotyczy: Projekt umowy. §4 ust.15

Wnosimy o odstąpienie od zapisu §4 ust.15. Ze względu na wysoką ilość dziennych zamówień i automatyzacją procesów logistycznych, Wykonawca nie ma możliwości konsolidowania oddzielnych zamówień na jednej fakturze.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie Nr 7**

Dotyczy: Projekt umowy. §5 ust.4

Wnosimy o wydłużenie czasu na uzupełnienie braków ilościowych oraz dostarczenia towaru wolnego od wad, z 48 godzin do 4 dni roboczych

Podany 2-dniowy termin jest zbyt krótki i nieadekwatny do aktualnej, globalnej sytuacji rynkowej, zaś doliczenie przez Wykonawcę do ceny ryzyka zapłaty kar umownych niecelowe i sprzeczne z zasadą oszczędnego i celowego wydatkowania środków publicznych

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie Nr 8**

Dotyczy: Projekt umowy. §5 ust.3

Wnosimy o wydłużenie czasu na rozpatrzenie reklamacji ilościowej z 48 godz. do 72 godzin w dni robocze

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie Nr 9**

Dotyczy: Projekt umowy. §5 ust.8

Wykonawca wnosi, o wydłużenie terminu podanego w §5 ust.8 z 3 do 5 dni roboczych

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie Nr 10**

Dotyczy: Projekt umowy. §6 ust.6

Mając na uwadze miarkowanie kar umownych wnosimy o zmniejszenie kar umownych zawartych §6 ust.6 poprzez zmianę w treści w/w ustępu na:

*W przypadku zwłoki która stanowi opóźnienie z winy Wykonawcy w zakresie dostawy zamawianego asortymentu z przyczyn powstałych po stronie Wykonawcy, Wykonawcy naliczone zostaną kary – za każdy dzień zwłoki – po 0,3 % **wartości netto** nie zrealizowanej w terminie dostawy nie mniej niż 50,00 zł dziennie, nie więcej jednak niż łącznie 20 % wartości **umowy netto**.*

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**



### **Pytanie Nr 11**

Dotyczy: Projekt umowy. §6 ust.8

Mając na uwadze miarkowanie kar umownych wnosimy o zmniejszenie kar umownych zawartych §6 ust.8 poprzez zmianę w treści w/w ustępu na:

*W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy, nie mniej jednak aniżeli 5 % wartości całej umowy netto.*

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

### **Pytanie Nr 12**

Dotyczy: Projekt umowy. §6 ust.12

Mając na uwadze miarkowanie kar umownych, wnosimy o zmniejszenie zawartej w §6 ust.13 projektu umowy, maksymalnej łącznej wysokości kar umownych do 20% wartości netto umowy.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

### **Pytanie Nr 13**

Dotyczy: Załącznik nr 1 Formularz asortymentowo – cenowy. Pakiet nr 21. Tabela, punkt 2.11

Czy Zamawiający dopuści znaczki tkankowe do Mammotome Elite, dostarczane w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk w opakowaniu ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. W Formularzu asortymentowo-cenowym należy wycenić sztuke. Zamawiający będzie dokonywał zakupu w pełnych opakowaniach.**

## **ZESTAW NR 15**

### **Pytanie Nr 1**

Wnosimy o dokonanie zmiany § 6 projektowanych postanowień umowy dostawy poprzez obniżenie określonej nim łącznej maksymalnej wysokości kar umownych z 30% do 20 % wynagrodzenia netto Wykonawcy. Rolą art. 436 pkt 3 PZP nakazującego określenie maksymalnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić strony jest ochrona interesów wykonawców przed nieuzasadnionym zastrzeganiem w umowie wysokich kar umownych (M. Sieradzka (red.), Komentarz do art. 436 PZP [w:] Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2022). Zawarta w umowie maksymalna wysokość kar w wysokości aż 30% wynagrodzenia Wykonawcy jest rażąco wygórowana. Tak określona kara umowna prowadzi do zachwiania relacji pomiędzy wysokością wynagrodzenia za dostawę produktów na podstawie umowy a wysokością kary umownej. W orzecznictwie uznaje się, że nawet 20% wynagrodzenia umownego może być uznana za karą rażąco wygórowaną (por. wyrok Sądu Najwyższego z 27.04.2022 r., II CSKP 59/22, wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 29.06.2022 r., I AGa 205/21). Co prawda 436 pkt 3 PZP nie określa maksymalnego poziomu kar wiążącego wszystkich zamawiających, jednak w jednej z wersji projektu ustawy proponowano, aby łączna wysokość kar umownych nie mogła przekroczyć właśnie 20% wartości netto umowy (E. Wiktorowska [w:] A. Gawrońska-Baran, A. Wiktorowski, P. Wójcik, E. Wiktorowska, Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2024, art. 436). Powyższe uzasadnia obniżenie maksymalnej wysokości kar umownych co najmniej do 20% wynagrodzenia netto Wykonawcy

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

## **Pytanie Nr 2**

Wnosimy o dokonanie zmiany § 6 projektowanych postanowień umowy sprzedaży poprzez obniżenie wysokości określonej w tym postanowieniu kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy do 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Określona w projektowanych postanowieniach umowy kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy w wysokości aż 20% wynagrodzenia [netto/brutto] Wykonawcy jest rażąco wygórowana. Jak wskazuje się w orzecznictwie „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok SN z 24.01.2014 r., I CSK 124/13).

Również Krajowa Izba Odwoławcza orzekła, że Zamawiający zobligowany jest do stosowania w postępowaniu takich środków, które są adekwatne do realizacji danego celu i proporcjonalne do jego istoty, co powinno przekładać się na jak najmniej dotkliwe dla wykonawcy postanowienia, postanowienia o karach umownych nie powinny zaprzeczać charakterowi prawnemu instytucji kary umownej, kary umowne nie powinny stanowić sankcji oderwanej od wagi danego naruszenia obowiązków, ani też prowadzić do nieuprawnionego wzbogacenia Zamawiającego kosztem Wykonawcy (wyrok KIO z 16.07.2020 r., KIO 1089/20). Choćby udostępnione na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych przykłady negatywnych i dobrych praktyk kontraktowych jasno określają, że kary umowne za odstąpienie od umowy nie powinny być wyższe niż 10% wynagrodzenia umownego wykonawcy

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

## **ZESTAW NR 16**

### **Pytanie Nr 1**

Pytanie nr 1 do pakietu nr 23

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie głowy implantu jedynie w rozmiarze 15mm oraz panewki w analogicznym rozmiarze? W świetle właśnie uzyskanych informacji od producenta na terenie Polski nie są już oferowane implanty w rozmiarze 18mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym.**

### **Pytanie Nr 2**

Pytanie nr 2 do pakietu nr 23

Czy Zamawiający odstąpi, w przypadku wyrobu objętego okresem przejściowym tzw. „legacy device”, od wymogu dostarczenia "paszportu" - książeczki informacyjnej przeznaczonej dla pacjentów, w których umieścić można dane dotyczące wszczepionego implantu ?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jak w pytaniu.**

## ZESTAW NR 17

### Pytanie Nr 1

Dotyczy: Załącznik nr 1 Formularz asortymentowo – cenowy. Pakiet nr 20. Tabela, punkt 2.7  
Czy Zamawiający dopuści prowadnice do igły biopsyjnej, dostarczane w opakowaniach zbiorczych po 25 sztuk w opakowaniu?

**Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. W Formularzu asortymentowo-cenowym należy wycenić sztukę. Zamawiający będzie dokonywał zakupu w pełnych opakowaniach.**

## ZESTAW NR 18

### Pytanie Nr 1 do pakietu nr 7 poz 24.0

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na odstąpienie od wymogu *nieodpłatnego użyczenia napędu na czas trwania umowy*.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu nieodpłatnego użyczenia napędu na czas trwania umowy w zakresie Pakietu Nr 7 poz. 24.0  
Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym.**

### Pytanie Nr 2 do pakietu nr 8 poz 3.1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w pakiecie nr 8, podpunkcie nr 3.1, nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli: Implanty pod śruby 2.0 mm, do głowy kości promieniowej. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil 1.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do złamań głowy kości promieniowej, obejmujące 10 otworowe i podpierające 11 otworowe, blokowane, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym.**

### Pytanie Nr 3 do pakietu nr 8 poz 13.0

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na odstąpienie od wymogu *nieodpłatnego użyczenia napędu na czas trwania umowy*.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu nieodpłatnego użyczenia napędu na czas trwania umowy w zakresie Pakietu Nr 8 poz. 13.0  
Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym.**

### Pytanie Nr 4 do pakietu nr 9 poz 6.0

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na odstąpienie od wymogu *nieodpłatnego użyczenia napędu na czas trwania umowy*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu nieodpłatnego użyczenia napędu na czas trwania umowy w zakresie Pakietu Nr 9 poz. 6.0  
Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym.**

**Pytanie Nr 5 do pakietu nr 10 poz 10.0**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na odstąpienie od wymogu *nieodpłatnego użyczenia napędu na czas trwania umowy*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu nieodpłatnego użyczenia napędu na czas trwania umowy w zakresie Pakietu Nr 10 poz. 10.0**

**Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym.**

**ZESTAW NR 19**

**Pytanie 1. Do pakietu nr 13**

Prosimy o weryfikację ilości gwozdzi względem śrub , czy nie doszło do omyłki ilościowej?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 2. Do pakietu nr 14, 15**

Czy zamawiający odstąpi od wymogu użyczenia napędu?

**Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu użyczenia napędu w zakresie Pakietu Nr 14 i 15.**

**Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym.**

Pozostałe zapisy SWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie. Powyższe informacje stanowią integralną część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu.

Z up. Dyrektora WCSKJ  
Przemysław Bogdanowicz