



INFORMACJA NR 6 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawa rękawic, fartuchów oraz obłożeń pola operacyjnego*”

Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 15 STERYLNE OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW SERCOWO – NACZYNIOWYCH

ZESTAW I - Sterylne obłożenia do zabiegów sercowo – naczyniowych

Czy Zamawiający dopuści :

1. Serweta zabiegowa w rozmiarze 240x370cm wykonana z trójwarstwowej włókniny typu SMS/SMP o gr. 45g/m² z przezroczystymi foliowymi wstawkami z obu stron w rozmiarze 70/75 x 220/233 cm umożliwiającymi jałowe zabezpieczenie pulpitu sterowniczego. Obłożenie posiada 4 otwory otoczone taśmą lepłą, stanowiące dojsięcie do pachwin i tętnic promieniowych: 2 otwory na tt. udowe o średnicy 14 cm otoczone folią chirurgiczną w świetle otworu o średnicy samego otworu 7,5 cm oraz 2 otwory na tt. promieniową w kształcie elipsy w rozmiarze 6 x 8 cm. Dookoła otworów warstwa wysokochłonna wykonana z włókniny SMP o gramaturze 105 g/m² w kształcie litery T w rozmiarze 240x90/100x145 cm. Otwory położone w jednej linii, odległość otworów promieniowych od udowych 35 cm, odległość otworów promieniowych od krawędzi bocznej serwety 60 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

2. serweta na stolik zabiegowy z laminatu chłonnego nieprzemakalnego, 2-warstwowa o gramaturze 54g/m², rozm. 100cm x 150cm - 1 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

3. ręczniki papierowe, celuloza biała 30 x 40 cm

Pozostałe komponenty zgodne ze SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2- dotyczy pakietu nr 15 STERYLNE OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW SERCOWO – NACZYNIOWYCH

ZESTAW II - Sterylne obłożenia do zabiegów sercowo - naczyniowych



Czy Zamawiający dopuści :

1 Serweta zabiegowa w rozmiarze 240x370cm wykonana z trójwarstwowej włókniny typu SMS/SMP o gr. 45g/m² z przezroczystymi foliowymi wstawkami z obu stron w rozmiarze 70/75 x 220/233 cm umożliwiającymi jałowe zabezpieczenie pulpitu sterowniczego. Obłożenie posiada 4 otwory otoczone taśmą lepłą, stanowiące dojście do pachwin i tętnic promieniowych: 2 otwory na tt. udowe o średnicy 14 cm otoczone folią chirurgiczną w świetle otworu o średnicy samego otworu 7,5 cm oraz 2 otwory na tt. promieniową w kształcie elipsy w rozmiarze 6 x 8 cm. Dookoła otworów warstwa wysokochłonna wykonana z włókniny SMP o gramaturze 105 g/m² w kształcie litery T w rozmiarze 240x90/100x145 cm. Otwory położone w jednej linii, odległość otworów promieniowych od udowych 35 cm, odległość otworów promieniowych od krawędzi bocznej serwety 60 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

2.

serweta na stół zabiegowy z laminatu chłonnego nieprzemakalnego, 2-warstwowa o gramaturze 54g/m², rozm. 100cm x 150cm - 1 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

3.

ręczniki papierowe, celuloza biała 30 x 40 cm

Pozostałe komponenty zgodne ze SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3- dotyczy pakietu nr 24 - Obłożenia kardiologiczne

Pozycja nr 1 , Jałowy zestaw do stymulatora serca

Czy Zamawiający dopuści

1.igła iniekcyjna 0,80x40mm

2.Fartuch chirurgiczny niewzmocniony L , SMS, + ręczniczki celulozowe

3.Fartuch chirurgiczny XL, SMS, - 1 ręczniki celulozowe

Pozostałe komponenty zgodne ze SIWZ .

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4 - dotyczy pakietu nr 24 - Obłożenia kardiologiczne

Pozycja nr 2, Jałowy zestaw do ablacji

Czy Zamawiający dopuści:

1.Tupfery- prosimy o podanie ilości tupferów

Pozostałe komponenty zgodne ze SIWZ .

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.



Pytanie nr 5 - dotyczy pakietu nr 24 - Obłożenia kardiologiczne

Pozycja nr 3, Jałowy zestaw do crio-ablacji

Czy Zamawiający dopuści :

1. 1 x miska plastikowa 250 ml niebieska
2. 1 x miska plastikowa 250 ml transparentna
3. niebieską miskę w zestawie z tupferkami , kleszczykami , osłonką na piersi i krocze zapakowane osobno w sterylnym mankiecie.

Pozostałe komponenty zgodne ze SIWZ .

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6 - dotyczy pakietu nr 7 poz.1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o parametrach:

- sterylne, pełnobarierowe fartuchy chirurgiczne jednorazowego użytku
- sterylizacja tlenkiem etylenu
- stanowią barierę przed przenikaniem płynów i drobnoustrojów
- wykonane z oddychającej, paroprzepuszczalnej, antystatycznej włókniny typu SMMSS o gramaturze 35g/m² z dodatkowym wzmocnieniem w części przedniej i na rękawach, wykonany z materiału dwuwarstwowego o gramaturze 35g/m²
- rękaw typu reglan zakończony elastycznym mankietem z dzianiny o długości min. 5,5cm
- tylne części fartucha zachodzą na siebie; dwa troki wewnętrzne i zewnętrzne (połączone kartonikiem); w okolicy karku zapięcie na rzepy wielokrotnego użytku
- szwy wykonane techniką ultradźwiękową
- złożone w sposób zapewniający zachowanie sterylności zarówno z przodu, jak i z tyłu operatora, ułatwiający aseptyczne założenie
- fartuch z ręcznikami celulozowymi 30x20cm, owinięty dodatkowo w niebieską włókninę 60x60cm
- na opakowaniu podwójny system oznakowania rozmiaru: literowo i w centymetrach
- bezpośrednio na fartuchu oznaczenie rozmiaru w postaci nadruku
- spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019, posiada I klasę palności zgodnie z 16CFR.1610
- trójstopniowy system pakowania
- opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe z zaznaczonym kierunkiem otwierania, etykietą główną z 4 samoprzylepnymi etykietami typu TAG z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na 2 etykietach kod UDI; opakowanie pośrednie – dyspenser kartonowy z perforowanym brzegiem i etykietą; zewnętrzny karton transportowy z etykietą i znacznikiem sterylizacji
- M – 121 cm, L – 132 cm, XL – 141 cm, XXL – 155 cm
- zgodne z normami EN ISO 13485:2016, EN 13795-1:2019; EN ISO 15223-1:2016; EN 20417-10; EN ISO 14971:2012; EN ISO 9001; EN 556-1:2002; EN ISO 11135:2014-08/A1:2020-04

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 7 - dotyczy pakietu nr 12 poz.1

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do artroskopii kolana o parametrach:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30,5 cm x 34 cm

1 serweta na stolik Mayo 79 cm x 145 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 36 cm x 65 cm





WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

2 taśma foliowa samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna 190 cm x 150 cm

1 serweta do artroskopii kolana 230 cm x 320 cm z dwoma elastycznymi otworami o średnicy 5 cm, z torbą na płyny 92x107 cm, z portem do odsysania

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 60 g/m². Wytrzymałość na wypychanie na mokro min. 139 kPa, wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 136 kPa wg metody badań EN ISO 13938-1, spływ cieczy max 78% wg metody EN ISO 9073-11.

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795:2019. Zestaw posiada etykietę główną z 4 samoprzylepnymi etykietami typu TAG z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na 2 etykietach kod UDI; opakowanie pośrednie – dyspenser kartonowy z perforowanym brzegiem i etykietą; zewnętrzny karton transportowy z etykietą i znacznikiem sterylizacji

Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki.

Zestaw sterylizacji (metoda sterylizacji: tlenek etylenu) jednorazowego użytku.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 8 - dotyczy pakietu nr 12 poz.2

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do chirurgii stawu biodrowego o parametrach:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

1 serweta na stolik Mayo 79 cm x 145 cm (wielkość wzmocnienia 66x85, gramatura wzmocnienia 115g/m²)

2 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 36 cm x 120 cm

1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 260 cm z wycięciem "U" 20 cm x 85 cm, z padem chłonnym 50x100 cm i organizatorem przewodów

1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 150 cm x 300 cm z padem chłonnym 15x50 cm i organizatorem przewodów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 55g/m². Wytrzymałość na wypychanie na mokro min. 172 kPa, na sucho min. 179 kPa wg metody badań EN ISO 13938-1, spływ cieczy max 88% wg metody badań EN ISO 9073-11. Wokół pola operacyjnego polipropylenowe łaty chłonne, w serwecie anestezyjologicznej o wymiarach 15 cm x 50 cm, w serwecie głównej 100 cm x 50 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 110g/m². Wytrzymałość na wypychanie na mokro min 140 kPa, na sucho min 146 kPa wg metody badań EN ISO 13938-1, spływ cieczy max. 37% wg metody badań EN ISO 9073-11. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795: 2019.

Opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe z zaznaczonym kierunkiem otwierania, etykietą główną z 4 samoprzylepnymi etykietami typu TAG z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na 2 etykietach kod UDI; opakowanie pośrednie – dyspenser kartonowy z perforowanym brzegiem etykietą; zewnętrzny karton transportowy z etykietą i znacznikiem sterylizacji

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. H. M. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław
Infolinia 45 95 95 454
Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl
NIP 8951645574, REGON 000977893
www.wssk.wroc.pl

REFERENT
ds. Zamówień Publicznych

Małgorzata Cierpka

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr inż. Jacek Banaszak

