

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOLSZTYNIE
SZPITAL IM. DR ROBERTA KOCHA



ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn
tel.: 68 347 73 00
fax: 68 384 25 90
e-mail: sekretariat@spzowolsztyn.pl
<http://www.spzowolsztyn.pl>
NIP: 923-15-06-721, REGON: 970773426

Wolsztyn, dnia: 10.07.2023 r.

Wykonawcy

SPZOZ/DZPiZ/195/2023

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn: „Zakup ambulansu typu C – specjalistycznego wraz z wyposażeniem dla SPZOZ w Wolsztynie”; TP/19/2023

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2021.1129 t.j.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

ZESTAW IV

Pytanie 1

Proszę o dopuszczenie krzeselka kardiologicznego wyposażonego w siedzisko i oparcie mocowane fabrycznie z możliwością wymiany bez konieczności użycia narzędzi z materiału winylowego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 2

Prosimy o dopuszczenie krzeselka, którego rozstaw zewnętrzny płóz wynosi 30 cm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 3

Prosimy o dopuszczenie krzeselka którego maksymalne wymiary po złożeniu to 100 cm x 52 cm x max 20 cm. Krzeselko które chcielibyśmy zaoferować mieści się w zabudowach oferowanych przez firmy sprzedające ambulanse w Polsce.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuszcza krzesło kardiologiczne, które nie posiada możliwości mycia ciśnieniowego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 5

Prosimy o dopuszczenie ssaka którego zakres temperatury pracy wynosi 0-50°C, którego słój umieszczony jest w torbie ochronnej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ssak ręczny o zakresie temperatury pracy 0-50°C, którego słój umieszczony jest w torbie ochronnej. W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.

Pytanie 6

Prosimy o dopuszczenie materaca podciśnieniowego wraz z torbą o poniższych parametrach:



materac posiadający wypełnienie w specjalnych komorach, aby uniemożliwić przesuwanie się granulatu pod ciężarem pacjenta,
wyposażony w minimum 3 pasy mocujące
wyposażony w minimum 8 uchwytów
konstrukcja komorowa- zwiększa bezpieczeństwo podczas transportu oraz zapewnia właściwe unieruchomienie poszkodowanego
Odpowiedni dla każdego kształtu ciała pacjenta
przenikalny dla promieni X
Łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji

Stosowany w szerokiej skali temperatur - Zakres temperatur użytkowania: od -20oC do +80oC
Wymiary materaca rozłożonego: 100 cmx200 cm (+-5cm);
Waga: 9 kg ; udźwig min. 150 kg
materiał odporny na przetarcia
Kolor materaca- czerwony lub niebieski
Pompką próżniowa do materaca o wysokiej wydajności przeznaczona zarówno do usuwania powietrza, jak i do pompowania.
Torba transportowa do materaca wodoodporna, po złożeniu zaadaptowana do zabudowy w zewnętrznym schowku za lewymi drzwiami przesuwymi
Gwarancja na sprzęt medyczny min. 24 m-ce

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materaca podciśnieniowego wraz z torbą o powyższych parametrach, pod warunkiem posiadania właściwych deklaracji zgodności CE, Certyfikatów CE, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 3 (OPZ) do SWZ. W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.

Pytanie 7

Prosimy o dopuszczenie ssaka ręcznego z dwoma pojemnikami na ciecz 250 ml.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 8

Prosimy o dopuszczenie płachty ratowniczej o wymiarach długość 200cm i szerokość 90cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie płachty ratowniczej o wymiarach długość 200cm i szerokość 90cm. W tym zakresie zostanie dokonana modyfikacja.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i muszą być uwzględnione w treści składanej oferty.

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR

Karol Wońko

Sporządziła:

Bernadeta Kurp we współpracy z KP