



**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

AL-V.272.1.2025

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zwanej dalej „ustawą Pzp”, którego przedmiotem jest **Zakup i dostawa dwóch przenośnych spektrometrów promieniowania gamma i neutronowego dla potrzeb Placówki Straży Granicznej w Łodzi.**

1. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, jako Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na pytanie do przedmiotowego postępowania:

Pytanie:

W związku z zapisami zawartymi w Załączniku nr 1 do SWZ, w szczególności w:

pkt 1: „...pomiaru równoważnika dawki promieniowania...”

pkt 8: „Odczyt mocy dawki promieniowania gamma w jednostkach mSv/h.”

zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie, czy przedmiot zamówienia ma umożliwiać:

pomiar równoważnika dawki (czyli skumulowanej dawki, np. w mSv),

czy też

pomiar równoważnika mocy dawki (czyli tempa dawki, np. w mSv/h)?

Z treści pkt 8 jednoznacznie wynika, że chodzi o pomiar mocy równoważnika dawki, jednak sformułowanie z pkt 1 może prowadzić do niejednoznacznej interpretacji.

Zwracamy również uwagę, że w praktyce urządzenia typu przenośny spektrometr promieniowania realizują pomiar mocy równoważnika dawki (mSv/h), a nie równoważnika dawki (mSv), który dotyczy zwykle dawki skumulowanej i wymaga odmiennego rodzaju dozymetrii.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że w postępowaniu oczekiwany jest pomiar mocy równoważnika dawki promieniowania gamma.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że przedmiot zamówienia ma umożliwiać pomiar mocy równoważnika dawki promieniowania gamma w jednostkach mSv/h, a nie pomiar skumulowanej dawki w mSv.

2. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt 1 w Załączniku 1 do SWZ (opis przedmiotu zamówienia) oraz Formularzu technicznym stanowiącym Załącznik nr 1 do formularza ofertowego

Było:

1.	Ręczny spektrometr promieniowania jonizującego, z funkcją detekcji podniesionego poziomu promieniowania gamma oraz neutronowego, lokalizacji źródła promieniowania i pomiaru równoważnika dawki promieniowania oraz identyfikacji radionuklidów.
----	--

Jest:

1.	Ręczny spektrometr promieniowania jonizującego, z funkcją detekcji podniesionego poziomu promieniowania gamma oraz neutronowego, lokalizacji źródła promieniowania i pomiaru mocy równoważnika dawki promieniowania (w jednostkach mSv/h) oraz identyfikacji radionuklidów.
----	---

3. Z uwagi na zmianę wskazaną w pkt 2 Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia pod nazwą **Zal. 1 do SWZ AL-V.272.1.2025 (opis przedmiotu zamówienia) aktualny na 08.04.2025** oraz **Zal. 2 do SWZ AL-V.272.1.2025 (formularz oferty wraz z formularzem technicznym) aktualny na 08.04.2025**.
4. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty przed zmianą dokonaną w dniu 08.04.2025 r., Zamawiający zbada zgodność oferty z opisem przedmiotu zamówienia zmodyfikowanym niniejszą odpowiedzią.
5. Niniejszy dokument stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Dyrektor Generalny Urzędu
Aleksandra Sowińska-Banaszkiewicz

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	6681141.21678324.21707925
Nazwa dokumentu	Odpowiedź na pytanie Wykonawcy.docx
Tytuł dokumentu	Odpowiedź na pytanie Wykonawcy
Sygnatura dokumentu	AL-V.272.1.2025
Data dokumentu	08.04.2025
Skrót dokumentu	EAF C1A2BBC1A1706DA37C06ABACE8AFFB83B18C6
Wersja dokumentu	1.1
Data podpisu	08.04.2025 15:32:29
Podpisane przez	Aleksandra Ewa Sowińska-Banaszkiewicz Dyrektor Generalny
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.126.43.43.

Data wydruku: 08.04.2025

Autor wydruku: Lewandowska Natalia (Inspektor wojewódzki)