

Postępowanie WCH.SEF.273.116.2025

Wrocław, dnia 07 kwietnia 2025 r. r.

**Dotyczy: postępowania na dostawę wagi analitycznej, wyparki rotacyjnej
i mieszadeł magnetycznych
dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.**

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Z DNIA 07.04.2025 r.

1.

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu mieszadło o zakresie prędkości 50 - 1500 rpm?

TAK

2. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu mieszadło o temperaturze grzania do 500°C?

TAK

3. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu mieszadło o dokładności 1°C?

TAK

4. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu mieszadło o rozdzielczości temperatury (wyświetlacz) 1°C?

TAK

5. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu mieszadło o rozdzielczości temperatury (kontroler) 1°C?

TAK

6. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu mieszadło o mocy grzewczej 1000W?

TAK

7. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu mieszadło o wymiarach: 220 x 88 x 354 mm?

Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie bez doprecyzowania co oznaczają poszczególne wymiary w zapytaniu.

Łukasz Jach