



WSzSL.FZ.381./43/ 498/ 2023

Legnica 14-07-2023 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE W TRYBIE PODSTAWOWYM Z MOŻLIWOŚCIĄ NEGOCJACJI NA DOSTAWĘ LAMPY RTG DO ANGIOGRAFU ARTIS ZEE FLOOR

znak sprawy: WSzSL/FZ-43/23

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021poz.1129 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Dotyczy Załącznika nr 2A do SWZ, Tabela A, lp. 5

Pytanie 1- Celem doprecyzowania warunków gwarancji prosimy o dodanie zapisów:

„Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczoną Lampę na następujących warunkach:

- wymiana na koszt Wykonawcy do 12 miesięcy od daty zainstalowania lub do 80.000 jednostek obciążeniowych* w zależności co nastąpi wcześniej,

W przypadku zużycia się lampy po okresie gwarancji zobowiązujemy się złożyć Państwu ofertę zawierającą w szczególności następujące warunki:

- 70% upustu przy wymianie do 18 miesięcy od daty zainstalowania lub do 120.000 jednostek obciążeniowych* w zależności co nastąpi wcześniej,

- 40% upustu przy wymianie do 24 miesięcy od daty zainstalowania lub do 160.000 jednostek obciążeniowych* w zależności co nastąpi wcześniej.”

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Dotyczy SWZ, Rozdział VI. Termin wykonania zamówienia

Pytanie 2 - Czy zapewnienie legalnych kodów serwisowych leży po stronie Wykonawcy, a Zamawiający zastrzega sobie w razie wątpliwości prawo do weryfikacji posiadanych dokumentów potwierdzających legalność nabycia kodów serwisowych i ich używania na każdym etapie postępowania i realizacji umowy?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż każda ze stron umowy jest zobowiązana do przestrzegania obowiązujących zapisów prawnych.

Dotyczy SWZ, Rozdział VI. Termin wykonania zamówienia

Pytanie 3 – Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje, że osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia posiadają aktualne certyfikaty uprawniające do przeglądów, konserwacji oraz napraw danego modelu urządzenia ze szkolenia u producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela lub w innym ośrodku szkoleniowym, który jest autoryzowany przez producenta do prowadzenia szkoleń w tym zakresie.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie stawia takich wymagań w postępowaniu.

Dotyczy SWZ, Rozdział VI. Termin wykonania zamówienia.

Pytanie 4 -Celem doprecyzowania prosimy o dopisanie: „... w okresie 10 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od jej zawarcia.”

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający zmienił termin wykonania zamówienia ogłoszeniem w dniu 13.06.2023r. modyfikując jednocześnie SWZ. Termin wykonania zamówienia wynosi 14 dni.

Dotyczy SWZ, Rozdział VII. Projektowane postanowienia umowy, § 5, ust. 1, lit. a)

Pytanie 5 Prosimy o obniżenie kary do 1 000 zł.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 6 - Pytanie dot. SWZ, Rozdział VII. KARTA GWARANCYJNA, § 2

Prosimy o dodanie kolejnego ustępu w § 2:

„Zużyta lampa wymieniona w czasie naprawy zostanie zwrócona do Wykonawcy”.

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest przepisami ochrony środowiska i troską o środowisko naturalne.

Zwracamy uwagę, że nasza firma stosuje system organizacji zaopatrzenia w fabryczne oryginalne części zamienne uwzględniający wszelkie wymogi związane z ochroną środowiska m.in. wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska. System



taki zgodny z ISO nakazuje powtórne wykorzystanie elementów w pełni sprawnych, takich które nie podlegają obciążeniom mechanicznym i zmęczeniowym, a wymianę elementów składowych mogących mieć wpływ na jakość i trwałość wymienianego modułu. Powyższe nadaje priorytet wszelkim procesom przygotowania produktu do ponownego użycia oznaczającego procesy odzysku polegające na sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie, w ramach których produkty lub ich składniki, są przygotowywane do tego, by mogły być ponownie wykorzystywane. Wymontowane części, mogące podlegać procesowi regeneracji lub utylizacji zostaną przekazane Wykonawcy i odesłane do producenta w celu utylizacji lub podjęcia innych działań zgodnych z europejskimi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Zwracamy uwagę, że dla Zamawiającego uszkodzone lub zużyte części zamienne nie przedstawiają żadnej wartości i są tylko zepsutym elementem urządzenia medycznego, który należy wymienić. Z uwagi na opłaty środowiskowe, w sytuacji konieczności pozostawiania u Zamawiającego wymienionych części w trakcie naprawy, dostarczane nowe części będą droższe w stosunku do sytuacji, kiedy wymieniane w trakcie naprawy części zostaną odesłane do producenta.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dodaje zapis do § 2 projektu umowy, który otrzymuje brzmienie:
„5. Zużyta lampa zostanie przekazana Wykonawcy w dniu wymiany lampy.”

Dotyczy SWZ, Rozdział VII. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Pytanie 7- Czy omyłkowo nie zostały podane dane Procesora? Prosimy o weryfikację.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż pozostawione omyłkowo dane Procesora zostały usunięte.

Dotyczy Załącznika nr 6 do SWZ, Projekt umowy

Pytanie 8- Prosimy o wyrażenie zgody na dodanie zapisu:

„W celu wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska w nieograniczony sposób dostęp do urządzenia w uzgodnionych wcześniej przez Strony terminach. Zamawiający zapewni, że urządzenie jak również pomieszczenia, w których urządzenie jest zainstalowane nie będą zanieczyszczone krwią, innymi płynami ustrojowymi ani jakimikolwiek substancjami zanieczyszczającymi, aktywnymi biologicznie lub chemicznie. Uchybienie powyższemu obowiązkowi uprawnia Wykonawcę do odmowy wykonania usług serwisowych.”

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż modyfikuje SWZ poprzez dodanie zapisu do projektu umowy w § 2 ust. 1a. o następującym brzmieniu: „W celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy personel Wykonawcy uzyska dostęp do urządzenia, w uzgodnionych wcześniej przez Strony terminach. Zamawiający gwarantują że urządzenie, jak również pomieszczenia, w których urządzenie jest posadowione nie będą zanieczyszczone krwią, innymi płynami ustrojowymi ani jakimikolwiek substancjami zanieczyszczającymi, aktywnymi biologicznie lub chemicznie. Uchybienie powyższemu obowiązkowi uprawnia Wykonawcę do odmowy wykonania przedmiotu umowy.”

Dotyczy- Załącznika nr 6 do SWZ, Projekt umowy

Pytanie 9 - Czy mając na uwadze fakt, że podczas realizacji umowy zostaną wytworzone przez Wykonawcę odpady, co do których istnieją wiarygodne do przyjęcia podstawy, że mogą wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne, inne niż zakaźne, Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy następującej klauzuli:

Mając na uwadze art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku (tj. Dz. U. z 2021 nr 779 r, z późn. zm.), wytwórcą odpadów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, mogących wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne inne niż zakaźne, wraz z odpowiedzialnością za nie, będzie Zamawiający, który potwierdza, że zagospodaruje je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie dotyczy to w szczególności odpadów sprzętu i podzespołów elektronicznych czy mechanicznych.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż modyfikuje SWZ poprzez dodanie §7a. do projektu umowy o następującym brzmieniu” §7a. W związku z art. 3 ust. 1 pkt 32) ustawy o odpadach (t.j. DZ.U. 2022 poz. 1250 ze zm.), wytwórcą odpadów, powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, sklasyfikowanych jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne inne niż zakaźne, jest Zamawiający, który zagospodaruje je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Powyższe nie dotyczy w szczególności odpadów sprzętu i podzespołów elektronicznych czy mechanicznych”.

Pytanie 10 - Dotyczy SWZ, Rozdział VII. KARTA GWARANCYJNA, § 1, ust. 3

-Prosimy o potwierdzenie, że Strony w sposób pełny i wyczerpujący uregulowały podstawy i konsekwencje odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, poprzez uzupełnienie treści umowy o następujący zapis na końcu ustępu 3:

“Strony ustalają, że uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu umowy, jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji”.

Wydłużenie okresu rękojmi poza okres gwarancji udzielonej przez producenta części, może wpłynąć na przedstawienie niekorzystnej cenowo oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 11 Dotyczy SWZ, Rozdział VII. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, §5



-Mając na uwadze oczekiwany przez Państwa standard usług serwisowych, w tym krótkie czasy reakcji i naprawy, globalne koncerty wykorzystują do świadczenia tych usług spółki ze swoich grup kapitałowych, w szczególności spółki będące producentami urządzeń (które mogą mieć siedzibę poza EOG) – z ich unikalną wiedzą o danym produkcie/urządzeniu. Ewentualny dostęp do danych na urządzeniach zawsze odbywa się z poszanowaniem zasad wynikających z RODO.

Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o zastąpienie ust. 1 i ust. 2 w §5 następującymi zapisami, które oddają faktyczny model oczekiwanych przez Państwa usług serwisowych:

(1) Podmiot przetwarzający może zlecić podprzetwarzającym („podwykonawca przetwarzający dane”) realizację określonych czynności w zakresie przetwarzania danych. Podprzetwarzający mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji czynności, w odniesieniu do których dane osobowe zostały przekazane Podmiotowi przetwarzającemu, i nie mogą przetwarzać danych osobowych w żadnych innych celach. W przypadku zlecenia czynności podprzetwarzającym przez Podmiot przetwarzający, podprzetwarzający będą podlegać pisemnym zobowiązaniom w zakresie ochrony danych, zapewniających co najmniej taki sam poziom ochrony, jaki określono w niniejszej umowie.

(2) Wykaz podprzetwarzających, którym Podmiot przetwarzający obecnie zleca czynności, jest dostępny pod adresem

(3) Administrator Danych niniejszym upoważnia Podmiot przetwarzający do zlecenia czynności podmiotom ujętym w wykazie jako podprzetwarzającym. Strona 3 z 3

4) Zlecenie czynności lub zastąpienie podprzetwarzającego dodatkowym podmiotem uznaje się za zatwierdzone, jeżeli Podmiot przetwarzający poinformuje Administratora danych o takim fakcie z wyprzedzeniem, a Administrator danych nie zgłosi zastrzeżeń do Podmiotu przetwarzającego w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej, w terminie 3 miesięcy od otrzymania takich informacji.

(5) W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez administratora danych, Administrator Danych przedstawi Podmiotowi przetwarzającemu szczegółowe informacje o przyczynach zastrzeżeń.

Po zgłoszeniu zastrzeżeń Podmiot przetwarzający może według własnego uznania

a. zaproponować innego podprzetwarzającego w miejsce odrzuconego podprzetwarzającego; lub

b. podjąć działania w celu rozwiązania problemów zgłoszonych przez Administratora danych, które wyeliminują jego zastrzeżenia.

(6) W przypadku niewykonania przez podprzetwarzającego ciążących na nim obowiązków w zakresie ochrony danych, Podmiot przetwarzający - zgodnie z postanowieniami dotyczącymi odpowiedzialności w umowie głównej - ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora danych za wykonanie zobowiązań ciążących na podprzetwarzającym.

(7) W przypadku zlecenia przez Podmiot przetwarzający czynności podprzetwarzającemu z państwa trzeciego (spoza UE/EOG), Podmiot przetwarzający stosuje mechanizmy przesyłania danych zgodne z art. 44 i nast. RODO. W szczególności, Podmiot przetwarzający w wystarczający sposób zabezpiecza wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie danych spełniało wymagania RODO, zapewnia ochronę praw zainteresowanych osób, których dane dotyczą, prowadzi rejestr transferów danych i dokumentację stosownych zabezpieczeń.

Uwaga!

1. Odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

2. Zmiany SWZ będące wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wprowadzono czcionką koloru niebieskiego.

3. Odpowiedzi na Pytanie 10 i Pytanie 11 zostaną udzielone w terminie późniejszym.

4. Przypominamy, iż uległ zmianie uległ termin składania i otwarcia ofert na dzień **20.07.2023.**

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy

Andrzej Urniaż

