



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM

NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271



32 281 02 71
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 18.07.2023 r.

DZP – 25/2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. Dostawa bielizny niesterylnej oraz rękawic

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie nr 1 – dot. Pakietu 3 pozycja 1, 2, 3

W związku z wyrokiem KIO 1122/23 oraz aktualnym stanowiskiem URPL, WMiPB wydanym na podstawie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), z których wynika, że fartuchy inne niż fartuchy chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji nie są wyrobami medycznymi, prosimy o informację do czego i przez kogo mają być używane fartuchy opisane w pakiecie 23, poz. 1,2,3.

Odp.: Fartuchy będą używane do ochrony personelu medycznego w trakcie wykonywania różnych procedur medycznych nie wymagających zachowania pełnych warunków sterylnych.

Pytanie nr 2 – dot. Pakietu 3 pozycja 1, 2, 3

Jeśli w pakiecie 3. poz. 1,2,3 Zamawiający oczekuje innych fartuchów niż chirurgicznych przeznaczonych do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, to czy Wykonawca dobrze rozumie, że Zamawiający wymaga fartuchów spełniających wymagania określone dla środków ochrony indywidualnej kat I ?

Odp.: Zamawiający oczekuje fartuchów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne lub środki ochrony indywidualnej kategorii III.

Pytanie nr 3 – dot. Pakietu 3 pozycja 1, 2, 3

Przez kogo i do czego będą używane fartuchy w pakiecie 3. Poz. 1,2,3?

Odp.: Ochrona personelu medycznego przed skażeniem materiałem zakaźnym oraz środkami dezynfekcyjnymi o różnym stopniu szkodliwości, personel pracujący w Centralnej Sterylizatorni - fartuch z pakietu 3 poz. 3.

Pytanie nr 4 – dot. Pakietu 4 pozycja 2

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Czy zamawiający dopuści maseczki jedynie masek z gumkami?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5 – dot. Pakietu 4 pozycja 3

Czy zamawiający dopuści pokrowiec na obuwiu z polietylenu o gramaturze 35g?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 – dot. Pakietu 4 pozycja 3

Czy zamawiający dopuści pokrowiec na obuwiu wykonane z polipropylenu o gramaturze 30g?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7 – dot. Pakietu 4 pozycja 4, 5, 6

Czy zamawiający dopuści czepki pakowane w opakowaniu zbiorczym w folię?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8 – dot. Pakietu 4 pozycja 5

Czy zamawiający dopuści czepki w rozmiarze uniwersalnym?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 – dot. Pakietu 4 pozycja 6

Czy zamawiający dopuści czepki typu beret o gramaturze 18g?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 – dot. Pakietu 3 pozycja 1

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m²?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 11 – dot. Pakietu 3 pozycja 1

Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12 – dot. Pakietu 3 pozycja 1

Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, o wymiarach: Mankiet 5 cm, Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm), Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko, Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13 – dot. Pakietu 3 pozycja 1

Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości

wyboru.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14 – dot. Pakietu 4 pozycja 5

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², bez wydłużenia – bez możliwości wywinięcia, z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m²) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 17 – dot. Pakietu 4 pozycja 2

Czy zamawiający wydzieli poz.2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 18 – dot. Pakietu 4 pozycja 3 - 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19 – dot. Pakietu 5 pozycja 1

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 25 g/m²?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 21 – dot. zapisów SWZ rozdz. X pkt. 1 b)

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na dopuszczenie materiałów producenta lub dystrybutora na potwierdzenie wymaganych parametrów.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22 – dot. Pakietu nr 2 pozycja 2, 3, 5

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż opisując wymóg środka ochrony indywidualnej kl. III, Zamawiający miał na myśli ŚOI kategorii III.

Odp.: Tak.

Pytanie nr 23 – dot. Pakiet nr 2 pozycja 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu rękawic nawilżanych i wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic wewnętrznie chlorowanych. Proces chlorowania

przeprowadza się w celu usunięcia z powierzchni rękawic resztkowych substancji chemicznych użytych w procesie produkcji, nadaje im gładkość i zapobiega sklejanemu się rękawic w opakowaniu. Rękawice chlorowane są „czystsze” i wywołują mniej podrażnień skórnych.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 24 – dot. Pakiet nr 2 pozycja 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu przebadania na min. 2 alkohole w stężeniach min. 70% na minimum 2-gim stopniu ochrony i zgodę na zaoferowanie rękawic odpornych na gotowe preparaty dezynfekcyjne o szerokim spectrum biobójczym: jeden na bazie alkoholu izopropylowego (izopropanol) na poziomie 6 oraz jeden preparat na bazie alkoholu etylowego (etanol) na poziomie 1 zgodnie z EN 16523-1.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 25 – dot. Pakiet nr 2 pozycja 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie rękawic pakowanych po 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 26 – dot. Pakiet nr 2 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie rękawic będących ŚOI kategorii III typ C, o poziomie AQL 1,5. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgodę.

Pytanie nr 27 – dot. Pakiet nr 2 poz. 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie rękawic o długości min. 295 mm.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę..

Pytanie nr 28 – dot. Pakiet nr 2 poz. 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie rękawic pakowanych po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę..

Pytanie nr 29 – dot. Pakiet nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, syntetyczne (Isolex), poliizoprenowo (60%) – neoprenowe (40%) bezpudrowe z syntetyczną, wielowarstwową powłoką polimerową „E-Z glide” z poliakrylanem i surfaktantem, powierzchnią zewnętrzną antypoślizgową. O średniej grubości: na palcu 0,20 mm, na dłoni 0,16 mm, na mankietcie 0,14 mm, o wartości AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, kremowe, o długości minimalnej 280 mm. Z mankietem rolowanym z taśmą adhezyjną, w opakowaniu zewnętrznym hermetycznie foliowanym podciśnieniowo z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Rękawice oznakowane jako wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ A wg EN ISO 374-1. Badania na przenikalność 20 cytostatyków, zgodnie z ASTM D 6978 (raport wystawiony przez

niezależne laboratorium). Kod EAN na opakowaniu jednostkowym i dyspenserze. Produkowane zgodnie z ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. nazwa rękawicy, rozmiar oraz oznaczenie lewa/prawa (L i R). Opakowanie 50par. Rozmiary 6,0-9,0.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30 – dot. Pakiet nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o wysokiej sile zrywu wynoszącej 34 N oraz niskim poziomem protein lateksowych < 10µg/g o grubości: na dłoni 0,24 mm, na mankiecie 0,21 mm oraz o długości rękawicy minimalnej 280 mm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 31 – dot. Pakiet nr 1 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych charakteryzujących się ilością protein alergicznych poniżej poziomu wykrywalności zgodne z normą ASTM D7427-16, na podstawie raportu wydanego przez niezależne laboratorium.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32 – dot. Pakiet nr 1 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych o długości min. 260-285 mm. Pozostałość zgodnie z SWZ.

Odp.: Nie

Pytanie nr 33 – dot. Pakiet nr 1 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, syntetyczne neoprenowe, bezpudrowe z syntetyczną wielowarstwową powłoką polimerową „E-Z glide” z poliakrylanem i surfaktantem, z powierzchnią zewnętrzną antypoślizgową. O średniej grubości: na palcu 0,19 mm, na dłoni 0,16 mm, na mankiecie 0,14 mm, AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, jasnobrązowe, długość min. 290 mm. Z mankiem rolowanym z taśmą adhezyjną, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ A wg EN ISO 374-1. Posiadające badania na przenikalność min. 15 substancji chemicznych wg EN 16523-1 w tym co najmniej 5 używanych w środkach dezynfekcyjnych tj. min. przyspieszony tlenek wodoru, 70% IPA, powidon jodu, kwas paraoctowy, podchloryn sodowy oraz min. 24 leków cytostatycznych wg ASTM D 6978. Produkowane zgodnie z ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i R. Opakowanie 50 par. Rozmiary 6,0-9,0.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 34 – dot. Pakiet nr 1 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, polichloroprenowe (neoprenowe), bezpudrowe, warstwa wewnętrzna nitylowa, dodatkowo silikonowane, pokryte przeciwdrobnoustrojowym CPC. AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, jasnobrązowe, średnia grubość: na palcu

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

0,17 mm, na dłoni i mankiecie $\geq 0,14$ mm, długość min. 280-296 mm (dopasowana do rozmiaru). Mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ min. B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancje na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. Odporne na przenikalność wirusów zgodnie z EN 374-5. Odporne na przenikanie min. 10 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 (informacja fabrycznie nadrukowana na wewnętrznym opakowaniu jednostkowym). Produkowane zgodnie z ISO 13485, ISO 14001, ISO 45001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie 50par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odp.: Zmawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35 – dot. Pakiet nr 1 poz. 6

Czy Zamawiający dopuszcza rękawice chirurgiczne, półsyntetyczne: lateksowo-nitrylowe, trójwarstwowe, z warstwą wewnętrzną 100% nitrylową, bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, pokryte przeciwdrobnoustrojowym CPC z formułą nawilżająco-regenerującą zawierającą min. Prowitaminę B5, glicerynę, glukonolakton. AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, jasnobrązowe, poziom protein $< 50 \mu\text{g/g}$ rękawicy, o średniej grubości: na palcu 0,25 mm, na dłoni $\geq 0,20$ mm, na mankiecie 0,19 mm, o długości min. 280-290 mm (w zależności od rozmiaru), o średniej sile zrywania min. 19 N. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie co najmniej 5 zgodnie z EN 16523-1:2015, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1 (dokument z wynikami badań wydany przez jednostkę notyfikowaną). Mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III. Opakowanie 50 par. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i R. Rozmiary 6,0-9,0.

Odp.: Zmawiający dopuszcza.

Pytanie nr 36 – dot. Pakiet nr 1 poz. 6

Czy Zamawiający dopuszcza rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe z syntetyczną wielowarstwową powłoką polimerową „E-Z glide” z poliakrylanem i surfaktantem oraz z warstwą regenerująco-nawilżającą z zliofilizowanego aloesu naturalnego, z powierzchnią zewnętrzną antypoślizgową. Ciemno zielone, odpowiednie do podwójnego nakładania. Średnia grubość: na palcu 0,19 mm, na dłoni 0,17 mm, na mankiecie 0,15 mm, AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, o długości min. 290 mm. Białka lateksowe poniżej poziomu wykrywalności wg. metody FitKit w trzech wynikach badań zgodnie z EN455-3 oraz ASTM D7427-16. Mankiet rolowany z taśmą adhezyjną, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Badania na przenikalność 28 cytostatyków, zgodnie z ASTM D 6978 (raport wystawiony przez niezależne laboratorium) oraz badania na przenikalność min. 20 substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 oraz EN 16523-1 (raport wystawiony przez niezależne laboratorium). Kod EAN na

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

opakowaniu jednostkowym i dyspenserze. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Na rękawicy fabrycznie+ nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i R. Opakowanie 50par. Rozmiary 6,0-9,0.

Odp.: Zmawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37 – dot. Pakiet nr 2 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych gwarantujących łatwe i pojedyncze wyciągnięcie z opakowania dzięki automatycznemu, warstwowemu układaniu z możliwością higienicznego wyjmowania rękawic od frontu w użytkowaniu także, gdy nie są umieszczone w uchwytach naściennych, pasujące do uchwytów naściennych uniwersalnych. Opakowanie posiadające otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Posiadają wewnętrzną warstwę łagodząco-nawilżającą zawierającą serycynę o właściwościach przeciwbakteryjnych, składającą się z jednego składnika aktywnego. Testowane dermatologicznie na ludziach potwierdzone certyfikatem niezależnej jednostki badawczej oraz piktogramem na opakowaniu. Białe, o grubości na palcach min. 0,1 +/-0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach. AQL 1,0. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I, reguła V zgodnie z Rozporządzeniem EU 2017/475 oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1 (3 substancje testowe Certyfikacie CE na 6 poziomie ochrony), posiadające odporność na przenikanie 20% etanolu, 40% alkoholu izopropanowego i 70% alkoholu izopropanowego. Odporne na działanie min. 12 cytostatyków przez co najmniej 240 minut wg ASTM D 6978. Odporne na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Producent stosuje systemy zarządzania jakością i normy dla oferowanych rękawic zgodnie z ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Produkowane wg zasad zrównoważonego rozwoju w zakładach posiadających certyfikaty Amfiori BSCI A oraz EcoVadis Platinum. Przydatne do kontaktu z żywnością zgodnie z REG. 1935/2004. Rozmiary S-L, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po maks. 100 sztuk.

Odp.: Tak, jeśli kompatybilne z systemem SefeDone.

Pytanie nr 38 – dot. Pakiet nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuszcza rękawice diagnostyczno-ochronne, niesterylne nitrylowe, bezpudrowe gwarantujących łatwe i pojedyncze wyciągnięcie z opakowania dzięki automatycznemu, warstwowemu układaniu z możliwością higienicznego wyjmowania rękawic od frontu w użytkowaniu także, gdy nie są umieszczone w uchwytach naściennych, pasujące do uchwytów naściennych uniwersalnych. Posiadające wewnętrzną warstwę łagodząco - nawilżającą – natłuszczającą z koloidalnego roztworu z owsa w kolorze jasnozielonym. O powierzchni zewnętrznej teksturowanej na końcach palców. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Mankiet równomiernie rolowany. Grubość zgodnie z EN 455-2, mierzona podwójnie: palec: min. 0,10 mm; dłoń: 0,09 mm, mankiet 0,08 mm, długość min 240 mm, AQL 1.0. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, Typ C wg EN ISO 374-1. Odporne przez min. 120 min. na przenikanie min. 7 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 (raport z niezależnego laboratorium) lub równoważną oraz przebadane na penetrację

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

cytostatyków, min. 30 substancji, zgodnie z ASTM D 6978, potwierdzone raportem z niezależnego laboratorium. Odporne na penetrację wirusów w zgodnie z EN 374-5. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Otwór podawczy zabezpieczony folią o właściwościach antibakteryjnych potwierdzonych badaniami. Producent stosuje systemy zarządzania jakością zgodnie z ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie po 250 szt.

Odp.: Nie.

Pytanie nr 39 – dot. Pakiet nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający wprowadza wymóg umieszczenia instrukcji zakładania i zdejmowania rękawic bezpośrednio na opakowaniu?

Odp.: Nie

Pytanie nr 40 – dot. Pakiet nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający wprowadza wymóg umieszczenia instrukcji zakładania i zdejmowania rękawic bezpośrednio na opakowaniu?

Odp.: Nie

Pytanie nr 41 – dot. Pakiet nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający wymaga, aby informacja o odporności na cytostatyki została fabrycznie nadrukowana na opakowaniu?

Odp.: tak

Pytanie nr 42 – dot. Pakiet nr 2 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych pakowanych po 100 sztuk dla rozmiaru XS-L, 90 sztuk dla rozmiaru XL. Pozostałość zgodnie z SWZ

Odp.: Tak

Pytanie nr 43 – dot. Pakiet nr 2 poz. 5

Czy Zamawiający wymaga, aby informacja o długości rękawicy była fabrycznie nadrukowana na opakowaniu?

Odp.: Tak

Pytanie nr 44– dot. Pakiet nr 2 poz. 5

Czy Zamawiający dopuszcza opakowanie po 100 sztuk dla rozmiaru XS-L, 90 sztuk dla rozmiaru XL z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odp.: Tak

Pytanie nr 46 – dot. Pakiet nr 3 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha o rozmiarze uniwersalnym. Pozostałość zgodnie z SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Pytanie nr 47 – dot. Pakiet nr 4 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka o kroju furażerki uniwersalny, oddychający z możliwością wywijania, wiązany na troki, część boczna wykonana z wzmocnionej włókniny absorpcyjnej pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m², część górna przewiewna z polipropylenu SMS o gramaturze max. 10 g/m². Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 48 – dot. Pakiet nr 4 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka o kroju furażerki uniwersalny, oddychający z możliwością wywijania, wiązany na troki, część boczna wykonana z wzmocnionej włókniny absorpcyjnej pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m², część górna przewiewna z polipropylenu SMS o gramaturze max. 10 g/m². Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 49 – dot. Pakiet nr 4 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie okrągłego czepka w kształcie beretu ściągnięty nieuciskającą gumką w rozmiarze ± 53 cm z włókniny polipropylenowej Spunbond o gramaturze max. 12 g/m². Pakowany po 100 szt. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Podpisał:

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
dr n. med. Janusz Kuśmierz

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie