

---

Kielce, 10.06.2024r.

Nr ogłoszenia: 02/SORFM/2024

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu.

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.: „Dostawa sprzętu medycznego do pracowni diagnostyki obrazowej Szpitala Specjalistycznego Artmedik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Szpital Specjalistyczny Artmedik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnia treść pytań, które wpłynęły w postępowaniu wraz z odpowiedziami.

Dotyczy Formularz Ofertowy dla części 1 - Tomograf Komputerowy.

**Pytanie 1.**

Czy Zamawiający dopuści monitory diagnostyczne klasy IIa. Nie ma już na rynku monitorów klasy IIb.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza monitory diagnostyczne klasy IIa.

---