



Wałbrzych, dnia 14.02.2022r.

DZPZ-530-Zp/2/PN/22

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawa implantów - osteosynteza - Zp/2/PN/22

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1

Czy w zakresie pakietów nr 1, 2 i 10 (zapis pod formularzem cenowym oraz §3 ust. 5 projektu umowy) Zamawiający dopuści - zamiast kontenerów w systemie bezobsługowym otwartym - standardowe rozwiązanie z kontenerami wyposażonymi w jednorazowe filtry papierowe? Kontenery z górnym filtrem są stosowane praktycznie we wszystkich szpitalach w Polsce i spełniają wszystkie normy walidowanych procesów sterylizacji.

Odp. Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 2 dot. Pakietu 2

Czy Zamawiający w poz. nr 31 wyrazi zgodę na zaoferowanie śruby zespalającej śr. 5,0mm w zakresie dł. 70-110mm?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3 dot. Pakietu 2

Czy Zamawiający w poz. nr 37 wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoździ do kości przedramienia i strzałki w zakresie długości 160mm-260mm?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4 dot. Pakietu 2

Czy Zamawiający w poz. nr 45 wyrazi zgodę na zaoferowanie zaślepki w zakresie 0-20mm?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytania do w/w postępowania dotyczące zapisów projektu umowy Pakiet 1,2,10:





Pytanie 5

Czy Zamawiający zmieni termin określony w §3 ust. 2 oraz ust. 6 i §4 ust. 7 z „... godzin” na „...dni robocze”? Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin wyznaczony w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dookreśli w §4 ust. 7, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem? Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dookreśli, iż odpowiedzialność Wykonawcy wskazana w §7 jest ograniczona do wartości towaru? Obecna treść §7 nie określa do jakiego progu odpowiada Wykonawca.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.


Pytanie 8

Czy Zamawiający w §8 Ust. 1 lit a zmieni wysokość kary umownej z 1 na 0,5% oraz w ust. 5 z 100% na 20%? Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej. Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

W rozumieniu art. 484 §1 k.c. (vide: wyrok SN z 20 maja 1980 r., sygn. akt I CR 229/80, OSNC 1980/12/243). Należy pamiętać, iż zastrzeżenie kary umownej podlega kontroli ze względu na ogólne zasady dotyczące treści czynności prawnych (art. 58 k.c.), jak i zakresu swobody stron w zakresie kształtowania stosunku prawnego (art. 353¹ k.c.). W konkretnych okolicznościach żądanie kary umownej może zostać uznane za sprzeczne z tymi zasadami.

Żądanie kar umownych jedynie od wykonawcy oraz jednoczesne umniejszanie odpowiedzialności Zamawiającego nie znajduje żadnego uzasadnienia w charakterze stosunku prawnego łączącego strony w tej umowie. Takie działanie Zamawiającego jest niedopuszczalne. Zamawiający, korzystając w sposób nieuprawniony ze swojej silniejszej pozycji w ramach postępowania, narzuca treść umowy (w odniesieniu do wysokości kar umownych) w sposób sprzeczny z przeznaczeniem swojego prawa, dlatego takie działanie nie może korzystać z ochrony prawa.





SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Ponadto w treści umowy Zamawiający nie przywidział dostaw na cito dlatego nie może ustanawiać kar za niedochowanie terminu takich dostaw.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

p.o. DYREKTORA SZPITALA

Dominik Łoziński

*Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Sporządziła: Małgorzata Słomiana
nr tel.: 74/6489700*



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat	74 64 89 600
faks	74 64 89 746
centrala	74 64 89 742