



EZ.272.005.2024

Wrocław, dnia 05.04.2024

EZI/...../24

**Dotyczy:** odpowiedzi na pytania, zmiana SWZ do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych do hemodynamiki (sygnatura sprawy EZ/162/411-02/24)

Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym, zgodnie z art. 135 i art. 137 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (dalej Pzp), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ:

#### Pytanie 1

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 1 zestawów z pętlą do usuwania ciał obcych z naczyń: pętla, cewnik prowadzący kompatybilny z pętlą, wspornik do wprowadzania pętli i torquer. Trójczkowa konstrukcja, zbudowana z nitinolowego rdzenia w platynowym oplocie. Pętla standardowa: średnice pętli w zakresie od 6 do 45mm, długości przewodnika 120cm, cewnik prowadzący 6F lub 7F (do wyboru zamawiającego). 5 rozmiarów pętli do wyboru, znacznik i przewodnik widoczny w skopii.”

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

#### Pytanie 2

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 6 zestawów z mikropętlą do usuwania ciał obcych z naczyń: pętla, cewnik prowadzący kompatybilny z pętlą, wspornik do wprowadzania pętli i torquer. Trójczkowa konstrukcja, zbudowana z nitinolowego rdzenia w platynowym oplocie. Pętla standardowa: średnice pętli w zakresie od 2 do 45mm, długości przewodnika 120cm lub 17cm, cewnik prowadzący 3.2F lub 6F lub 7F (do wyboru zamawiającego). Mikropętla: średnice w zakresie od 2 do 8mm, długości przewodnika 150/175cm, cewnik prowadzący 3,2 F prox/dyst (do wyboru zamawiającego). 7 rozmiarów pętli do wyboru, znacznik i przewodnik widoczny w skopii.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy opisu przedmiotu zamówienia „Karty Parametrów” zał. nr 2a do SWZ. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że wymaga zaoferowania dwóch długości przewodnika 175cm i 200 cm w związku ze specyfiką wykonywanych zabiegów.

#### Pytanie 3

„Czy Zamawiający w pakiecie numer 1 dopuści pętlę w postaci nitinolowego przewodnika, zakończoną odchodzącą pod kątem 90 stopni w części dystalnej pętli, pętla wykonana z połączanego drutu wolframowego w komplecie cewnik prowadzący dostosowany do wymiaru pętli, Rozmiary pętli, pętla standardowa: średnice 5/10/15/20/25/30/35mm, długości przewodnika 65 lub 120cm, cewnik prowadzący 4 lub 6F, 5 dostępnych długości pętli?”

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

#### Pytanie 4

„Zgodnie z art. 433 PZP pkt 1 „Projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia”. Proponowany §5 ust. 1 wzoru umowy (załącznik nr 3 do SWZ) nie uwzględnia powyższej regulacji. W związku z tym czy zamawiający zgodzi się na modyfikację §5 ust. 1 wzoru umowy (załącznik nr 3 do SWZ) poprzez nadanie mu brzmienia: „W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostawie wyrobów we wskazanym w § 3 ust 2 umowy terminie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego dostawcy z uwzględnieniem możliwości zakupu wyrobów równoważnych (tzw. nabycie zastępcze) – pod warunkiem, że cena zakupu wyrobu równoważnego nie będzie się różnić od ceny z umowy o więcej niż 5%. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o takim zakupie, co oznaczać będzie anulowanie złożonego wcześniej zamówienia.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Sporządziła: Ewa Kupis  
Sprawdziła: Zofia Dombrowska  
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka –  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław  
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl  
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej


Jednocześnie, zgodnie z art. 137 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany w pkt. 1 ad.1 Rozdziału XXIII SWZ, poprzez poprawę oczywistej omyłki pisarskiej, na:

„Wartość punktowa kryterium ceny wyliczona zostanie wg wzoru:

$$C = \frac{\text{najniższa cena spośród złożonych ofert}}{\text{cena badanej oferty}} \times R$$



Ponadto, w związku z pytaniami zadanymi do ww. postępowania oraz zmianą SWZ, Zamawiający w oparciu o art. 135 i art. 137 ustawy Pzp, **przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 18.04.2024r.**, miejsce i godziny pozostają bez zmian. Jednocześnie zmianie ulega termin związania ofertą do dnia 16.07.2024r. Wobec powyższego zmianie ulega pkt. 1 Rozdziałów XIV, XVII, XVIII Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie zmiany ww. terminów.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Zastępca Dyrektora  
ds. Ekonomicznych i Finansowych  
  
mgr Tomasz Dymyt



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Sporządziła: Ewa Kupis   
Sprawdziła: Zofia Dombrowska   
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka –  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław  
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl  
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl