



WSSz -NZP – 796 / 23

Łódź, dnia 30. 10. 2023 r.

**Uczestnicy postępowania
przetargowego**

dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na dostawy odczynników do Pracowni Mikrobiologii - Mykologii, sprawa ZP 41/23

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dn. 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023r. poz. 1605 ze zm.) oraz w związku z pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

- Dotyczy Pakietu nr 7:** W związku z tym, że płytki jednorazowe są pakowane po 20 szt, a na każdej płytce można zrobić 96 oznaczeń, prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie ilości jakiej oczekuje. Najmniejsza jednostka handlowa to 1 opakowanie po 20 szt.
Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ. Preferowana wielkość przez Zamawiającego to najmniejsze opakowanie.
- Dotyczy Pakietu nr 7:** Czy w związku z korzystaniem z aparatu Maldy otrzymanego z WOŚP i wprowadzaniem nowych oznaczeń na aparacie Maldy, czy Zamawiający oczekuje wsparcia aplikacyjnego min. 6 osób dostępnych poprzez kontakt telefoniczny oraz w razie potrzeby na miejscu w placówce, wraz ze wsparciem szkoleniowym z zakresu obsługi systemu, dodatkowych modułów oraz posiadanego oprogramowania Epicenter służącego do archiwizacji i zarządzania danymi w okresie trwania umowy?
Wyjaśnienia: Zamawiający wyraża zgodę.
- Dotyczy §4 ust. 1 projektu umowy (Załącznik nr 5 do SWZ) dla Pakietu nr 7:** Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu dostaw „na cito” do 3 dni roboczych.
Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.
- Dotyczy §7 ust. 1 pkt. 1) projektu umowy (Załącznik nr 5 do SWZ) dla Pakietu nr 7:** Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na naliczanie kar od wartości netto niezrealizowanej części umowy.
Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.
- Dotyczy §7 ust. 1 pkt. 2) projektu umowy (Załącznik nr 5 do SWZ) dla Pakietu nr 7:** Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na naliczanie kar od wartości netto zamówienia.
Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.
- Dotyczy §7 ust. 1 pkt. 3) i 4) projektu umowy (Załącznik nr 5 do SWZ) dla Pakietu nr 7:** Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę zapisu na „(...) jednak nie mniej niż 20 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.”
Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.
- Dotyczy §7 ust. 5 projektowanych postanowień umowy (Załącznik nr 4 do SWZ):** Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmniejszenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych do 20% wartości umowy bez VAT.
Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.
- Czy Zamawiający wykreślił z paragrafu 1, pkt. 1, ppkt 3) i 4) zapis: "(jednak nie mniej niż 100 zł)" ? Wskazanie konkretniej, zbyt wysokiej wartości kary może być niewspółmierne do wartości zamówienia.
Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu do umowy: "Zamawiający zastrzega sobie prawo składania zamówień na towar w ilościach uzależnionych od swoich rzeczywistych potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 300 zł netto."
Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.
10. dotyczy zał. 3 do SWZ "Parametry graniczne", pakiet nr 6, poz. 1 - czy Zamawiający dopuści test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania koproantygeny Giardia o czułości 100% i specyficzności 95,2 %?
Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.
11. dotyczy zał. 3 do SWZ "Parametry graniczne", pakiet nr 6, poz. 2 - czy Zamawiający dopuści test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania antygeny Cryptosporidium w kale o czułości 93,8% i specyficzności 100%?
Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.
12. dotyczy zał. 3 do SWZ "Parametry graniczne", pakiet nr 6, poz. 3 - czy Zamawiający dopuści test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania antygeny Giardia, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium w kale o następujący parametrach:
czułość 83% specyficzność 93,3% dla Cryptosporidium
czułość 91,9% specyficzność 99,5% dla Giardia
czułość 84,8% specyficzność 87,4% dla Entamoeba?
Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający dopuszcza.
13. Pakiet 4 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przestania próbek?
Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ.
14. Pakiet 6 Pozycja 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o czułości min. 95%?
Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
15. **pakiet nr 1:** Czy Zamawiający potwierdzi, że pozycja nr 1 odnosi się do zestawu do oznaczania przeciwciał przeciwko Treponema pallidum wyłącznie w klasie IgG zwłaszcza, że Zamawiający wymaga oddzielnych zestawów do oznaczania klasy IgG i IgM zgodnie z zapisem załącznika nr 3 do SWZ (pozycja 4)?
Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający potwierdza.
16. **pakiet nr 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów do oznaczania przeciwciał przeciwko Treponema pallidum w klasie IgG i IgM metodą ELISA z 10-miesięcznym terminem ważności od daty produkcji, z uwzględnieniem 4-miesięcznego terminu ważności płytki po otwarciu?
Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
17. **pakiet nr 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do oznaczania przeciwciał przeciwko Treponema pallidum w klasie IgM wyłącznie w surowicy?
Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
18. **pakiet nr 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materiałów zużywalnych do analizatora I2-P tj. buforu czyszczącego, płyt do rozcieńczeń oraz końcówek, które nie są wyrobami medycznymi zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 poz. 974 z późniejszymi zmianami)?
Wyjaśnienia: Nie, ww. materiały Zamawiający ma zapewnione w innej umowie.
19. **pakiet nr 1:** pakietu nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów do oznaczania przeciwciał przeciwko Treponema pallidum w klasie IgG i IgM metodą ELISA z 8-miesięcznym terminem ważności od daty produkcji, z uwzględnieniem 4-miesięcznego terminu ważności płytki po otwarciu?
Wyjaśnienia: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Z poważaniem

Z upoważnienia Dyrektora
KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Paweł Lipiński