



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI
✉ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790
✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Łódź, dnia 05.05.2025

Wszyscy Wykonawcy

PYTANIA I ODPOWIEDZI

„Dostawa i wyposażenie wielorazowe na potrzeby Klinik i Oddziałów dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251”

ZP/46/2025

Pytanie 1

Pytanie do pkt. 15 i 18 (OPZ Lampa bakteriobójcza dwufunkcyjna przejezdna na statywie)

Czy Zamawiający dopuści lampę o poborze mocy 145W - lampa posiada dodatkowy promiennik, który podnosi pobór urządzenia?

Podany przez Państwa pobór 115W dotyczy lampy o mniejszej mocy.

Czy Zamawiający dopuści lampę o wymiarach 600x600x1300mm - wymiary nie wpłyną na użytkowanie i cenę urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie 2

Pytanie do pkt. 16 (OPZ Lampa bakteriobójcza jednofunkcyjna przejezdna na statywie)

-Czy Zamawiający dopuści lampę o wymiarach 600x600x1300mm - wymiary nie wpłyną na użytkowanie i cenę urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie 3

Dotyczy: zestawienie parametrów technicznych – załącznik nr 3 (pakiet 6, parametry techniczne urządzenia II poz. 1)

Prosimy o dopuszczenie tacy do transportu endoskopów o wymiarach wewnątrz: 475 x 370 x 95 mm, zewnętrzny: 525 mm x 425 mm x 103 mm. (wys.x szer.x gł.)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie 4

Dotyczy zestawienia parametrów technicznych – załącznik nr 3 (pakiet 6, parametry techniczne urządzenia II poz. 8)

Prosimy o dopuszczenie tacy z pokrywą o wadze do 2 kg.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie 5

Pakiet nr.6 Tace z pokrywą do transportu endoskopów

Czy zamawiający wyraża zgodę na tacę z pokrywą o wymiarach: 540 x 500 x 155

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, proponowane rozwiązanie jest gorsze z punktu widzenia Zamawiającego od opisanego w SWZ

Pytanie 6

Czy zamawiający wymaga schowka na akcesoria w inhalatorze czy wystarczy oddzielna torebka do przechowywania?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga schowka na akcesoria w inhalatorze

Pytanie 7

Czy zamawiający wyraża zgodę na inhalator o wymiarach 15 x 21 x 11 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie 8

Dotyczy Pakietu 4 – Poz. 1, 2 SWZ Lampa dwufunkcyjna i jednofunkcyjna:

Prosimy o wyjaśnienie wymagania z podpunktu 7-go Wymagań Ogólnych – Ochrona przed wilgocią. Jakich parametrów Zamawiający oczekuje biorąc pod uwagę rodzaje lamp istniejących na rynku?

Odpowiedź: Ochrona przed wilgocią IP 20

Pytanie 9

Dotyczy Pakiet 4 – Poz. 1 SWZ Lampa dwufunkcyjna:

Odnosnie do ppkt 15: Czy Zamawiający dopuści lampę z energooszczędnym poborem mocy 149 W?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

Pytanie 10

Odnosnie do ppkt 17, 18: Czy Zamawiający dopuści lampę o poniższych wymiarach:

- a. do 600 x 600 x 1360 mm
- b. Kopuła: 1240 x 95 x 287 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

Pytanie 11

Dotyczy Pakiet 4 – Poz. 2 SWZ Lampa jednofunkcyjna:

1. Odnosnie do ppkt. 15, 16: Czy Zamawiający dopuści lampę o poniższych wymiarach:

- a. do 600 x 600 x 1360 mm
- b. Kopuła: 1240 x 95 x 187 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

Pytanie 12

Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 1,2,5

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenia fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, z rokiem produkcji 2024?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenia fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, z rokiem produkcji 2024 z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie 13

Pytanie 2 dotyczy pakietu nr 1,2,5

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych w zakresie termometrów bezdotykowych na podczerwień, inhalatorów z kompresorem, wózków inwalidzkich z pakietu 1,2,5 z uwagi na fakt, iż producent nie przewiduje dla tych wyrobów wykonywania przeglądów w czasie trwania gwarancji. Prosimy o stosowne zmiany zapisów SWZ oraz projektu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych dla pakietu 1, 2, 3 z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ

Pytanie 14

Odnosnie do Pakietu 4 – Poz. 1, 2 SWZ

Lampa dwufunkcyjna i jednofunkcyjna:

Czy Zamawiający przewiduje zbiorcze zamówienie po zawarciu umowy? Planowana jest liczba pierwszego zamówienia

Odpowiedź: Zamawiający na dzień udzielania odpowiedzi nie jest w stanie oszacować potencjalnej ilości zamówień

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zwraca uwagę, aby w przypadku dopuszczenia innych parametrów bądź produktów niż określone w SWZ, w Załączniku nr 2 – Formularzu asortymentowo-cenowym, zaznaczyć gwiazdką (*) daną pozycję w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” i wpisać na kolorowo oferowany parametr oraz pod tabelą dot. danego pakietu opisać – „*-poz. Nr ... dokonano zmiany zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego”.

Powyższe odpowiedzi i zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Pozostałe zapisy bez zmian.

Dziękujemy za złożone zapytania.

.....
Mgr. Kinga Miśkiewicz
Przewodnicząca Komisji Przetargowej