



WSzSL.FZ.381./36/24/ **353** / 2024r.

Legnica 28.06.2024 r.

Do wszystkich zainteresowanych

**Dotyczy: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO NA SUKCESYWNE DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO**

znak sprawy: WSzSL/FZ-36/24

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśniam co następuje:

Dotyczy SWZ

Pytanie 1 – Odnośnie zapisów w SWZ w rozdziale VI – Termin wykonania zamówienia prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający w ramach części 3 (Wózki anestezyjologiczne – 10 szt.) będzie oczekiwał jednorazowej dostawy, czy dostaw sukcesywnych? Jeśli miałyby być to dostawy sukcesywne to prosimy o określenie, ile takich dostaw Zamawiający przewiduje i jakie ilości wózków miałyby być dostarczane. Prosimy także o informację z czego wynika tak długi termin wykonania zamówienia (w okresie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy).

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość składania zamówień raz w kwartale na dwa wózki, jednakże faktyczne zamówienia będą uzależnione od potrzeb Zamawiającego.

Dotyczy Część 3: Wózki anestezyjologiczne – 10 szt.

Pytanie 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafki z 5 szufladami (wysokość frontów 2 x 75 mm, 2 x 150 mm, 1 x 225 mm), 1 x blat boczny wysuwany wykonany z tworzywa sztucznego, 1 x nadstawka 10 poj. (5 + 5); wyposażenie dodatkowe mocowane bezpośrednio do korpusu wózka lub do stelaża / nadstawki nad blatem wózka (bez konieczności stosowania szyn instrumentalnych); wszystkie elementy wózka ergonomiczne, zaokrąglone, bez rogów i kątów prostych; 1 x pojemnik na zużyte igły, 1 x pojemnik na narzędzia 255 x 245 x 90 mm, 1 x pojemnik na cewniki ze stali lakierowanej proszkowo 148 x 615 x 79 mm, 1 x wieszak kroplówki, 1 x kosz kolanowy, 1 x zamek centralny; wykonanie: blat z tworzywa sztucznego z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami; bandy o wysokości ok. 45 mm po bokach i 75 mm z tyłu; szafka stalowa lakierowana proszkowo, fronty szuflad tworzywowe, prowadnice szuflad z samodociąganiem, korpus szafki niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje (bez konieczności stosowania dodatkowego materiału); wyposażona w uchwyt do prowadzenia; podstawa stalowa lakierowana proszkowo osłonięta tworzywem, z odbojami nad kołami, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego, w tym dwa z blokadą; uchwyt do pojemnika na zużyte igły stalowy, lakierowany proszkowo, pojemnik na narzędzia ze stali nierdzewnej; wymiary wózka bez wyposażenia 72 x 62 x 106,5 cm; wymiary szafki 65 x 55 x 98,5 cm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowany asortyment z zachowaniem pozostałych parametrów Zamawiającego. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Dotyczy Część 3: Wózki anestezyjologiczne – 10 szt.

Pytanie 3 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek anestezyjologiczny 5-cio szufladowy w konfiguracji: 2 x 75 mm, 2 x 155 mm, 1 x 235 mm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowany wózek z zachowaniem pozostałych parametrów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 4 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek anestezyjologiczny wyposażony w blat roboczy wykonany z tworzywa ABS z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 30 mm oraz wysuwany blat boczny wykonany z tworzywa ABS?



W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowany wózek z zachowaniem pozostałych parametrów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 5 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek anestezjologiczny wyposażony w pojemnik na narzędzia o wymiarach 455x135x45 mm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowany wózek z zachowaniem pozostałych parametrów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 6 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek anestezjologiczny wyposażony w pojemnik na cewniki wykonane ze stali malowanej proszkowo o wymiarach 200x125x400 mm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowany wózek z zachowaniem pozostałych parametrów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 7 -Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek anestezjologiczny o konstrukcji wykonanej z profili aluminiowych anodyzowanych z szufladami wykonanymi z tworzywa ABS w formie jednego odlewu z podstawą i wypełnieniem boków z płyty HPL

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowany wózek z zachowaniem pozostałych parametrów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 8 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek anestezjologiczny wyposażony w pojemnik na narzędzia wykonany ze stali malowanej proszkowo?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowany wózek z zachowaniem pozostałych parametrów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 9 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek anestezjologiczny wyposażony w pojemnik na cewniki wykonany ze stali malowanej proszkowo?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowany wózek z zachowaniem pozostałych parametrów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

dot. umowa § 2 – dotyczy Części 3

Pytanie 10 -Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie że w zakresie Części 3 Zamawiający nie będzie wymagał montażu ani szkolenia, ze względu na fakt że wózki anestezjologiczne dostarczane są złożone gotowe do użytku a ich obsługa ma charakter typowy.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż w projekcie umowy zawarł odrębne zapisy w § 2 dla Części 3.

dot. Realizacji

Pytanie 11 -Zwracamy się z prośbą o wskazanie minimum logistycznego jednej dostawy dla wózków anestezjologicznych. Informacja ta jest niezbędna do wykonania właściwej kalkulacji ceny oferty.

W odpowiedzi na pytanie: Patrz odpowiedź nr 1.

Z poważaniem,
DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy

Anna Plotnicha-Mieloch