

**FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA S.A.**  
**60-118 POZNAŃ, UL. KRZYWA 13**  
**(pieczęć adresowa wykonawcy)**

**Załącznik nr 1 do umowy nr TZ.TA.280.28.3.2022**

**Formularz cenowo – techniczny zadania nr 3**

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy dializatorów niskoprzepływowch z błoną polisulfonową i helixonową oraz wysokoprzepływowch z błoną helixonową, zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia dotyczącym zadania nr 3 spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe.
3. Poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane:
  - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
  - kod partii lub serii wyrobu,
  - ilość sztuk w opakowaniu,
  - oznaczenie daty przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
  - oznakowanie CE,
  - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

**Uwaga:** Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wyroby będące przedmiotem zamówienia spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa , wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 2 i 4 posiada niezbędną, wiarygodną dokumentację, która zostanie niezwłocznie przekazana zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.
6. Wykonawca oferuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
  - poszczególne dostawy wyrobów realizować w terminie do **5 dni** roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer: **61/839 26 57** lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: [zamowienia.pl@fmc-ag.com](mailto:zamowienia.pl@fmc-ag.com) Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku
7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia zgodnie z poniższą kalkulacją:

Lp	Przedmiot zamówienia ZADANIE NR 3	Jednostka miary	Ilość	Cena jednost- kowa netto	Wartość netto 6= 4 x 5	Stawka VAT %	Wartość brut- to 8 = 6 + 7	Cena jednost- kowa brutto 9= 8/4	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dializatory niskoprzepływowe z błoną helixonową, sterylizowane parą wodną, o powierzchni:  - 1,3 – 1,5 m <sup>2</sup> – współczynnik ultrafiltracji UF 10-12 ml/h mmHg  - 1,8 – 1,9 m <sup>2</sup> – współczynnik ultrafiltracji UF 12-14 ml/h mmHg	szt.  szt.	18 000  12 600	25,00  25,50	450 000,00  321 300,00	8%  8%	486 000,00  347 004,00	27,00  27,54	FMC/ 5004731  FMC/ 5004741
2.	Dializatory polisulfonowe, powierzchnia - 0,8 m <sup>2</sup> współczynnik ultrafiltracji UF<_8ml/h mmHg	szt.	200	27,50	5 500,00	8%	5 940,00	29,70	FMC/ 5007041
3.	Dializatory wysokoprzepływowe (high-flux) z błoną helixonowej, sterylizowane parą wodną, klirens kreatyniny (Qb=300ml/min.) o powierzchni: 1. 0,2m <sup>2</sup> (pediatryczne)-współczynnik UF<8ml/h mmHg  2.- 1,8 – 1,9 m <sup>2</sup> – współczynnik UF 52-54 ml/h mmHg, klirens kreatyniny >_258  3. 2,2 m <sup>2</sup> i powyżej - współczynnik UF 66-70 ml/h mmHg klirens kreatyniny >_262	szt.  szt.  szt.	200  1000  200	56,00  27,00  27,50	11 200,00  27 000,00  5 500,00	8%  8%  8%	12 096,00  29 160,00  5 940,00	60,48  29,16  29,70	FMC/ 5008221  FMC/ F00002387  FMC/ F00002388
				Razem cena oferty	820 500,00		886 140,00		