

## **Formularz cenowo – techniczny zadanie nr 2**

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego cewników balonowych uwalniających lek do ściany naczynia wieńcowego (DEB), zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe.

3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:

- nazwa wyrobu, nazwa producenta,
- kod partii lub serii wyrobu,
- wyraźnie oznakowany rozmiar,
- oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
- oznakowanie CE,
- inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

**Uwaga:** Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum **12 miesięcy** od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.

6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr 22 621 93 51 lub poczty elektronicznej na adres e-mail: [macs@macs.waw.pl](mailto:macs@macs.waw.pl)

7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia zgodnie z poniższą kalkulacją :

Lp.	Przedmiot zamówienia –	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto 6= 4 x 5	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto 8= 9/4	Wartość brutto 9 = 6 + 7	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<b>CEWNIKI BALONOWE UWALNIAJĄCE LEK DO ŚCIANY NACZYNIĄ WIEŃCOWEGO (DEB):</b> - substancja uwalniana: Sirolimus - Dawka leku min.1,25µg na mm <sup>2</sup> powierzchni balonu - średnice 2.00 -4.00mm ( 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00mm) - długości 10-40mm (10, 15, 20, 25, 30, 35 i 40mm) - balon typu Rapid Exchange, - Shaft proksymalny maksymalnie 1,7F, shaft dystalny maksymalnie 2,5F - ciśnienie nominalne 6atm. - ciśnienie RBP minimalnie 14atm - profil końcówki (tip profile) - 0.016" - kompatybilne z cewnikami prowadzącymi 5F - kompatybilne z [prowadnikami 0,014" - sterylne, jednokrotnego użytku.	szt.	60	2 350,00	141 000,00	8%	2 538,00	152 280,00	Concept Medical, MagicTouch, CMT *****, 1 szt./Opakowanie
	<b>RAZEM:</b>				141 000,00	X	X	152 280,00	X