



D.25C/250/498/2024

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na **SUKCESYWNE DOSTAWY AKCESORIÓW DO KARDIOMONITORÓW, APARATÓW EKG, PULSOKSYMETRÓW ORAZ KUWET CO2 DO RESPIRATORÓW DLA SZPITALI POMORSKICH SP. Z O.O.** znak: **D25C/252/N/20-38rj/24**, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy załącznika nr 2, zadanie nr 2, punkt 3.

Do kardiomonitorów MEC 2000, STAR 8000, CMS8000, CMS7000, CMS9000, M8A, STAR 8000, PM-8000C, UT-4000F-Pro+IBP kabel jest 6 pin. Czy zamawiający dopuści dwa indeksy umożliwiające dopasowanie do konkretnego monitora?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

2. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy załącznika nr 2, zadanie nr 2, punkt 6.

Czy zamawiający dopuści złącze odprowadzeń typu Philips w pełni kompatybilne z monitorami posiadanymi przez Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

3. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy SWZ, rozdział VI, punkt d) zdolność techniczna lub zawodowa.

Zamawiający wymaga: "W postępowaniu może brać udział Wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie, które obejmowało swym zakresem dostawę dla placówki medycznej akcesoriów do aparatury medycznej przy czym wartość zrealizowanej dostawy była nie mniejsza niż:(...)"


Czy powyższy zapis należy rozumieć jako wymóg posiadania przez Wykonawcę referencji, które potwierdzą właściwe zrealizowanie zamówienia w ramach umowy zawartej z placówką medyczną w okresie trwania tej umowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, iż poprzez zrealizowane lub realizowane zamówienie należy rozumieć dostawy zrealizowane lub nadal realizowane w okresie ostatnich 3 lat, niekoniecznie na podstawie podpisanej umowy. Mogą to być świadczenia jednorazowe (już zrealizowane), ale także jak wynika z opisanego warunku - powtarzające się i ciągłe, a więc nadal wykonywane.


4. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 2, poz. 7 i 8. prosimy o potwierdzenie, że chodzi o kable ze złączem 12 pin FX2000P



✦ Connector No: 022

FX3000



☉ Connector No: 163

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

5. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 2. Poz. 15

Prosimy o dopuszczenie dł. 0,6 m

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

6. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 2. Poz. 18 i 19.

Prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia - czy chodzi o złącze AA czy LL?

Opcjonalnie prosimy o wskazanie z jakim dokładnie kablem mają współpracować odprowadzenia (nr katalogowy) lub prosimy o załączenie zdjęcia złącza kabla głównego,

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ dotyczące złącza AA i LL oraz wyjaśnia, iż nie jest w stanie udzielić informacji o kablu, gdyż zakupy w tym zakresie były realizowane doraźnie u różnych dostawców, a używane kable nie mają naklejek z podanym numerem katalogowym.

7. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 2. poz. 20.

Prosimy o dopuszczenie dł. 1 m

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

8. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 4 Poz 1-11, 16

Prosimy o dopuszczenie dł. 2,5 m

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

9. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 4 Poz. 12-15.

Prosimy o dopuszczenie mankietów o wymiarach jak poniżej

6-11 cm,

10-19 cm,

18-26 cm,

25-35 cm,

25-35 cm (długi) całkowita długość 69 cm, szerokość 15,5 cm,

34-47 cm,

46-66 cm (± 2 cm) do wyboru przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

10. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 4 Poz. 12-15.

Prosimy o dopuszczenie mankietów dwuczęściowy składających się z balona i poszewki, niezawierający lateksu, rzewód połączeniowy o długość 20 cm wykonany z PVC, w przypadku spełniania pozostałych wymogów.



Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

11. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie 4 Poz. 15

Prosimy o doprecyzowanie czy mankiety mają być wyposażone w metalową złączkę typu BP12 (jak w poz. 12)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że mankiety mają być wyposażone w złączkę BP12.

12. Zapytanie Wykonawcy:

Zad. nr 2 Akcesoria do kardiomonitorów - kable EKG CPV: 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

- Prosimy o podanie nr katalogowych lub zdjęć złącz odprowadzeń typu EURO w punktach 10 i 12
- Prosimy o podanie koloru wtyczki do kardiomonitora kabli EKG do Emtel FX2000 i FX3000 w pkt. 7 i 8 – pomarańczowo-zielone, czy żółto-zielone?
- Prosimy o podanie n-ru katalogowego aktualnie używanych odprowadzeni w monitorach Drager zgodnie z punktem 20

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie jest w stanie udzielić takich informacji o nr katalogowych, gdyż zakupy w tym zakresie były realizowane doraźnie u różnych dostawców, a używane kable nie mają naklejek z podanym numerem katalogowym. Kolor do wyboru przez Zamawiającego.

13. Zapytanie Wykonawcy:

Zad. nr 3 Akcesoria do kardiomonitorów - adaptory i czujniki SPO2 CPV: 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

- Prosimy o podanie numerów katalogowych aktualnie używanych adapterów w pkt. 1, 2, 11, 13, 16, 24, 27
- Prosimy o podanie numeru katalogowego aktualnie używanych czujników w pkt. 30

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie jest w stanie udzielić takich informacji, gdyż zakupy w tym zakresie były realizowane doraźnie u różnych dostawców, a używane kable nie mają naklejek z podanym numerem katalogowym.

14. Zapytanie Wykonawcy:

Zad. nr 5 Akcesoria do kardiomonitorów - czujniki temperatury CPV: 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

- Prosimy o podanie n-ru katalogowego aktualnie używanego czujnika w pkt. 1.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie jest w stanie udzielić takich informacji, gdyż zakupy w tym zakresie były realizowane doraźnie u różnych dostawców, a używane kable nie mają naklejek z podanym numerem katalogowym.

15. Zapytanie Wykonawcy:

Zad. nr 7 Akcesoria do pulsoksymetrów CPV: 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

- Prosimy o podanie ile pinów ma wtyczka od strony urządzenia 15 czy 20 lub podanie n-ru kat. aktualnie używanego adaptera, w pkt. 1 i 2
- Prosimy o podanie modelu pulsoksymetru Novamatrix z punktu 6 lub numeru kat. aktualnie używanego adaptera

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie jest w stanie udzielić takich informacji, gdyż zakupy w tym zakresie były realizowane doraźnie u różnych dostawców, a używane kable nie mają naklejek z podanym numerem katalogowym. Zamawiający informuje, że modele pulsoksymetrów Novamatrix z punktu 6 to MARS-2001 oraz OXYPLETH.

16. Zapytanie Wykonawcy:

Zad. nr 9 Kuwety Co2 CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne CPV: 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

- Prosimy o podanie n-ru katalogowego aktualnie używanych produktów


Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nr katalogowy aktualnie używanych produktów to MP01062.



WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

KOORDYNATOR
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Monika Klause