

Załącznik nr 6 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.280.6.5.2022

Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 5

- 1.** Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego zestawów do przezskórnego uzupełniania ubytków masy kostnej w trzonach kręgowych w złamaniach urazowych lub osteoporotycznych, zwanych dalej wyrobami.
- 2.** Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia dotyczącym zadania nr 5 spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe.
- 3.** Wykonawca oferuje w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
 - 1) utworzyć w sali operacyjnej Klinicznego Oddziału Neurochirurgii Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów;
 - 2) uzupełnić bank depozytowy niezwłocznie, nie później niż w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania przez wykonawcę raportu implantacji przesłanego za pośrednictwem faksu na nr 22 429 55 60 . lub drogą elektroniczną na adres: zamowienia@stryker.com ,
- 4.** Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których należy zamieścić co najmniej następujące informacje:
 - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
 - kod partii lub serii wyrobu,
 - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
 - oznakowanie CE,
 - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
- Uwaga:** Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.
- 5.** Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
- 6.** Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 5 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.
- 7.** Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego.
- 8.** Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania za cenę 193 536 złotych, słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych 00/100 zgodnie z następującą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto 6=4x5	Stawka VAT (%)	Wartość brutto (zł) 8=6+7	Cena jednostkowa brutto 9=8/4	PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<p>Zestaw umożliwiający przezskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem w przypadkach nowotworów i naczynek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trokar do nakłucia trzonu. - Igły do podawania masy klejowej lub cementu kostnego min. 4 różne średnice, 2 długości oraz 2 kształty ostrzy – stożkowe i jednostronnie ścięte. - Sterylne urządzenie mieszająco-podające, zasilane elektrycznie, pozwalające na automatyczne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku z wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego oraz samoczynne wypełnianie cementem zestawu do jego dotrzonowego podawania. - Strzykawka z możliwością podania do 14 ml cementu. - W zestawie przewód giętki zabezpieczający operatora przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania Rtg. - Cement o podwyższonej lepkości i gęstości (konsystencja plasteliny), zawierający środek cieniujący – minimum 20g. - Czas podawania cementu do 18 min. 								<p>Autoplex, Vertaplex HV, Vertaplex, Needle, Biopsy Kit</p> <p>607-687-000, 605-887-000, 406-622-0XX, 306-XXX-000, 306-1XX-000</p>

<div> <div>Elementy zestawu:</div> <div>- mieszalnik + cement gęsty</div> <div>- igła z trokarem</div> <div>- igła biopsyjna</div> </div>	szt.	48	2 400.00	115 200.00	8%	124 416.00	2 592.00	607-687-000; 0605-887-000
	szt.	96	150.00	14 400.00	8%	15 552.00	162.00	306-XXX-XXX
	szt.	48	200.00	9 600.00	8%	10 368.00	216.00	306-XXX-XXX

2.	<p>Zestaw do wertebroplastyki – umożliwiający przezskórne, przeznaczone, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem o podwyższonej gęstości w przypadkach złamań patologicznych i nowotworów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trokar do nakłucia trzonu, igły do podawania masy klejowej lub cementu kostnego. - Możliwość wyboru kilku (min. 4) różnych średnic igieł, 2 długości oraz różnych kształtów ostrzy: centralne oraz jednostronnie ścięte (bezpieczne). - Sterylne urządzenie mieszająco-podające, pozwalające na automatyczne, sterylne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku bez kontaktu wymieszanego cementu z powietrzem oraz wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego, z pojemnikiem o objętości umożliwiającej podanie cementu do kilku trzonów min. 12 ml. - W zestawie powinien znajdować się przewód giętki łączący podajnik z igłą. - Cement o podwyższonej lepkości zawierający środek cieniujący – 30% siarczanu baru. <p>Elementy zestawu:</p>						<p>PCD, Vertaplex HV, Vertaplex, Needle, Biopsy Kit</p> <p>507-58X-000, 506-48X-000, 406-622-0XX, 306-XXX-000, 306-1XX-000</p>
----	--	--	--	--	--	--	--

- mieszalnik	szt.	20	750.00	15 000.00	8%	16 200.00	810.00	506-48X-000;507-58X-000
- cement	szt.	20	750.00	15 000.00	8%	16 200.00	810.00	406-622-000
- igła z trokarem	szt.	40	150.00	6 000.00	8%	6 480.00	162.00	306-XXX-XXX
- igła biopsyjna	szt.	20	200.00	4 000.00	8%	4 320.00	216.00	306-XXX-XXX
			Razem Netto:	179 200.00	Razem Brutto:	193 536.00		