

Formularz cenowo – techniczny dla zadania nr 1

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy rękawic sterylnych lateksowych bezpudrowych, rękawic sterylnych lateksowych lekko pudrowanych, rękawic sterylnych chirurgicznych bezpudrowych i bezlateksowych, rękawic chirurgicznych lateksowych ortopedycznych sterylnych oraz rękawic sterylnych położniczych, lateksowych, bezpudrowych, zwanych dalej wyrobami
 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjne - techniczne i jakościowe.
 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
 - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
 - kod partii lub serii wyrobu,
 - wyraźnie oznakowany rozmiar,
 - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
 - oznakowanie CE,
 - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
- Uwaga:** Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
 5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.
 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr 22-8721127 lub poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@abook.com.pl
 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę 443.232,00 złotych zgodnie z poniższą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7	8 = 9/4	9 = 6 + 7	10
1.	<u>Rękawice sterylne chirurgiczne bezpudrowe :</u> - rozmiary: 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0 LUB* 5,0, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0 - bezpudrowe , lateksowe, - mankiet rolowany, - zawartość białek lateksowych poniżej 20 30 µg/g - wytrzymałe na rozciąganie, - AQL max. 1,0 - siła zrywu min. 9 LUB* 15 N, - długość minimum 260-285 295 mm dopasowana do rozmiaru, - grubość na palcu 0,22-0,18 – 0,24 mm, na dłoni 0,19-0,18 -0,22 mm, mankiet 0,16-0,14 – 0,20 mm - tekstutowane LUB* delikatnie tekstutowane LUB* mikrotekstutowane - oznaczone na lewą i prawą rękę, - sterylne, pakowanie pojedynczo parami, - środek ochrony indywidualnej kategorii III	para	2 000	1,38zł	2.760,00zł	8%	1,49zł	2.980,80zł	Terang Nusa/ Sensiflex Plus

2.	Rękawice sterylne chirurgiczne lekko pudrowane: - rozmiary: 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0 0 LUB* 5,0, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0 - lateksowe, pudrowane mączką kukurydzianą, - mankiet rolowany, - zawartość białek lateksowych max. 50 100 µg/g, - wytrzymałe na rozciąganie, - AQL max. 1,0 - siła zrywu min. 9 N, - długość minimum 260 - 285 mm , dopasowana do rozmiaru, - grubość na palcu 0,21-0,19 0,24- mm, na dłoni 0,19-0,17 0,22-mm, mankiet 0,15-0,14 0,20 mm - teksturowane LUB* mikroteksturowane - oznaczone na lewą i prawą rękę, - sterylne, pakowanie pojedynczo parami, - środek ochrony indywidualnej kategorii III	para	216 000	1,31zł	282.960,00zł	8%	1,41zł	305.596,80zł	Terang Nusa/ Maxitex
3.	Rękawice chirurgiczne bezpudrowe syntetyczne: - rozmiary: 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0 LUB* 5,0, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0 - bezpudrowe, - wykonane z neoprenu LUB* z neoprenu z warstwą wewnętrzną nitrilową, dodatkowo silikonowane, pokryte przeciwdrobnoustrojowym CPC LUB* z poliizoprenu, wewnątrz silikonowane, pokryte przeciwdrobnoustrojowym CPC - mankiet rolowany, - wytrzymałe na rozciąganie, - AQL max. 1,0 - długość minimum 260 -290 300 mm dopasowana do rozmiaru, - grubość na palcu 0,19-0,17 0,23 mm, na dłoni 0,16-0,14 0,19mm, mankiet 0,14-0,13 0,18 mm - powierzchnia antypoślizgowa, - oznaczone na lewą i prawą rękę, - sterylne, pakowanie pojedynczo parami, - środek ochrony indywidualnej kategorii III,	para	30 000	3,23zł	96.900,00zł	8%	3,49zł	104.652,00zł	Terang Nusa/ NuzoneX2

4.	<p><u>Rękawice chirurgiczne ortopedyczne, jałowe, lateksowe bezpudrowe</u>, kształt anatomiczny, kolor brązowy (eliminujący refleks świetlny w polu operacyjnym), mankiet rolowany z niechlorowaną opaską samoprzylepną, dostępne w rozmiarach 6.0-9.0, sterylizowane radiacyjnie (promieniami Gamma), powierzchnia zewnętrzna teksturowana (potwierdzone kartą techniczną wytwórcy), silikonowana (potwierdzone oświadczeniem wytwórcy). Wewnętrzna powierzchnia pokryta polimerem i silikonowana (potwierdzone oświadczeniem wytwórcy). Długość rękawicy minimum 301 mm, grubość na palcu 0.33 mm, na dłoni 0.31 mm oraz na mankiecie 0.25 mm (potwierdzone kartą techniczną wytwórcy). Typowa wartość siły zrywu: przed starzeniem 27 N, oraz typowa wartość po starzeniu 21N. Poziom protein lateksu mniejszy bądź równy 30 µg/g, poziom AQL 0.65 (potwierdzone kartą techniczną wytwórcy). Technologie zastosowane do produkcji rękawicy ENCORE Latex Ortho: SUREFIT DERMASHIELD A.R.T.. Rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie IIa oraz z Rozporządzeniem o Środkach Ochrony Indywidualnej UE 2016/425 (kat. III Typ B). Rękawice zgodne z EN 455 (1-4), EN 374 (1,2,4,5), EN 16523-1, EN 420, ISO 10282, ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 11137-1, EN 556, ISO 10993-10. Rękawice przebadane na przenikanie mikro-organizmów zgodnie z ASTM F1671/EN 374-5, rękawice przebadane na przenikanie wirusów w warunkach dynamicznego testu AVPP rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych</p>	para	14 000	1,91zł	26.740,00zł	8%	2,06zł	28.879,20zł	Terang Nusa/ Maxitex Ortho PF
----	--	------	--------	--------	-------------	----	--------	-------------	-------------------------------

<p>zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4, rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D6978, rękawice przebadane na FitKit, rękawice badane na przenikanie cytostatyków w warunkach zawartość alergenów lateksu kauczuku naturalnego metodą dynamicznego testu ACPP, rękawice badane na zawartość endotoksyn, rękawice badane na zawartość protein lateksu metodą HPLC. Oznakowane datą produkcji, datą ważności i numerem serii, opakowanie: koperta zewnętrzna, folia/folia, koperta wewnętrzna papierowa.</p> <p>LUB* kształt anatomiczny, kolor brązowy (eliminujący refleks świetlny w polu operacyjnym), mankiet rolowany z niechlorowaną opaską samoprzylepną, dostępne w rozmiarach 6.0-9.0, sterylizowane radiacyjnie (promieniami Gamma), powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana teksturowana, polimeryzowana. Wewnętrzna powierzchnia pokryta polimerem. Długość rękawicy minimum 295 mm, grubość na palcu 0.29-0,32 mm, na dłoni 0.27-0,30 mm oraz na mankiecie 0.20-0,23 mm (potwierdzone kartą techniczną). Poziom protein lateksu mniejszy bądź równy 30 µg/g, poziom AQL 0.65 (potwierdzone kartą techniczną). Technologie zastosowane do produkcji rękawicy MLPC-technology- technologia wielowarstwowej powłoki polimerowej, ARd Design – Anti Roll Dow Design. Rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie IIa oraz). Rękawice zgodne z EN 455 (1-4), EN 374 , ISO 9001, ISO 13485, ISO , EN 556,. Rękawice przebadane na przenikanie mikro-organizmów zgodnie z ASTM F1671/EN 374-5, rękawice przebadane na: -przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 -przenikanie krwi syntetycznej zgodnie z normą ASTM F 1670 -przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3-cement kostny zgodnie z normą ASTM F 739-12. Oznakowane datą produkcji, datą ważności i numerem serii, opakowanie: koperta zewnętrzna, folia/folia, koperta wewnętrzna papierowa.</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

5.	Rękawice sterylne położnicze, lateksowe, bezpudrowe: - rozmiary: S - M - L, - wykonane z lateksu, - mankiet rolowany, - bezpudrowe, - teksturowane, - sterylne, - długość minimum 480 mm, - grubość na palcu min. 0,22-0,33mm, na dłoni min. 0,20-0,30 mm, mankiet min. 0,15-0,18mm, - AQL max. 1.0	para	200	5,20zł	1.040,00zł	8%	5,62zł	1.123,20zł	Mercator Medical S.A./ Dermagel Gyno
RAZEM:					410.400,00zł			443.232,00zł	

**Wykonawca zobowiązany jest do jednoocznego wskazania parametrów oferowanego wyrobu poprzez usunięcie bądź przekreślanie parametrów, których nie oferuje*