

Aesculap Chifa

KARTA TECHNICZNA	
Numer katalogowy:	PL4000312
Nazwa wyrobu:	ZESTAW DO STYMULATORA ZIELONA GÓRA

Skład zestawu:

Lp	Opis	Rozmiar	Materiał	Szt.
1	Serweta o wymiarach 198/259x310 z 1 otworem lepny w kształcie rombu o wym. 12x12 cm, umieszczonym w odległości 80 cm od górnej krawędzi serwety. Otwór otoczony wzmocnioną warstwą o wym. 65x70 cm.	198/259x310 cm otwór 12 x 12 cm	włóknina SMS (Spunbond-Meltblown-Spunbond)	1
2	Serweta na stół zabiegowy i do zawinięcia zestawu	150 x 250 cm	laminat chłonny, nieprzemakalny, 2-warstwowy	1
3	Rzepy do mocowania drenów	2,5x20/24cm	tworzywo sztuczne, flanela	3
4	Serweta na stół Mayo	80 x 145 cm	niebieska folia polietylenowa, wzmocnienie: jasnoniebieski materiał chłonny SMP	1
5	Serweta dwuwarstwowa z paskiem klejącym	90 x 75 cm	laminat chłonny, nieprzemakalny, 2-warstwowy	2
6	Ośłona foliowa z elastyczną krawędzią	120 x 120 cm	Folia PE	1
7	Fartuch chirurgiczny	L	włóknina trójwarstwowa SMS	1
8	Fartuch chirurgiczny	XL	włóknina trójwarstwowa SMS	1
9	Ośłona na uchwyt na lampę	śr.12cm, dł.15cm	polipropylen oraz folia PE	1
10	Miska z podziałką, przezroczysta	500 ml	tworzywo sztuczne	1
11	Naklejka czerwona	50 x 20 mm	papier	1
12	Miska z podziałką, niebieska	250 ml	tworzywo sztuczne	2
13	Gaziki	10 cm x 10 cm	bawełna 8-warstwowa	50
14	Gaziki	5 cm x 5 cm	bawełna 8-warstwowa	20
15	Igła iniekcyjna bezpieczna	1,2 x 40 mm	stal nierdzewna	2
16	Igła iniekcyjna bezpieczna	0,8 x 40 mm	stal nierdzewna	1
17	Skalpel	nr 21	stal nierdzewna	1
18	Strzykawka 2 częściowa luer Steck	20 ml	PE, PP polietylen, polipropylen	1
19	Ręczniki papierowe	30 x40 cm	celuloza bielona	4

Ilość zestawów w kartonie [szt.]	4 sztuki
Data ważności zestawu:	24 miesięcy
Sterylizacja	ETO
Klasa sterylności	I - sterylne
Klasa palności	I - sterylne

Wyrób spełnia wymogi normy	PN-EN 13795 1 - 3
LATEX	NIE
DEHP	NIE